
3. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS FELHÍVÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-361/2016.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 183-328099
Megjelenés dátuma:	2016. 09. 22.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-11278/2016.
Megjelenés dátuma:	2016. 09. 26.
1. sz. módosítás TED-száma:	2016/S 198-356593
Megjelenés dátuma:	2016. 10. 13.
2. sz. módosítás KÉ-száma:	KÉ-11928/2016.
Eljárás megindításának napja:	2016. 09. 20.
Eljárás tárgya:	DEK-361/2016.: Adásvételi keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelések beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2016. 10. 21.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „**DEK-361/2016.: Adásvételi keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelések**” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.10.:

A Műszaki leírás és ártáblázat a 7. rész tekintetében az alábbiakat tartalmazza:

7	Perfúziós szerelék III.	Minden típusú fecskendős pumpához, 150 cm hosszú, nyomásállóság 2 bar, minimális maradék térfogat, Latex és DEHP mentes, Luer-Lock csatlakozás, feltöltési térfogat 2,65, belső átmérő 2,7/1,5, fényvédett típus, fekete, fényérzékeny gyógyszerek beadásához	db	250
---	-------------------------	---	----	-----

A fekete, illetve narancsszínű szerelék fényvédelemmel kapcsolatos specifikációja az alábbiakban különbözik:

Fekete: 200-900 nanométer között elnyeli a fényt

Narancsszínű: 200-450 nanométer között elnyeli a fényt

Az olyan gyógyszerek esetében, amikor az adott készítményt fényvédett szerelékkel kell beadni, általában elegendő a 200-450 nanométer közötti védelem.

A narancsszínű szerelék biztonságosabb (látható benne az esetlegesen előforduló légbuborék) és könnyebb légtelenítést tesz lehetővé.

Kérdés:

Elfogadja-e Ajánlatkérő, a 7. rész esetében a fekete fényvédett szerelék helyett a narancsszínű fényvédett szerelék megajánlását?

Amennyiben Ajánlatkérő nem fogadja el narancsszínű fényvédett szerelék megajánlását, úgy kérdésünk a következő:

Kérdés:

Elfogadja-e Ajánlatkérő a 7. rész esetében a 0,6x2,7mm átmérőjű fekete fényvédett szerelék megajánlását?

V.10.:

Szakmailag a fekete fényvédett szerelék mellett a narancsszínű fényvédő szerelék is elfogadható.

Jelenleg is használ több klinika is narancsszínű szereléket, pl. citosztatikumok beadásához.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja.

Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő a Műszaki leírást és a Szerződéstervezet 1. sz. mellékletét módosítani kívánja. A közbeszerzési dokumentumok változása miatt az Ajánlati felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.

Az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra kerül:

Módosított ajánlattételi határidő: 2016. november 3. (csütörtök) 11.00 óra.

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági szereplőket.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály