
3. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS MŰSZAKI LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-409/2016.
Az eljárás TED-száma:	2017/S 044-080050
Megjelenés dátuma:	2017. 03. 03.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-16211/2016.
Megjelenés dátuma:	2017. 03. 06.
Eljárás megindításának napja:	2017. 03. 01.
Eljárás tárgya:	Adásvételi keretszerződés aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére.
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2017. 04. 07.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „**DEK-409/2016.: Adásvételi keretszerződés aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére**” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja meg a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.7.:

13. rész 81. sor:

Koraszülött légzőkör.....”60 cm párasító összekötőcső”, kérem írják meg, hogy minimum vagy maximum 60 cm-re gondoltak.

V.7.:

Minimum 60 cm a válasz.

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.8.:

*Műszaki leírás és ártáblázat – Artériás kanülök – 10. rész – I. csoport – 66. sorszámú tétel:
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 50 mm hosszúságú termékre kér ajánlatot.*

Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek hosszúsága 60 mm?

V.8.:

Nem, mivel artéria radialis szúrásához kell. + 10%-os eltérés elfogadható. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.9.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Artériás kanülök – 11. rész – II. csoport – 68. sorszámú tétel:

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 160 mm hosszúságú termékre kér ajánlatot.

Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek hosszúsága 150 mm?

V.9.:

Nem, mivel artéria femorális szúrásához kell. Az anatómiai adottságokból kifolyólag az 1 cm-es különbség magában hordozza a kicsúszás veszélyét.

K.10.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Artériás kanülök – 11. rész – II. csoport – 69. sorszámú tétel:

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 160 mm hosszúságú termékre kér ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek hosszúsága 150 mm?

V.10.:

Nem, mivel artéria femorális szúrásához kell. Az anatómiai adottságokból kifolyólag az 1 cm-es különbség magában hordozza a kicsúszás veszélyét.

K.11.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 79. sorszámú tétel:

- *Az adott termék műszaki leírása nem tartalmaz a „gáz mintavételi cső” belső átmérőjére és hosszára vonatkozóan paramétereket. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen ezen paramétereket megadni.*
- *Az adott termékre vonatkozó műszaki leírás tartalmazza az „agent” kifejezést. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen az adott szövegkörnyezetben a kifejezés értelmező jelentését megadni.*

V.11.:

Hossz: 2,45 m.

Az „agent” a könnyebb beazonosíthatóság miatt került bele, olyan anyag, ami semmilyen gáz átszivárgását nem teszi lehetővé, ezáltal a kilégzési gáz paraméterek pontosabbak.

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.12.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 85. sorszámú tétel:

Az adott termék leírása alapján, T. Ajánlatkérő sterilizálható maszkrogzító szalagra kér ajánlatot, amelynek alapanyaga szilikon. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek alapanyaga sterilizálható, de nem szilikon?

V.12.:

Igen. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.13.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 86. sorszámú tétel:

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötővel ellátott?

V.13.:

Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.14.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 88. sorszámú tétel

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötővel ellátott?

V.14.:

Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie.

K.15.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 89. sorszámú tétel:

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötővel ellátott?

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő beépített oxigénkoncentráció szabályozó szeleppel ellátott termékre kér ajánlatot. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az elvárt oxigénkoncentráció mértékét százalékban megadni szíveskedjen.

V.15.:

Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie.

Elvárt oxigénkoncentráció mértéke %-ban: 24%; 26%; 28%; 30%; 35%; 40%; 50%.

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.16.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 91. sorszámú tétel

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötő csővel ellátott?

V.16.:

Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.17.:

A „Műszaki leírás és ártáblázat” dokumentumban a 91. sorszám kétszer szerepel, először az Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész utolsó tételénél, másodszor pedig az Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész első tételénél.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni, hogy Ajánlattevő ajánlata elkészítése során mely tétel esetében alkalmazza a 91. sorszámot, mint hivatkozási számot.

V.17.:

Valóban két 91. sorszám lett feltüntetve adminisztrációs okokból. A megkülönböztetés miatt 91/a. és 91/b. pontokra került átnevezésre. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.18.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 91., 92., 93., 94., 95. és 96. sorszámú tételek

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékekre kér ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termékek megajánlása, amelyek 180 cm hosszú oxigén összekötő csővel ellátottak?

V.18.:

Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie.
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.19.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 98. és 99. sorszámú tételek

A „műszaki leírás és ártáblázat” dokumentumban a 98. és 99. sorszámú tételekre T. Ajánlatkérő azonos leírást ad meg a „Beszerzésre kerülő áru műszaki követelményei” oszlopban, amely tartalmazza a méretre vonatkozó elvárást is – „Méret: 12-36 Ch”. Ugyanakkor a 99. tétel esetében a „Beszerzésre kerülő áru megnevezése” oszlopban szerepel a CH30 megjelölés is. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen tisztázni, hogy milyen méretű termékre/termékekre kér ajánlatot a 98. és 99. sorszámú tételek alatt.

V.19.:

98. sorszám: Méret: 12-28 Ch; 99. sorszám: Méret: 30-36 Ch
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.20.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 102. sorszámú tétel

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő a „Beszerzésre kerülő áru műszaki követelményei” oszlopban szerepelteti a következő meghatározást is – „klf méretben”. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen tisztázni, miszerint a megajánlandó tubusvezető nyársnak alkalmasnak kell lennie különféle gyermekméretű tubushoz vagy T. Ajánlatkérő különféle méretű tubusvezető nyárs megajánlását kéri.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) vonatkozó elvárásait megadni szíveskedjen.

V.20.:

2.0-4.5 mm-es endotracheális tubushoz kell alkalmasnak lennie.

Külső átmérő:

O.D 1.5 mm hossz: 350 mm 2.0-2.5mm-es tubushoz

O.D 2.0 mm hossz: 400 mm 2.5-3.0mm-es tubushoz

O.D 2.6 mm hossz: 400 mm 3.0-3.5mm-es tubushoz

O.D 3.3 mm hossz: 450 mm 3.5-4.5mm-es tubushoz

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.21.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 103. sorszámú tétel:

- A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő a „Beszerzésre kerülő áru műszaki követelményei” oszlopban a következő termékleírást adja meg – „Tubusvezető nyárs szilikon fékkel ID tubusokhoz”. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen tisztázni, hogy mit ért az „ID tubusokhoz” meghatározás alatt.*
- Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) vonatkozó elvárásait megadni szíveskedjen.*

V.21.:

- Az „ID TUBUSOKHOZ” megfogalmazás törlésre került a Műszaki leírásban.

- Tubusvezető nyárs mérete: 450 mm hosszú 5.0-6.5 mm-es tubushoz

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.22.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 104. sorszámú tétel:

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) vonatkozó elvárásait megadni szíveskedjen.

V.22.:

450 mm hosszú 4.3 mm O.D 4.5-6.0 mm-es tubushoz

500 mm hosszú 5.6 mm O.D 6.0 mm-től felfelé.

K.23.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 105. sorszámú tétel:

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) vonatkozó elvárásait megadni szíveskedjen.

V.23.:

Külső átmérő:

O.D 2.0 mm hossz: 400 mm 2.5-3.0mm-es tubushoz

O.D 2.6 mm hossz: 400 mm 3.0-3.5mm-es tubushoz

O.D 3.3 mm hossz: 450 mm 3.5-4.5mm-es tubushoz

K.24.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 102., 103., 104., 105. sorszámú tételek:

T. Ajánlatkérő mind a négy fentiekben felsorolt sorszám alatt tubusvezető nyárs eszközre kér ajánlatot. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy részletesen specifikálni szíveskedjen azon műszaki paramétereket, amelyekben az egyes sorszám alatt megjelölt termékek eltérnek egymástól, elősegítve ezzel Ajánlattevők számára a megfelelő szakmai ajánlat elkészítését.

V.24.:

Lásd K.20-K.23. kérdésekre adott válaszokat.

K.25.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök III. – 15. rész – 110., 111. és 112. sorszámú tételek

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megerősíteni, miszerint a Heidelberger összekötők alatt, olyan termékekre gondol, amelyeknek belső átmérője 2,5 mm.

V.25.:

A belső átmérő 3.0 x 4.1 mm legyen.

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.26.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök III. – 15. rész – 110. sorszámú tétel:

A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 30 cm hosszúságú termékre kér ajánlatot.

Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek hosszúsága 25 cm?

V.27.:

Nem.

K.27.:

Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök III. – 15. rész – 113. sorszámú tétel:

- Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni, miszerint az adott tétel vonatkozásában 1,0 mm vagy 1,5 mm vagy 2,5 mm belső átmérőjű termékre kér ajánlatot.*
- A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 140 cm hosszúságú termékre kér ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek hosszúsága 150 cm?*

V.27.:

- A belső átmérő 3.0 x 4.1 mm legyen.

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

- Elvárás a 104 cm hossz.

K.28.:

6. rész vonatkozásában:

24.	FILTER BAKTER/VÍRUS GYEREK	Kombinált hő- és páraeserelő Baktérium- és vírusfilter, elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 20ml; súly:16g; ellenállás: (60l/perc) 1,9 cmH2O
-----	---	---

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 16g.) meg a szakmai elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max. 25 ml-es holtterű HME filtert VAGY max. 23g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max. 30 ml holtterű filtert HME nélkül? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat.

V.28.:

Elfogadható a max. 18 g súlyú filter. Orvos-szakmai indokok alapján ragaszkodunk a 99,9999% effektivitású szűréshez, mivel a gyermekeknél a baktérium/vírus védelem kiemelt fontosságú. Ennél jobb szűrési effektivitású terméket elfogadunk. A műszaki specifikációban lévő 20 ml-es holtterhez ragaszkodunk, mivel gyermek lélegeztetés esetén a holtteret minél alacsonyabb szinten kell tartani. A kiírt 20 ml-nél kedvezőbb holtterű filter megajánlható, de az Ajánlattevő által javasolt termék több, mint 20 ill. 50 %-kal rosszabb paraméterű.

A HME funkció megléte nem kizáró ok.

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.29.:

6. rész vonatkozásában:

25.	FILTER PEDIÁTRIAI 15mm+COPORT HME	Kombinált hő- és páraeserelő, baktérium- és vírusfilter; elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 13ml; súly:14,5g;áramlási térfogat:50-250ml; ellenállás: (20l/perc) 1,4 cmH2O. Páratartási képesség: 30mg H2O/L Vt100
-----	--	---

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: holttér: 13 ml.) meg a szakmai elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max. 18g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max. 25ml holtterű, a beszerzendőnél szakmailag kívánatos magasabb, legalább 38,2 mg H2O/L páratartási képességgel rendelkező terméket VAGY max. 9 g súlyú, 99,9% szűrési hatékonyságú, max. 10 ml holtterű, és a beszerzendőnél szakmailag

kívánatos magasabb, legalább 37,6 mg H₂O/L páratartási képességgel rendelkező filtert? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat.

V.29.:

Elfogadható a max. 16 g súlyú filter. Orvos-szakmai indokok alapján ragaszkodunk a 99,9999% effektivitású szűréshez, mivel a gyermekeknél a baktérium/vírus védelem kiemelt fontosságú. Ennél jobb szűrési effektivitású terméket elfogadunk. A műszaki specifikációban lévő 13 ml-es holtterhez ragaszkodunk, mivel gyermek lélegeztetés esetén a holtteret minél alacsonyabb szinten kell tartani. A kiírt 13 ml-nél kedvezőbb holtterű filter megajánlható, de az Ajánlattevő által javasolt termék közel 100 %-kal rosszabb paraméterű.

Magasabb páratartási képességgel bíró termék megajánlható. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.30.:

6. rész vonatkozásában:

26.	HEPA FILTER PORTAL HME	Kombinált hő- és páracserélő, baktérium- és vírusfilter; mechanikus 24 órás HEPA filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatások: 99,9999%; holtter: 80ml; súly:80g; ellenállás: (60l/perc) 2,8 cmH ₂ O. Páratartási képesség: 28mg H₂O/L Vt500
-----	---------------------------	--

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: holtter: 80 ml.) meg a szakmai elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.40g súlyú, 99,9999% szűrési hatékonyságú, max.55ml holtterű, és a beszerzendőnél szakmailag kívánatos, magasabb, legalább 34,2 mg H₂O/L páratartási képességgel rendelkező HEPA filtert? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat.

V.30.:

Mivel műszaki tartalomban minden szempontból magasabb tudású filter megajánlható, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.31.:

6. rész vonatkozásában:

27.	FILTER BAKTER/VÍRUS STERIL	Kombinált hő- és páracserélő Baktérium- és vírusfilter; elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatások: 99,999%; holtter: 26ml; súly:22g; ellenállás: (60l/perc) 1,6 cmH ₂ O
-----	----------------------------------	--

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 22g.) meg a szakmai elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú,

99,999% szűrési hatékonyságú, max.25ml holtterű HME filtert, egyesével klinikai tisztán csomagolva? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat.

V.31.:

Mivel műszaki tartalomban minden szempontból magasabb tudású filter, megajánlható abban az esetben, ha steril.

K.32.:

6. rész vonatkozásában:

28.	FILTER BAKTER/VÍRUS	Kombinált hő- és páraeserelő Baktérium- és vírusfilter; elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holtter: 26ml; súly:22g; ellenállás: (60l/perc) 1,6 cmH2O
-----	--------------------------------	---

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 22g.) meg a szakmai elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max.25ml holtterű , HME filtert VAGY max.23g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max.30ml holtterű filtert HME nélkül? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat.

V.32.:

A 18 g súlyú termék elfogadható. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. Ragaszkodunk a 99,9999% szűrési effektivitáshoz. Ennél kedvezőbb érték megajánlható.

K.33.:

6. rész vonatkozásában:

29.	FILTER BAKTER/VÍRUS HME	Kombinált hő- és páraeserelő, baktérium- és vírusfilter; elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holtter: 35ml; súly:31g; ellenállás: (60l/perc) 1,8 cmH2O; TV:150-1000ml. Páratartási képesség: 30mg H2O/L Vt750
-----	------------------------------------	--

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: holtter: 35ml.) meg a szakmai elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max.25ml holtterű, és a szakmailag kívánatos magasabb, legalább 38,2 mg H2O/L páratartási képességgel rendelkező terméket VAGY max.28g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max.55ml holtterű, és magasabb, legalább 38,2 mg H2O/L páratartási képességgel rendelkező HME filtert VAGY max.40g súlyú, 99,9999% szűrési hatékonyságú, max.55ml holtterű, és a szakmailag kívánatos, magasabb, legalább 34,2 mg H2O/L páratartási képességgel rendelkező HEPA filtert?

V.33.:

31 g-nál kisebb súlyú, 35 ml-nél kisebb holtterű és 30 mg H₂O/L páratartású képességgel rendelkező terméket elfogadunk, de a szűrési hatékonyság esetében ragaszkodunk a 99,9999%, vagy ennél magasabb hatékonyságú filterhez.

Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.34.:

6. rész vonatkozásában:

30.	FILTER BAKTER/VÍRUS KICSI	Kombinált hő- és páraeserelő Baktérium- és vírusfilter; elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 16mm M és 15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holtter: 21ml; súly:15g; ellenállás: (60l/perc) 1,9cmH ₂ O
-----	--	---

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 15g.) meg a szakmai elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max.25 ml-es holtterű HME filtert VAGY max.23g súlyú, 99,999% szűrési hatékonyságú, max.30 ml holtterű filtert HME nélkül? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat.

V.34.:

Súlyra max. + 10%-os eltérés akceptálható. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

Ragaszkodunk a 99,9999%-os szűrési hatékonysághoz. A több, mint +10%-kal nagyobb holtterű filtert nem fogadunk el.

K.35.:

6. rész vonatkozásában:

32.	MŰORR TOK OXIGÉNCső +	Oxygen csatlakozó műorrhoz
-----	----------------------------------	----------------------------

Kérjük a megnevezés és a műszaki követelmény között fennálló ellentmondás feloldását, miszerint a megnevezésben szerepel a műorr-tok, azonban a műszaki követelményben csak az oxigén csatlakozó szerepel. Azaz ajánlatkérő elfogad-e olyan műorr rendszert, melyhez nem kell tok, így elegendő az oxigén csatlakozót szállítani?

V.35.:

Műszaki specifikáció a következők szerint módosítva: műorr tartó tok egybeépített oxigén csővel, a disztális végén univerzális tölcséres csatlakozással. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

Igen, elfogadható olyan műorr rendszer, melyhez nem kell tok, így elegendő az oxigén csatlakozót szállítani.

K.36.:

8. rész: Centrális vénás kanülok (CVC) egyszerű és speciális I. csoport:

51. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő 4F/1,4. Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 18G

Kérdés: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően helyesen "CVC 1 lumen 18G/15 cm" megnevezésű terméket kíván beszerezni? Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.

V.36.:

Igen, 18G/15 cm. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.37.:

52. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő 5F/1,7. Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 16G

Kérdés: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően helyesen "CVC 1 lumen 16G/15 cm" megnevezésű terméket kíván beszerezni? Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.

V.37.:

Igen, 16G/15 cm. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.38.:

56. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő 12F 4. Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 16G/12G /12 G

Kérdés: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően helyesen "CVC 3 lumen 12F/15 cm HF" megnevezésű terméket kíván beszerezni? Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.

V.38.:

Igen, 12F/15 cm. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.39.:

57. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő 7F2,4. Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 16G/16G

Kérdés 4: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően helyesen "CVC 2 lumen 7F/15 cm + bevonat" megnevezésű terméket kíván beszerezni? Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.

Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő az 57. tétel esetében a 20 cm-es bevonatú katéter megajánlását?

V.39.:

Igen, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.40.:

15. rész: Egyéb intenzív terápiás eszközök III.

110. tétel: ÖSSZEKÖTŐ HEIDELBERGER 30 cm

Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a 4 bar nyomás helyett 2 bar-ig nyomásrezisztens termék megajánlását, tekintettel arra, hogy az infúziós terápiában használatos szerelések, infúziós összekötők nyomásállóságával szembeni elvárás gyakorisága 2 bar.

V.40.:

Igen, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.41.:

111. tétel: ÖSSZEKÖTŐ HEIDELBERGER 75CM

Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a 4 bar nyomás helyett 2 bar-ig nyomásrezisztens termék megajánlását, tekintettel arra, hogy az infúziós terápiában használatos szerelések, infúziós összekötők nyomásállóságával szembeni elvárás gyakorisága 2 bar.

V.41.:

Igen, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

K.42.:

112. tétel: ÖSSZEKÖTŐ HEIDELBERGER 100 CM

Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a 4 bar nyomás helyett 2 bar-ig nyomásrezisztens termék megajánlását, tekintettel arra, hogy az infúziós terápiában használatos szerelések, infúziós összekötők nyomásállóságával szembeni elvárás gyakorisága 2 bar.

V.42.:

Igen, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklőd Gazdasági Szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a Műszaki leírást is módosítja. A módosított Műszaki leírás az ajánlati felhívásban megadott internetes elérhetőségről is letölthető.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét az ajánlat összeállítása során.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály