

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Debreceni Egyetem** (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**DEK-510 Adásvételi szerződés - Eszközök beszerzése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.10.29 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 13 darab, azaz tizenhárom ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: 3D STED nanoszkóp rendszer beszerzése 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 49222000 HUF

A rész neve és száma: Inkubátoros rázógép beszerzése 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 1614450 HUF

A rész neve és száma: Izometriás érgyűrű kontraktilitás mérő rendszer be 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 8142925 HUF

A rész neve és száma: Kis térfogatú (maximum 5 mikroliter) minták fényel 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 3087480 HUF

A rész neve és száma: Izoelektromos fókuszáló: a fehérjék felületi elekt 5

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 2995490 HUF

A rész neve és száma: Szabadgyök mennyiség meghatározására képes eszköz 6

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 4600671 HUF

A rész neve és száma: Intracelluláris Ca²⁺ koncentráció mérő eszköz 7

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 13371673 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2100 Gödöllő Rigó Utca 20.

Rész neve: 3D STED nanoszkóp rendszer beszerzése (1)

**A 93x glicerín
immerziós STED
objektív szabad
munkatávolsága (**
minimum 0,2 igen
mm-maximum: 0,4

mm) nagyobb a
jobb mm:
nettó ajánlati ár Ft: 47394000

Ajánlattevő neve: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1082 Budapest Futó Utca 47-53.

Rész neve: Izoelektromos fókuszáló: a fehérjék felületi elekt (5)

Az egyedileg
szabályozható (
feszültség és/vagy
áramerősség) IPG (
immobilizált
proton grádiens)
csíkok száma. Az
értékelési
tartomány: min. 12
érték : 1 (egyetlen
IPG csík
szabályozható);a
max. érték : 12 (12,
vagy több IPG csík
paraméterei
szabályozhatók (db
:

Ajánlattevő neve: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 33

Rész neve: Inkubátoros rázógép beszerzése (2)

1. Működési
hőmérséklet
tartományban a
hőmérséklet
stabilitás: -0,10-+ -0,10-+0,10 0C
0,10 0C (kisebb a
jobb) hőmérséklet
tartományt kérünk
megadni 0C:
2. Fordulatszám,
min. 300 fordulat/
perc max. 500 300 fordulat/perc
fordulat/perc (
nagyobb a jobb)
fordulat/perc:
3. Nettó ajánlati ár 1316170
Ft:

Ajánlattevő neve: Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1131 Budapest Madarász Viktor ut 1/A.

Rész neve: Inkubátoros rázógép beszerzése (2)

**1. Működési
hőmérséklet
tartományban a
hőmérséklet
stabilitás: -0,10-+ -0,05oC - +0,05oC
0,10 0C (kisebb a
jobb) hőmérséklet
tartományt kérünk
megadni 0C:**

**2. Fordulatszám,
min. 300 fordulat/
perc max. 500
fordulat/perc (10 - 500 fordulat/perc
nagyobb a jobb)
fordulat/perc:**

**3. Nettó ajánlati ár
Ft: 1 559 500**

Ajánlattevő neve: G. Ballagi Tudományos Készülékeket Forgalmazó Kft.
Székhelye: 1113 Budapest Zsombolyai Utca 8

Rész neve: Izometriás érgyűrű kontraktilitás mérő rendszer be (3)

**1. A kontraktilis
erő alapvonalhoz
képest történő
csökkenésének
mérési lehetősége**

**Az értékelési 25mN
tartomány:
minimum: 0 mN
maximum: 25 mN (**
**A nagyobb érték a
kedvezőbb) mN:**

**2. Intracelluláris
Ca²⁺ mérést
lehetővé tevő
képesség. igen/nem igen
a megfelelő
aláhúzendó:**

**3. Nettó ajánlati ár
Ft: 14 918 647**

Rész neve: Szabadgyök mennyiség meghatározására képes eszköz (6)

**hidrogén-peroxid
szint mérés
érzékenysége**

**Értékelési
tartomány:
minimális
érzékenység: 100
nM; maximális 10nM
érzékenység: 10**

nM, vagy
alacsonyabb. Az
alacsonyabb érték (a
nagyobb
érzékenység) a
kedvezőbb (nM):
hidrogén szulfid
mérésének
érzékenysége
Értékelési
tartomány:
minimális
érzékenység: 100 5nM
nM; maximális
érzékenység: 10
nM. Az alacsonyabb
érték (nagyobb
érzékenység) a
kedvezőbb (nM):
oldott oxigén
mérésének
érzékenysége
Értékelési
tartomány:
minimális
érzékenység: 2%; 0,1%
maximális
érzékenység: 0,2%,
vagy alacsonyabb. (
Az alacsonyabb
érték (nagyobb
érzékenység) a
kedvezőbb.) (%):
glükóz mérésének
érzékenysége
Értékelési
tartomány:
minimális
érzékenység: 10
mM; maximális 2mM
érzékenység: 2 mM
, vagy alacsonyabb.
(Az alacsonyabb
érték (nagyobb
érzékenység) a
kedvezőbb) (mM):
Nettó ajánlati ár (4 575 600
Ft):

Ajánlattevő neve: HORIBA France SAS

Székhelye: 91165 Longjumeau Rue du Canal 16-18

Rész neve: Intracelluláris Ca²⁺ koncentráció mérő eszköz (7)

A 340 és 380 nm-től eltérő hullámhosszokon történő flouorofór gerjesztés (legalább 10 mW radiant flux értékben).	Az	4 (bármely hullámhossz kiválasztható 250 és 650 nm között a szoftver segítségével)
értékelhető gerjesztési hullámhosszok: 36010 nm; 47010 nm; 55010 nm ; 66010 nm.Min.0-max. 4 A nagyobb érték a kedvezőbb (tartomány):		
A 330-350 nm tartományban kisugárzott fényerősség (radiant flux) mW egységben kifejezve.		
Értékelési tartomány:	15 mW	(10 nm-es slit beállításnál)
minimum: 0,5 mW, maximum: 50 mW, vagy magasabb érték (A nagyobb érték a kedvezőbb) mW:		
Nettó ajánlati ár (Ft):	12 751 263	

Ajánlattevő neve: Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1136 Budapest Pannónia Utca 11.

Rész neve: Kis térfogatú (maximum 5 mikroliter) minták fényel (4)

fluoriméter alkalmazásban használt gerjesztési lehetőségek száma. Az értékelhető gerjesztési hullámhosszok: 37010 nm; 47010 nm; 52010 nm ; 63010 nm. min.0-max 4 tartomány A nagyobb érték a kedvezőbb (tartomány) :

fluoriméter alkalmazásban használt detektor által

4 tartományban: UV LED (375 nm), Kék LED (470 nm), Zöld LED (525 nm), Vörös LED (635 nm)

lefedett

hullámhossz-tartomány

mértéke a 370- 730 nm

tartományon belül, Detektálási tartomány: 300-1000 nm = 700 nm-es tartomány (Fotodióda detektor)
nm-ben kifejezve.min.

érték: 0 nm- max.

tartomány: 730-370=

360 nm A nagyobb

érték a kedvezőbb. (nm

):

Nettó ajánlati ár (Ft): 2 971 000

Ajánlattevő neve: Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2095 Pilisszántó Vörösmarty Utca 22

Rész neve: Inkubátoros rázógépek beszerzése (2)

1. Működési

hőmérséklet

tartományban a

hőmérséklet

stabilitás: -0,10-+ 0,1

0,10 0C (kisebb a

jobb) hőmérséklet

tartományt kérünk

megadni 0C:

2. Fordulatszám,

min. 300 fordulat/

perc max. 500

fordulat/perc (min.: 10 fordulat/perc, max.: 500 fordulat/perc

nagyobb a jobb)

fordulat/perc:

3. Nettó ajánlati ár

Ft: 1.923.283 Ft

Ajánlattevő neve: MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.

Székhelye: 1062 Budapest Podmaniczky Utca 87

Rész neve: Izometriás érgyűrű kontraktilitás mérő rendszer be (3)

1. A kontraktilis

erő alapvonalhoz

képest történő

csökkenésének

mérési lehetősége

Az értékelési 25mN

tartomány:

minimum: 0 mN

maximum: 25 mN (

A nagyobb érték a

kedvezőbb) mN:

2. Intracelluláris

Ca²⁺ mérést

lehetővé tevő

képesség. igen/nem nem

a megfelelő

aláhúzendó:

3. Nettó ajánlati ár 6 788 250
Ft:

Rész neve: Szabadgyök mennyiség meghatározására képes eszköz (6)

hidrogén-peroxid

szint mérés

érzékenysége

Értékelési

tartomány:

minimális

érzékenység: 100

nM; maximális 10nM

érzékenység: 10

nM, vagy

alacsonyabb. Az

alacsonyabb érték (

nagyobb

érzékenység) a

kedvezőbb (nM):

hidrogén szulfid

mérésének

érzékenysége

Értékelési

tartomány:

minimális

érzékenység: 100 5nM

nM; maximális

érzékenység: 10

nM. Az alacsonyabb

érték (nagyobb

érzékenység) a

kedvezőbb (nM):

oldott oxigén

mérésének

érzékenysége

Értékelési

tartomány:

minimális

érzékenység: 2%; 0,1%

maximális

érzékenység: 0,2%,

vagy alacsonyabb. (

Az alacsonyabb

érték (nagyobb

érzékenység) a

kedvezőbb.) (%):

glükóz mérésének

érzékenysége

Értékelési

tartomány:

minimális
érzékenység: 10
mM; maximális 2mM
érzékenység: 2 mM
, vagy alacsonyabb.
(Az alacsonyabb
érték (nagyobb
érzékenység) a
kedvezőbb) (mM):
Nettó ajánlati ár (3 750 342
Ft):

Ajánlattevő neve: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1163 Budapest Kőszál Utca 6.

Rész neve: Inkubátoros rázógépp beszerzése (2)

1. Működési
hőmérséklet
tartományban a
hőmérséklet
stabilitás: -0,10-+ 0,2
0,10 0C (kisebb a
jobb) hőmérséklet
tartományt kérünk
megadni 0C:

2. Fordulatszám,
min. 300 fordulat/
perc max. 500 500
fordulat/perc (500
nagyobb a jobb)
fordulat/perc:

3. Nettó ajánlati ár 1664900
Ft:

Ajánlattevő neve: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4034 Debrecen Simon László U. 4.

Rész neve: Inkubátoros rázógépp beszerzése (2)

1. Működési
hőmérséklet
tartományban a
hőmérséklet
stabilitás: -0,10-+ +/-0,1 °C
0,10 0C (kisebb a
jobb) hőmérséklet
tartományt kérünk
megadni 0C:

2. Fordulatszám,
min. 300 fordulat/
perc max. 500

500 fordulat/perc

fordulat/perc (
nagyobb a jobb)
fordulat/perc:

3. Nettó ajánlati ár 1415200 Ft
Ft:

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.