

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Debreceni Egyetem	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_55562313				
Postai cím:							
Város:	Debrecen	NUTS-kód:	HU321	Postai irányítószám:	4032	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Egyetem Tér 1.						
Kapcsolattartó személy:	Varga		Ágnes				
E-mail:	varga.agnes@fin.unideb.hu		Telefon:	+36 52512700		Fax:	+36 52258670
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.unideb.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.kancellaria.unideb.hu						

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

DEK-551 Kutatásokhoz nagynyomású reaktorrendszer

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

1 db bioaktív aerogél kompozitok előállítására és módosítására alkalmas nagynyomású reaktorrendszer beszerzése, mely az alábbi részekből áll: • 3 db 0,5 l térfogatú kis méretű kutató-fejlesztő reaktor • 1 db közepes méretű (4 l) módszerfejlesztő reaktor • 1 db nagy méretű (20 l) termelő reaktor • vezérlő egységek • előkészítő egységek • kiszolgáló egységek • biztonsági berendezések A reaktor: olyan vegyipari berendezés, amely tartalmaz legalább egy, anyagbehelyezésre alkalmas fedéllel vagy ajtóval ellátott nyomásálló tartályt, valamint az ahhoz közvetlenül, vagy csővezetéken keresztül kapcsolódó, a tartály feltöltésére, nyomás alatt tartására vagy leürítésére szolgáló csapot, szelepet, vagy más elzárásra/feltöltésre/leeresztésre alkalmas eszközt. Reaktorrendszer fogalma: olyan összetett vegyipari berendezés, amely a rendszer részeként tartalmaz legalább egy reaktort, valamint azzal együtt üzemeltetve legalább egy, a reaktor nyomás alatti működését, feltöltését és/vagy leürítését biztosító eszközt (például pumpát, vagy gázpalackot vagy más gázforrást), és a reaktor hűtését és/vagy fűtését biztosító eszközt vagy berendezést. A beszerzés tárgya egy olyan specifikus technológiai folyamat megvalósítására alkalmas nyomásálló reaktorrendszer, amely öt (legalább a műszaki specifikációban megadott minimális műszaki paraméterekkel jellemzett) reaktort tartalmaz, a reaktorrendszer (a kiírásban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező) kiszolgáló egységei közös gázellátó rendszeren alapulnak, a rendszer számítógépes és manuális üzemeltetésre egyaránt alkalmas, az egységek vezérlése azonos szoftvert használó számítógépes rendszerrel vagy rendszerekkel történik. Az oldószerek/anyagok amelyeknek a szerkezeti anyagoknak az üzemi tartományban teljesen ellen kell állni: víz, ammónia, aceton, metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol, dimetil-formamid, dimetil-szulfoxid, karbamid. A beüzemeléshez szükséges helyiséget és egyéb technikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja. A reaktorrendszer betanítása 2 fő / 2 munkanap (2x8óra időtartamban). Ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra

vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza. Az Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, mert a felhívás tárgya 1 db reaktorrendszer, mely rendszer moduláris jellegű, de a vezérlése és gázrendszere közös, a reaktorrendszer így egy kompakt egységet alkot. A közös szoftver platform és vezérlés miatt a különböző beszállítóktól származó egységek kompatibilitási problémái miatt a rendszer működtetése nem oldható meg csak további költségek mellett (tervezés, egységbe foglalás, vezérlés), melyre forrás nincs, a folyamatos és biztonságos üzemeltetés pedig nem garantált.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. II. rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 123-278733

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11185/2018

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
"KIS" Szerelő és Kereskedő Kft., 3792 Sajóbábony, Gyártelep Gyártelep 1	10466164205
1. Nettó ajánlati ár: 85.880.000 HUF + Áfa 2. Reaktoronként kettő, egymással átellenes oldalon lévő betekintő ablak kialakítása a reaktorokon (minimum 2 reaktoron maximum 5 reaktoron): 2 darab 3. Tervezett üzemi nyomás (minimum 300 bar maximum 600 bar) : 300 bar 4. Tervezett üzemi hőmérséklet (minimum 200 °C maximum 300 °C): 200 °C 5. Dekompresszió alsó sebességkorlátja (minimum 0,1 bar/perc maximum 0,5 bar/perc): 0,1 bar/perc 6. Reaktorrendszer hűtési hőmérséklete a reaktorok és hőcserélők esetén (minimum 0 °C maximum 10 °C): 10 °C Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.	

Szelence Képviseleti Kft., 2600 Vác, Csatamező Út 2.	12141300213
1. Nettó ajánlati ár: 92.213.000 HUF + Áfa 2. Reaktoronként kettő, egymással átellenes oldalon lévő betekintő ablak kialakítása a reaktorokon (minimum 2 reaktoron maximum 5 reaktoron): 2 darab 3. Tervezett üzemi nyomás (minimum 300 bar maximum 600 bar): 300 bar 4. Tervezett üzemi hőmérséklet (minimum 200 °C maximum 300 °C): 200 °C 5. Dekompresszió alsó sebességkorlátja (minimum 0,1 bar/perc maximum 0,5 bar/perc): 0,5 bar/perc 6. Reaktorrendszer hűtési hőmérséklete a reaktorok és hőcserélők esetén (minimum 0 °C maximum 10 °C): 10 °C Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
17218	
"KIS" Szerelő és Kereskedő Kft.	650
Szöveges értékelés:	

14613	
Szelence Képviseleti Kft.	558.79
Szöveges értékelés:	

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0	10
---	----

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1.Nettó ajánlati ár.Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni.Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza.Súlyszám:60.A legjobb,azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra. 2.Reaktoronként kettő, egymással átellenes oldalon lévő betekintő ablak kialakítása a reaktorokon (minimum 2 db maximum 5 db reaktoron) A reaktorban zajló folyamatok videó vagy spektrofotometriás követése érdekében két egymással átellenes betekintő (ablak) kialakítása reaktoron. Az 5 db, vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. Az 2 darabnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza. Súlysám: 10 3.Tervezett üzemi nyomás (minimum 300 bar maximum 600 bar) Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza. A 600 bar, vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. A 300 bar-nal kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlysám: 10 4.Tervezett üzemi hőmérséklet (minimum 200 °C maximum 300 °C) Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza. A 300°C, vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. A 200 °C -nál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlysám: 10 5.Dekompresszió alsó sebességkorlátja (minimum 0,1 bar /perc maximum 0,5 bar/perc) Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték figyelembe vételével történő arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a kisebb érték. A 0,1 bar/perc és annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. A 0,5 bar/perc-nél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlysám: 5 6.Reaktorrendszer hűtési hőmérséklete a reaktorok és hőcserélők esetén (minimum 0°C maximum 10°C) Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték figyelembe

vételével történő arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a kisebb érték. A 0°C megajánlások a maximális értékelési pontot kapják. A 10°C-nál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 5 Értékelésre vonatkozó további szabályok az összes értékelési szempont vonatkozásában: A súlyszámmal felszorozott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart. Ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közzétett a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról útmutatóját. (KÉ 2016. évi 147. szám)

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

"KIS" Szerelő és Kereskedő Kft., 3792 Sajóbábony, Gyártelep Gyártelep 1 10466164205

Nettó ajánlati ár: 85.880.000 HUF + Áfa Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2018.10.11 Lejárata: 2018.10.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.10.10

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.10.10

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el, azok érvényességét nem vizsgálta: - Szelence Képviseleti Kft. (2600 Vác, Csatamező u. 2.)

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2018.10.10 15:10:33	VargaAgnes
---------------------------------------	---------------------	------------

Összesen: 1 sor (1 / 1)