

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Debreceni Egyetem** (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**DEK-768 128 szeletes CT berendezés beszerzése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.03.22 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 192033333 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1044 Budapest Váci Út 77.

Ajánlattevő neve: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest Bence Utca 3.

Nettó ajánlati ár Ft : 151358000

Az egy

detektorkoszorú-mátrix

soraiban lévő

detektorok legnagyobb 912 db/sor

soronkénti száma (650-

850 db/sor) Előny a

nagyobb:

A legnagyobb

használható teljes

z-irányú kollimáció az 40 mm

izocenterben mérve (

38-40 mm) Előny a

nagyobb:

Maximális X-Y(axiális)

síkbeli térfelbontás,

50cm scan FOV,64

detektorról származó

axiális módú mérés, 18 vonalpár/cm

fémrács nélküli teljes

detektor felületi

hatásfok, MTF 10%

mellett(12-16 vonalpár

/cm)Előny a nagyobb:

Maximális X-Y(axiális)

síkbeli térfelbontás,

50cm scan FOV,64

detektorról származó

axiális módú mérés, 13 vonalpár/cm

fémrács nélküli teljes

detektor felületi

hatásfok, MTF 50%

**mellett (8-12 vonalpár/
cm)Előny a nagyobb:**

Helikális kis

kontrasztú

felbontáshoz tartozó 3,8 mGy

páciens dózis (5-10

mGy) Előny a kisebb:

Temporális

regisztráció: axiális

üzemmódban, bármely

(a FOV-ba eső) voxel

azonos irányú 0,25 ms

projekcióval történő

leképezése között eltelt

idő (30-200 msec)

Előny a kisebb:

Ajánlattevő neve: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1143 Budapest Gizella Út 51-57

Nettó ajánlati ár Ft : 151810000

Az egy

detektorkoszorú-mátrix

soraiban lévő

detektorok legnagyobb 736

soronkénti száma (650-

850 db/sor) Előny a

nagyobb:

A legnagyobb

használható teljes

z-irányú kollimáció az 38,4

izocenterben mérve (

38-40 mm) Előny a

nagyobb:

Maximális X-Y(axiális)

síkbeli térfelbontás,

50cm scan FOV,64

detektorról származó

axiális módú mérés,

fémrács nélküli teljes 14

detektor felületi

hatásfok, MTF 10%

mellett(12-16 vonalpár

/cm)Előny a nagyobb:

Maximális X-Y(axiális)

síkbeli térfelbontás,

50cm scan FOV,64

detektorról származó

axiális módú mérés,

fémrács nélküli teljes 11,4

detektor felületi

hatásfok, MTF 50%

mellett (8-12 vonalpár/

cm)Előny a nagyobb:

**Helikális kis
kontrasztú
felbontáshoz tartozó 10,7
páciens dózis (5-10
mGy) Előny a kisebb:
Temporális
regisztráció: axiális
üzem módban, bármely
(a FOV-ba eső) voxel
azonos irányú 280
projekcióval történő
leképezése között eltelt
idő (30-200 msec)
Előny a kisebb:**

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.