

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Debreceni Egyetem** (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő által megindított „**DEK-777 Gyógyszertechnológiai eszköz beszerzés** ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

---

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.10.03 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat ajánlat érkezett.

**A rész neve és száma:** Tablettázó berendezés 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 115201700 HUF

**A rész neve és száma:** Bliszterező berendezés 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 229702668 HUF

**A rész neve és száma:** Kapszulázó berendezés 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 137109484 HUF

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

---

**Ajánlattevő neve:** EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám Körút 10.

**Rész neve:** Bliszterező berendezés (2)

**1. A berendezés súlya a maximum előírt 3.500 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 1.000 kg) :**

300

**2. A berendezés kapacitása a minimum elvárt 400 bliszter/perc felett bliszter/percben kifejezve ( legkedvezőtlenebb: 0 bliszter/perc - legkedvezőbb: 100 bliszter/perc) :**

0

**3. A berendezés által kezelhető tekercs fedőfólia átmérője a minimum elvárt 250 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 70 mm) :**

10

**4. Nettó ajánlati ár (HUF):**

267 104 000

---

**Rész neve:** Kapszulázó berendezés (3)

**1. A berendezés kapacitásának alsó határértéke az előírt 8.000 kapszula/órához képest mennyivel kedvezőbb kapszula/órán kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra - legkedvezőbb: 2.000 kapszula/óra) :**

2 000

**2. A berendezés kapacitásának felső határértéke az előírt 15.000 kapszula/óra felett kapszula/órán kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra - legkedvezőbb: 10.000 kapszula/óra) :**

-3 000

**3. A berendezés súlya a maximum előírt 2.000 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 200 kg):**

1 300

**4. Nettó ajánlati ár (HUF):**

161 234 000

---

**Rész neve:** Tablettázó berendezés (1)

**1. A berendezés teljesítménye a minimum elvárt 150.000 tablett/óra felett tablett/órában kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 tablett/óra - legkedvezőbb: 10.000 tablett/óra):**

20 000

**2. A berendezés töltetmélysége a minimum elvárt 22,00 mm felett mm-ben két tizedesjegyre kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0,00 mm - legkedvezőbb: 3,00 mm):**

-2

**3. Az ipari porszívó szűrőfelülete a minimum elvárt 50.000 cm<sup>2</sup> felett cm<sup>2</sup>-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 cm<sup>2</sup>- legkedvezőbb: 3.000 cm<sup>2</sup>) :**

2 500

**4. A berendezés előnyomása a minimum elvárt 35 kN felett kN-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kN - legkedvezőbb: 5 kN) :**

-15

**5. A berendezés szerszámhelyeinek száma a minimum elvárt 24 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 2 db) :**

2

**6. Nettó ajánlati ár (HUF):**

131 450 000

---

**Ajánlattevő neve:** Sentimento Kft.

**Székhelye:** 2030 Érd Kossuth Lajos Utca 105-107.

**Rész neve:** Bliszterező berendezés (2)

**1. A berendezés súlya a maximum előírt 3.500 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 1.000 kg) :**

900

**2. A berendezés kapacitása a minimum elvárt 400 bliszter/perc felett bliszter/perc-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 bliszter/perc - legkedvezőbb: 100 bliszter/perc) :**

100

**3. A berendezés által kezelhető tekercs fedőfólia átmérője a minimum elvárt 250 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 70 mm) :**

70

**4. Nettó ajánlati ár (HUF):**

231 089 121

---

**Rész neve:** Kapszulázó berendezés (3)

**1. A berendezés kapacitásának alsó határértéke az előírt 8.000 kapszula/órához képest mennyivel kedvezőbb kapszula/órán kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra - legkedvezőbb: 2.000 kapszula/óra) :**

2 000

**2. A berendezés kapacitásának felső határértéke az előírt 15.000 kapszula/óra felett kapszula/órán kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra - legkedvezőbb: 10.000 kapszula/óra) :**

10 000

**3. A berendezés súlya a maximum előírt 2.000 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 200 kg):**

200

**4. Nettó ajánlati ár (HUF):**

139 422 223

---

**Rész neve:** Tablettázó berendezés (1)

**1. A berendezés teljesítménye a minimum elvárt 150.000 tabletta/óra felett tabletta/órán kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 tabletta/óra - legkedvezőbb: 10.000 tabletta/óra):**

6 000

**2. A berendezés töltetmélysége a minimum elvárt 22,00 mm felett mm-ben két tizedesjegyre kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0,00 mm - legkedvezőbb: 3,00 mm):**

1,81

**3. Az ipari porszívó szűrőfelülete a minimum elvárt 50.000 cm<sup>2</sup> felett cm<sup>2</sup>-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 cm<sup>2</sup>- legkedvezőbb: 3.000 cm<sup>2</sup>) :**

2 500

**4. A berendezés előnyomása a minimum elvárt 35 kN felett kN-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kN - legkedvezőbb: 5 kN) :**

5

**5. A berendezés szerszámhelyeinek száma a minimum elvárt 24 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 2 db) :**

2

**6. Nettó ajánlati ár (HUF):**

117 854 400

---

**Kiegészítő információk a bontáshoz:**

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.