

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Debreceni Egyetem** (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**DEK-788 Borvizsgáló labor. kial.eszközbeszerzése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.07.16 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Általános borvizsgáló laboratóriumi eszközök 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 41221375 HUF

A rész neve és száma: Speciális boranalitikai készülékek 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 67149750 HUF

A rész neve és száma: Kivonatkészítési (extrakciós) eszközök 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 106896225 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4034 Debrecen Simon László U. 4.

Rész neve: Kivonatkészítési (extrakciós) eszközök (3)

Nettó ajánlati ár MINDÖSSZESEN (HUF):

103 675 000

Folyadékkromatográfiás rendszernél a nyomásszabályzót időben lehet programozni (Igen/Nem):

Igen

Folyadékkromatográfiás rendszernél a diódasoros detektor adatgyűjtési sebessége (spektrum/másodperc):

100

Folyadékkromatográfiás rendszernél az automata adagoló képes két reagens adagolásával kolonna előtti származékképzésre (Igen/Nem):

Igen

Szuperkritikus folyadékextraktor maximális nyomásértéke (psi):

10 000

Szuperkritikus folyadékextraktor maximális hőmérsékleti értéke (°C):

200

Szuperkritikus folyadékextraktor szivattyú teljesítménye (g szén-dioxid-folyadék/perc):

250

Rész neve: Speciális boranalitikai készülékek (2)

Nettó ajánlati ár MINDÖSSZESEN (HUF):

65 190 000

Spektrométer mennyi külön InGaAs detektorral és beépített standarddal rendelkező mérőmodult tartalmaz (db):

4

Spektrométernél a kemometriai szoftver hány féle modellt tartalmaz (db):

10

Spektrométer hullámszám pontossága (cm⁻¹):

0,03

Bor analizáló rendszerénél az analízishez szükséges minta mennyisége (ml):

8,2

Bor analizáló rendszerénél az összes és szabad kéndioxid esetén az analízis ideje (perc):

2,5

Bor analizáló rendszerénél az egyidejűleg, reagensek nélkül mért paraméterek száma készborban (paraméter):

22

Rész neve: Általános borvizsgáló laboratóriumi eszközök (1)

Nettó ajánlati ár MINDÖSSZESEN (HUF):

39 995 000

Analitikai HPLC-nél a maximális nyomás 5,5 ml/percnél (MPa):

70

Analitikai HPLC-nél a diódasoros detektor adatgyűjtési sebessége (spektrum/másodperc):

100

Analitikai HPLC-nél a fluoreszcens detektor jel/zaj viszony a víz Raman sávján mérve (Ex hullámhossz: 350 nm):

2 300

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.