

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Debreceni Egyetem** (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**DEK-835 Egészs. Kar eszköz beszerzése EFOP-4.2.1.**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.02.18 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 15 darab, azaz tizenöt ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: 1. Laboreszközök 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 3432873 HUF

A rész neve és száma: 2. Újraélesztéshez szükséges eszközök 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 9635658 HUF

A rész neve és száma: 3. Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő es 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 5088830 HUF

A rész neve és száma: 4. Sürgősségi eszközök 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 917266 HUF

A rész neve és száma: 5. Szimulációs és demonstrációs eszközök 5

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 118671756 HUF

A rész neve és száma: 6. Laboreszközök II. - Lamináris fülke 6

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 1308792 HUF

A rész neve és száma: 7. Szimulációs eszközök 7

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 3995541 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely Paragvári utca 15.

Rész neve: 3. Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő es (3)

1. A Betegőrző monitor EKG hullámformáinak száma a minimum előírt 2 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 2 db) :

2

2. A Betegőrző monitor eltárolható és visszanezhető NBIP adatainak száma a minimum előírt 450 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 50 db) :

0

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

7 308 000

Rész neve: 4. Sürgősségi eszközök (4)

1. A Lámpa germicid automata programjainak száma a minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 4 db) :

1

2. A Lámpa germicid csöveinek száma a minimum előírt 1 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 1 db):

0

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

1 990 000

Rész neve: 7. Szimulációs eszközök (7)

1. A Várandóssági mellény viselőjének magassága a minimum előírt 155 cm felett cm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 cm - legkedvezőbb: 30 cm) :

0

2. A Várandóssági mellény teljes súlya a minimum előírt 7 kg felett kg-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 3 kg) :

1

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

4 175 000

Ajánlattevő neve: Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.

Székhelye: 6726 Szeged Fő Fásor 121.

Rész neve: 1. Laboreszközök (1)

1. A Laboratóriumi vegyi fülkében a munka magasság a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm) :

100

2. A Laboratóriumi vegyi fülke ablakának nyitási magassága a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm):

100

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

2 670 237

Ajánlattevő neve: H.S.-medplan Kft.

Székhelye: 1222 Budapest Nagytétényi Út 30

Rész neve: 2. Újraélesztéshez szükséges eszközök (2)

1. Defibrillátor feltöltődési ideje a maximális energiaszintre bifázisban az előírt 12 s-hez képest mennyivel kedvezőbb s-ben fejezve (legkedvezőtlenebb: 0 s - legkedvezőbb: 5 s) :

2

2. Defibrillátor-monitor egységének tömege az előírt 10 kg-hoz képest mennyivel kedvezőbb kg-ban fejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 2 kg):

2

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

9 785 700

Ajánlattevő neve: LOBA Distribution Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki Út 187-189.

Rész neve: 1. Laboreszközök (1)

1. A Laboratóriumi vegyi fülkében a munka magasság a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm) :

100

2. A Laboratóriumi vegyi fülke ablakának nyitási magassága a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm):

100

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

2 682 500

Ajánlattevő neve: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1126 Budapest Ugocsa Utca 5., fsz. 8.

Rész neve: 1. Laboreszközök (1)

1. A Laboratóriumi vegyi fülkében a munka magasság a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm) :

100

2. A Laboratóriumi vegyi fülke ablakának nyitási magassága a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm):

70

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

6 150 000

Rész neve: 3. Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő es (3)

1. A Betegőrző monitor EKG hullámformáinak száma a minimum előírt 2 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 2 db) :

0

2. A Betegőrző monitor eltárolható és visszanezhető NBIP adatainak száma a minimum előírt 450 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 50 db) :

50

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

5 047 000

Rész neve: 4. Sürgősségi eszközök (4)

1. A Lámpa germicid automata programjainak száma a minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 4 db) :

1

2. A Lámpa germicid csöveinek száma a minimum előírt 1 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 1 db):

0

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

1 071 060

Rész neve: 5. Szimulációs és demonstrációs eszközök (5)

1.A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó vértartály úrtartalma a minimum előírt 1500 ml felett ml-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 ml - legkedvezőbb: 300 ml) :

500

2. A Magashűségű szülészeti szim. magzati szívhang hallgatási helyeinek száma a minimum előírt 3 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 2 db) :

2

3. A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó statikus cervix állapotainak száma minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 2 db):

2

4. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

118 220 930

Rész neve: 7. Szimulációs eszközök (7)

1. A Várandóssági mellény viselőjének magassága a minimum előírt 155 cm felett cm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 cm - legkedvezőbb: 30 cm) :

30

2. A Várandóssági mellény teljes súlya a minimum előírt 7 kg felett kg-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 3 kg) :

0

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

3 920 000

Ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1023 Budapest Bécsi Út 4

Rész neve: 3. Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő es (3)

1. A Betegőrző monitor EKG hullámformáinak száma a minimum előírt 2 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 2 db) :

0

2. A Betegőrző monitor eltárolható és visszanezhető NBIP adatainak száma a minimum előírt 450 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 50 db) :

50

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

4 890 000

Rész neve: 4. Sürgősségi eszközök (4)

1. A Lámpa germicid automata programjainak száma a minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 4 db) :

1

2. A Lámpa germicid csöveinek száma a minimum előírt 1 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db - legkedvezőbb: 1 db):

0

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

780 000

Rész neve: 6. Laboreszközök II. - Lamináris fülke (6)

1. A Lamináris fülke nyitási magassága a minimum előírt 250 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 100 mm) :

100

2. A Lamináris fülke áramlási sebessége a minimum előírt 0,3 m/s felett m/s-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 m/s - legkedvezőbb: 0,1 m/s):

0,1

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

1 800 000

Ajánlattevő neve: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4034 Debrecen Simon László U. 4.

Rész neve: 1. Laboreszközök (1)

1. A Laboratóriumi vegyi fülkében a munka magasság a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm) :

400

2. A Laboratóriumi vegyi fülke ablakának nyitási magassága a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm - legkedvezőbb: 700 mm):

100

3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):

3 281 300

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.