

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Debreceni Egyetem** (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**DEK-847 Orvosi műszerek beszerzése- ROHU401** ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.04.14 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Hibrid inkubátor beszerzése 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 7150000 HUF

A rész neve és száma: 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzése 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 50350000 HUF

A rész neve és száma: 3D Thoracoscopos torony beszerzése 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 16680000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1142 Budapest Szatmár Utca 46/A

Rész neve: Hibrid inkubátor beszerzése (1)

1. Bura-fedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor) automatikusan bekapcsol és melegít, amely biztosítja az újszülött folyamatos hőegyensúlyát (igen/nem):

Igen

2. A burán a kezelőnyílások száma az előírt min. 4 db-on felül (legkedvezőtlenebb 0 db- legkedvezőbb 2 db) :

1

3. A készülék fizikai érintése nélküli riasztás némítás (igen/nem) :

Igen

4. Forgatható matractálca és matrac az előírt min. 45°-os szögnél nagyobb fokban (legkedvezőtlenebb 0°- legkedvezőbb 315° fok):-:

315

5. nettó ajánlati ár (HUF):

7 150 000

Ajánlattevő neve: Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1135 Budapest Szent László út 95.

Rész neve: Hibrid inkubátor beszerzése (1)

1. Bura-fedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor) automatikusan bekapcsol és melegít, amely biztosítja az újszülött folyamatos hőegyensúlyát (igen/nem):

Nem

2. A burán a kezelőnyílások száma az előírt min. 4 db-on felül (legkedvezőtlenebb 0 db-legkedvezőbb 2 db) :

1

3. A készülék fizikai érintése nélküli riasztás némítás (igen/nem) :

Nem

4. Forgatható matractálca és matrac az előírt min. 45°-os szögnél nagyobb fokban (legkedvezőtlenebb 0°- legkedvezőbb 315° fok):-

0

5. nettó ajánlati ár (HUF):

7 200 000

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft.

Székhelye: 1023 Budapest Felhévizi Utca 5.

Rész neve: 3D Thoracoscopos torony beszerzése (3)

1. Nettó ajánlati ár (Ft):

17 587 561

Ajánlattevő neve: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.

Rész neve: 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzése (2)

1. Maximális akusztikus frame rate B-módban a kötelezően előírt min. 1000 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec-legkedvezőbb 5000 kép/sec):

6 500

2. Maximális akusztikus frame rate Color Doppler-módban a kötelezően előírt min. 300 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec legkedvezőbb 150 kép/sec):

475

3. Automatikus Doppler-mérések : LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity (igen/nem) :

Igen

4. Nettó ajánlati ár (HUF):

47 950 000

Ajánlattevő neve: TSO MEDICAL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1118 Budapest Villányi Út 97.

Rész neve: 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzése (2)

1. Maximális akusztikus frame rate B-módban a kötelezően előírt min. 1000 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec-legkedvezőbb 5000 kép/sec):

6 500

2. Maximális akusztikus frame rate Color Doppler-módban a kötelezően előírt min. 300 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec legkedvezőbb 150 kép/sec):

475

3. Automatikus Doppler-mérések : LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity (igen/nem) :

Igen

4. Nettó ajánlat ár (HUF):

51 200 000

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.