

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Debreceni Egyetem** (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**DEK-848_Kutatáshoz szüzs. eszk. GINOP projektből**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.05.13 11:30) a fenti tárgyú eljárásban 10 darab, azaz tíz ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Összetétel elemző mérőeszk. kül. minták anlizisere 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 76755150 HUF

A rész neve és száma: Szerves vegyületek meghat alk. gázkrom-tömegspektr 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 142292000 HUF

A rész neve és száma: Kutatáshoz szüzs. laboratóriumi műszerek, készülék 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 39861125 HUF

A rész neve és száma: Vegyipari berendezés 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 54054168 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: PROFIN PROFESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1139 Budapest Váci Út 91/a.

Rész neve: Vegyipari berendezés (4)

1. Párhuzamosan folytatható fermentációk száma (legkedvezőtlenebb 1, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték.:

4

2. Down-stream gáz ammónia koncentráció mérésének felső tartománya (legkedvezőtlenebb 100 ppm; legkedvezőbb 1000 ppm) Előny a nagyobb érték.:

1 000

3. Down-stram mikro gázáramlás mérési tartomány minimuma (legkedvezőtlenebb 400 ml/h, legkedvezőbb 2 ml/h) Előny a kisebb érték.:

30

4. Reaktor töltetkapacitás tartomány (legkedvezőtlenebb 15 l; legkedvezőbb 20 l) Előny a nagyobb érték.:

15

5. Nettó ajánlati ár (Ft) :

59 950 000

Ajánlattevő neve: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.

Székhelye: 1112 Budapest Péterhegyi Út 98.

Rész neve: Szerves vegyületek meghat. alk. gázkrom-tömegspektr (2)

1. Ütközési cella pólusainak száma a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármass kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 6 db) Előny a nagyobb érték. :

6

2. Hármass, hiperbolikus, 4 rudas kvadrupol tömeganalizátor fűtési hőmérséklete (legkedvezőtlenebb 105 °C, legkedvezőbb 200 °C) Előny a nagyobb érték.:

200

3. Kvadrupol felbontása (legkedvezőtlenebb 0,4 Da, legkedvezőbb 4 Da) Előny a nagyobb érték. Egy tizedesjeggyel szükséges megadni.:

4

4. Ionforrás energiája a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármass kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 10 eV, legkedvezőbb 300 eV) Előny a nagyobb érték.:

300

5. Nettó ajánlati ár (Ft):

142 200 000

Ajánlattevő neve: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1163 Budapest Kőszál Utca 6.

Rész neve: Kutatáshoz szüks. laboratóriumi műszerek, készülék (3)

1. Szárítószekrény fűtött oldalainak száma (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték.:

4

2. Kaloriméter linearitása a teljes méréstartományon belül (legkedvezőtlenebb 0,07%, legkedvezőbb 0,05%) Előny a kisebb érték. Két tizedesjeggyel szükséges megadni.:

0,05

3. Kaloriméter maximális mintaméret (legkedvezőtlenebb 7500, legkedvezőbb 8000 kalória) Előny a nagyobb érték.:

8 000

4. XRF készülékkel több elem egyidejű analízise (legkedvezőtlenebb 35, legkedvezőbb 40 db) Előny a nagyobb érték.:

40

5. XRF készülék használata környezeti páratartalom értéken (legkedvezőtlenebb 80 %, legkedvezőbb 90 %) Előny a nagyobb érték.:

90

6. Nettó ajánlati ár (Ft) :

44 291 100

Ajánlattevő neve: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4034 Debrecen Simon László U. 4.

Rész neve: Kutatáshoz szüks. laboratóriumi műszerek, készülék (3)

1. Szárítószekrény fűtött oldalainak száma (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték.:

4

2. Kaloriméter linearitása a teljes méréstartományon belül (legkedvezőtlenebb 0,07%, legkedvezőbb 0,05%) Előny a kisebb érték. Két tizedesjeggyel szükséges megadni.:

0,05

3. Kaloriméter maximális mintaméret (legkedvezőtlenebb 7500, legkedvezőbb 8000 kalória) Előny a nagyobb érték.:

8 000

4. XRF készülékkel több elem egyidejű analízise (legkedvezőtlenebb 35, legkedvezőbb 40 db) Előny a nagyobb érték.:

40

5. XRF készülék használata környezeti páratartalom értéken (legkedvezőtlenebb 80 %, legkedvezőbb 90 %) Előny a nagyobb érték.:

90

6. Nettó ajánlati ár (Ft) :

38 689 450

Ajánlattevő neve: AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8200 Veszprém Wartha Vince Utca 1/2.

Rész neve: Kutatáshoz szüks. laboratóriumi műszerek, készülék (3)

1. Szárítószekrény fűtött oldalainak száma (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték.:

4

2. Kaloriméter linearitása a teljes méréstartományon belül (legkedvezőtlenebb 0,07%, legkedvezőbb 0,05%) Előny a kisebb érték. Két tizedesjeggyel szükséges megadni.:

0,05

3. Kaloriméter maximális mintaméret (legkedvezőtlenebb 7500, legkedvezőbb 8000 kalória) Előny a nagyobb érték.:

8 000

4. XRF készülékkel több elem egyidejű analízise (legkedvezőtlenebb 35, legkedvezőbb 40 db) Előny a nagyobb érték.:

40

5. XRF készülék használata környezeti páratartalom értéken (legkedvezőtlenebb 80 %, legkedvezőbb 90 %) Előny a nagyobb érték.:

90

6. Nettó ajánlati ár (Ft) :

45 800 000

Ajánlattevő neve: Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen Házgyár Út 17

Rész neve: Vegyipari berendezés (4)

1. Párhuzamosan folytatható fermentációk száma (legkedvezőtlenebb 1, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték.:

4

2. Down-stream gáz ammónia koncentráció mérésének felső tartománya (legkedvezőtlenebb 100 ppm; legkedvezőbb 1000 ppm) Előny a nagyobb érték.:

1 000

3. Down-stram mikro gázáramlás mérési tartomány minimuma (legkedvezőtlenebb 400 ml/h, legkedvezőbb 2 ml/h) Előny a kisebb érték.:

20

4. Reaktor töltetkapacitás tartomány (legkedvezőtlenebb 15 l; legkedvezőbb 20 l) Előny a nagyobb érték.:

20

5. Nettó ajánlati ár (Ft) :

55 040 000

Ajánlattevő neve: CP-ANALITIKA Műszerkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1145 Budapest Amerikai Út 98

Rész neve: Szerves vegyületek meghat. alk. gázkrom-tömegspektr (2)

1. Ütközési cella pólusainak száma a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármass kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 6 db) Előny a nagyobb érték. :

6

2. Hármass, hiperbolikus, 4 rudas kvadrupol tömeganalizátor fűtési hőmérséklete (legkedvezőtlenebb 105 °C, legkedvezőbb 200 °C) Előny a nagyobb érték.:

200

3. Kvadrupol felbontása (legkedvezőtlenebb 0,4 Da, legkedvezőbb 4 Da) Előny a nagyobb érték. Egy tizedesjeggyel szükséges megadni.:

4

4. Ionforrás energiája a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármass kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 10 eV, legkedvezőbb 300 eV) Előny a nagyobb érték.:

300

5. Nettó ajánlati ár (Ft):

145 785 000

Ajánlattevő neve: AKTIV INSTRUMENT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1145 Budapest Pétervárad Utca 14. fszt. 1-2.

Rész neve: Összetétel elemző mérőeszk. kül. minták analízisére (1)

1. Elemanalizátor kemence fűtési hőmérséklet (legkedvezőtlenebb 800 °C, legkedvezőbb 1200 °C). Előny a nagyobb.:

1 200

2. Elemanalizátor mintaváltóban a pozíciók száma (legkedvezőtlenebb 30 db, legkedvezőbb 50 db). Előny a nagyobb.:

50

3. Hőkamera hőmérséklet érzékenység (legkedvezőtlenebb 100 mK, legkedvezőbb 50 mK). Előny a kisebb.:

50

4. Félüzemi pelletkészítő rendszer óránkénti pelletelőállítási kapacitása (legkedvezőtlenebb 50 kg/h, legkedvezőbb 100 kg/h). Előny a nagyobb.:

100

5. Nettó ajánlati ár (Ft) :

78 242 100

Ajánlattevő neve: AKTIVIT Környezetvédelmi, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1161 Budapest Kossuth Lajos Utca 29.

Rész neve: Összetétel elemző mérőeszk. kül. minták analízisére (1)

1. Elemanalizátor kemence fűtési hőmérséklet (legkedvezőtlenebb 800 °C, legkedvezőbb 1200 °C).

Előny a nagyobb.:

1 200

2. Elemanalizátor mintaváltóban a pozíciók száma (legkedvezőtlenebb 30 db, legkedvezőbb 50 db).

Előny a nagyobb.:

60

3. Hőkamera hőmérséklet érzékenység (legkedvezőtlenebb 100 mK, legkedvezőbb 50 mK). Előny a kisebb.:

50

4. Félüzemi pelletkészítő rendszer óránkénti pelletelőállítási kapacitása (legkedvezőtlenebb 50 kg/h, legkedvezőbb 100 kg/h). Előny a nagyobb.:

100

5. Nettó ajánlati ár (Ft) :

74 940 000

Ajánlattevő neve: SoliVac Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2030 Érd Budai Út 15.

Rész neve: Kutatáshoz szücs. laboratóriumi műszerek, készülék (3)

1. Szárítószekrény fűtött oldalainak száma (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték.:

4

2. Kaloriméter linearitása a teljes méréstartományon belül (legkedvezőtlenebb 0,07%, legkedvezőbb 0,05%) Előny a kisebb érték. Két tizedesjeggyel szükséges megadni.:

0,05

3. Kaloriméter maximális mintaméret (legkedvezőtlenebb 7500, legkedvezőbb 8000 kalória) Előny a nagyobb érték.:

8 000

4. XRF készülékkel több elem egyidejű analízise (legkedvezőtlenebb 35, legkedvezőbb 40 db) Előny a nagyobb érték.:

40

5. XRF készülék használata környezeti páratartalom értéken (legkedvezőtlenebb 80 %, legkedvezőbb 90 %) Előny a nagyobb érték.:

90

6. Nettó ajánlati ár (Ft) :

45 597 638

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.