

Változtatás átvezetésére

kötelezett példány:

nem kötelezett példány:

Példány sorszám:

## Fogászati asszisztens feladatai zárt curettage végzésekor MP 017.ST

Készítette: Ilyés-Mázló Kinga  
fogászati asszisztens

Átvizsgálta: Dr. Varga István  
a Parodontológiai Tanszék vezetője

Jóváhagyta: Dr. Bágyi Kinga  
a Fogorvostudományi Kar dékánja

M ó d o s í t á s o k		
Sorszáma	Dátuma	Leírása
1.	2010. 05.03	A protokoll teljes körű aktualizálása
2.	2019.11.18.	A protokoll teljes körű aktualizálása
3.		

1. **Fogalma:** a gingivális curettage az ulcerálódott tasakhám és az alatta lévő gyulladt granulációs sarjszövet, fogkő eltávolítását jelenti.
2. **Formái:**
  - *subgingivális curettage*  
a fent említett szövetek, valamint a hámtapadás alatti kötőszövetnek alveolusig történő eltávolítását jelenti.
  - *nem szándékos curettage* a subgingivális depurálás és a gyökérfelszín simítás során történik.
3. **Célja:**
  - fájdalom, heveny tünetek megszüntetése, genny és a gyulladt tasakhám, fellazult, oedémás kötőszövet egészének eltávolítása
  - a fokozott gyulladáshoz társuló tasakváladék képződés és ínyvérzés megszüntetése, tapadásvesztés progressziójának megállítása
  - az íny zsugorodásának elősegítése és ezáltal a tasak mélységének csökkentése
  - azon baktériumok eltávolítása, melyek a subgingiválisan depurált gyökérfelszínt újra kolonizálhatnák
4. **Indikációk:**

Parodontális tályog
5. **Relatív kontraindikációk:**

Egy éven belül febris rheumatikán átesett betegek, műbillentyűt viselőknél, bill. insuff., mitrális prolapsus, protézises, vese dializált, transzplantált, biszfoszfonát terápiaiban részesült, fél éven belüli mélyvénás trombotikus betegeknél megfelelő előkészítés után / AB profilaxis/.

Haematológiai kórképek, haemophiliasok és egyéb coagulopathias és trombocythopaenias, súlyos anaemias betegeknél csak megfelelő előkészítést követően / faktor pótlás, trombocytaszám, INR/.

Akut leukaemia, agranulocytosis, Hodgkin kór /belgyógyász szakorvosi javaslata mellett/.

**6. Műszerasztal előkészítése:**

- Steril műszertálca,
- depurálás eszközei (univerzál curettage vagy orvos által kért Gracey), fogászati tükör, szonda, csipesz,
- parodontális szonda
- egyszer használatos fecskendő, tű, érzéstelenítő oldat
- steril izoláló kendő
- nyálszívó, pohár, partedli
- antibakteriális szerek (kenőcs, zselé vagy folyadék formájában)
- steril kesztyű
- szájmazsk
- papírvatta
- steril törlés

**8. Az asszisztens feladatai curettage folyamata során:**

- a beteg elhelyezése a fogászati kezelőszékben
- az orvos utasításának megfelelően előkészítjük a kezelőegységet, műszerasztal eszközeit, 0,1 % CHX. Beteg öltözékének védelmére nyálkendőt és steril izoláló kendőt helyezünk fel.
- ambuláns lap megírása orvosi utasításoknak megfelelően.
- a következő kezelés időpontjának egyeztetése
- műszerek fertőtlenítése, tisztítása, előkészítése sterilizáláshoz.
- fogászati kezelőegység, műszerasztal fertőtlenítése.

**9. A kéziműszerek és élezésük:**

*Depurátorok élezése:*

A depurátorok élezése a vágóélet képező felszín vagy felszínek csiszolását jelenti.

Az élezés célja: a csiszolással a tompa műszerre jellemző lekerekített felszínné alakult vágó élet ismét éles, finom, vonalszerű vágó éllé alakítsuk.

A kívánt cél elérése többféle módszerrel is lehetséges, az elfogadható, amely az élességet úgy állítja helyre, hogy nem eredményez nagy anyagvesztést és nem változtatja meg a műszer eredeti formáját.

A depurátorok élezéséhez megfelelő munkakörülmények, eszközök és szakismeret szükséges.

*Az élezéshez szükséges felszerelés:*

---

Lehetőleg olyan helyet alakítsunk ki, ahol a szükséges eszközök együtt tarthatók és a munka ülve végezhető.

*Élező kövek:*

1, természetesek(a) és mesterségesek(b) lehetnek:

a, Arkansas olaj kő vagy Indiai-kő

b, korund és a karborundum kövek

*Az élezés alapelvei:*

Csak tiszta, dezinficiált műszert élezzünk.

A depurátort azonnal élezzük, amint az életlenség első jeleit észleljük.

Az élezendő műszernek megfelelő nagyságú, formájú és abrazivitású követ válasszunk.

A teljes felszínből egyenletesen távolítsuk el az anyagot, és ne változtassuk meg a penge alaját. A kő anyagától függ, hogy szükség van-e nedvesítő folyadékra.

A szög a penge felszíne és a kő között megfelelő legyen.

Az élezés befejeztével a köveket és a műszert egyaránt tisztítani szükséges.

#### **10. Felhasznált szakirodalom:**

- Gera István: Parodontológia, Semmelweis Kiadó, Budapest 2009.
- Dr. Orosz Mihály: Fogászati asszisztensek és dentálhigiénikusok tankönyve, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 2013.