
4. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-325/2016.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 253-465669
Megjelenés dátuma:	2016. 12. 31.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-16354/2016.
Megjelenés dátuma:	2017. 01. 04.
Eljárás megindításának napja:	2016. 12. 29.
Eljárás tárgya:	DEK-325/2016.: Laboratóriumi reagensek szállítása az Ajánlatkérő saját tulajdonában lévő laborkészülékekhez, egyes részajánlati körök esetén a szükséges laborkészülékek térítésmentes használatba adásával együtt
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2017. 04. 13.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „**DEK-325/2016.: Laboratóriumi reagensek szállítása az Ajánlatkérő saját tulajdonában lévő laborkészülékekhez, egyes részajánlati körök esetén a szükséges laborkészülékek térítésmentes használatba adásával együtt**” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.100.:

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a 2.9.: Allergia részben szereplő vizsgálatok elvégzéséhez szükséges kiegészítőket (Reagensek, fogyóanyagok) milyen módon adjuk meg?
Elfogadható-e Ajánlatkérő számára, ha a vizsgálatokhoz szükséges kiegészítőket a táblázat aljára történő plusz sorok beszúrásával ajánljuk meg?

V.100.:

A táblázat sorainak száma nem változtatható. Kérjük, hogy a fogyóanyagok árát építsék be minden vizsgálat költségébe és ott jelenjen meg.

K.101.:

A Tételes ártáblázat_1_4_LMI 3.2. tételcsoport: Áramlási citometria vizsgálatok Navios műszeren elnevezésű lapján 17. sor J oszlopában feltüntetett paramétereknek megfelelő termék 27%-os ÁFA kulccsal értékesíthető a táblázatban eredetileg megadott 5% helyett.

Antitest	Fluoro-króm	Clone	Kisze- relés		db/év	ml / év	ÁFA mértéke %-ban	Helyes ÁFA mértéke %-ban
IgG2a/IgG1	FITC/PE	7T4-1F5 679.1Mc7	1	ml	5	5	5	27

Kérjük megerősíteni, hogy a fentiekben jelzett változtatásokkal (5% ÁFA helyett 27% ÁFA) a táblázat kitölthető.

V.101.:

Az IgG2a/IgG1 termék ÁFÁ-ja valóban 27 %, úgyhogy a %-kulcs javítható.

A 27 %-os áfa-kulccsal a táblázat kitölthető. Ajánlatkérő e tekintetben az ártáblázatot módosította.

K.102.:

A Tételes ártáblázat_1_4_LMI 3.2. tételcsoport: Áramlási citometria vizsgálatok Navios műszeren elnevezésű lapján az alábbi sorokban elírást tapasztaltunk: a J4.119 clone-ok (termék) nem létezik, helyette J3-119 termék létezik:

Antitest	Fluorokróm	Clone	Helyes Clone	Kiszerelés		db/év	ml/év	ÁFA mértéke %- ban
CD19	PE	J4.119	J3-119	2	ml	4	8	5
CD19	PC5	J4.119	J3-119	1	ml	1	1	5

Kérjük megerősíteni, hogy a fentiekben jelzett változtatásokkal (J4.119 helyett J3-119) a táblázat kitölthető.

V.102.:

A CD19PC5 és CD19PE termékek clon-ja valóban J3-119. Régebben viszont J4-119 volt, Ajánlatkérő ezért szerepeltette ezt a kódot. Elfogadható a változtatás, Ajánlatkérő e tekintetben az ártáblázatot módosította.

K.103.:

76. rész: 6.21. Táptalaj alap

Az ajánlati dokumentáció Tételes ártáblázat_6_Mikrobiológia.xls nevű file - 6.21. Táptalaj alap nevű lapja az alábbiakat tartalmazza:

Részek	Megnevezés	db petricsésze
1.	Clostridium diff agar base 500g	6
2.	Columbia agar base 10kg	3
3.	Sabouraud dextrose agar 25kg	1
4.	Eosin methylene blue agar 10kg	3
5.	Brain heart infusion broth 1000g	5
6.	Clostridium diff supplement 10	10
7.	SCHAEDLER AGAR 5kg	6

8.	CHROMID CPS AGAR 100lemez	10
9.	MRSA szelektív táptalaj	10
10.	Campylobacter Blood Free Medium (mCCDA) 500g	6
11.	CEFOPERAZONE,TEICOPLANIN, AMPHOTERICIN supplement	10

Ajánlatkérő a **76. rész: 6.21. Táptalaj alap** 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10. számú részeiben/tételeiben előírta a termékek kiszерelését.

Kérdésünk, hogy egyenértékű terméknek számít-e, ha pl. a „*Columbia agar base* **10kg**” helyett Ajánlattevő „*Columbia agar alap, 2 db * 5kg*” terméket ajánl meg, vagyis Ajánlattevő megfelelhet-e akként, hogy az előírt kiszерelést kisebb mennyiséggel kívánja megajánlani, de amely összességében viszont megfelel az előírt kiszерelésnek.

Amennyiben Ajánlatkérő elfogadja, kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy ebben az esetben milyen módon kerüljön ez megjelölésre a költségvetésben.

V.103.:

Ajánlatkérő elfogadja az ajánlatot ilyen módon is. Ebben az esetben ezt kérjük egyértelműen jelölni a táblázatban.

K.104.:

6.15. tételcsoport:

- A korongoknál nincsen feltüntetve a kívánt hatóanyag tartalom. Kérjük, ezt pótolják és pontosan adják meg mekkora hatóanyag tartalmú korongokra van szükség.
- Az Amikacin, az Ampicillin, a Gentamycin és a Vancomycin többször szerepel, eltérő vizsgálati számokkal, kérjük, adják meg ennek az okát.
- A megadandó ár a kiszерelésenkénti, vagy darabonkénti árat jelöli?
- A kiszерelés oszlopban szereplő számok a legkisebb kiszерelési egységet jelölik? Mivel a piacon szinte csak 50 darabos fiolákban szerezhető be, ráadásul felhasználói szempontból irreleváns a termék kiszерelése, ezért véleményünk szerint ez a pont kizáró, versenykorlátozó. Kérjük, módosítani a kívánt kiszерelést 250 darabosra, vagy kérjük a korlátozás mellőzését.

V.104.:

Ajánlatkérő a 6.15. tételcsoportban felsorolt tételeket a 2. sz. módosításban módosította, melyben már megjelölésre került a hatóanyag, a többször szereplő tételek pedig kihúzásra kerültek. (A módosítások piros színnel kerültek megjelölésre.)

Ajánlatkérő elfogad más kiszерelést is. A vizsgálati számra kérjük kiszámolni a szükséges mennyiséget.

K.105.:

6.22. tételcsoport: Az első tétel esetében egy egyszerű Müller-Hinton agar + lóvér, vagy az EUCAST szerinti NAD-dal is dúsított változatra lenne a beszerezni kívánt?

V.105.:

Az EUCAST szerinti NAD-dal dúsított változatra kérünk ajánlatot.

K.106.:

6.21. tételcsoport:

Nem egyértelmű a tételek mennyiségének meghatározása. A harmadik oszlop felirata db petricsésze, miközben az 1,2,3,4,5,7,10 tételnél tömegegység, a 6. számú tételnél egy dimenzió

nélküli 10-es szám szerepel, a 9. tétel pedig mennyiség megadása nélküli. Kérjük pontosítani, hogy az egyes sorokban milyen mennyiségű terméket kívánnak beszerezni.

V.106.:

Ajánlatkérő a 6.21. tételcsoportot a 2. sz. módosításban módosította, melyben a mértékegységek már megadásra kerültek.

K.107.:

36. rész: 4.11. Vegyes reagensek, fogyóanyagok (HLA-DQ2/DQ8)

Ajánlatkérő a bírálati szempontokkal kiegészített műszaki leírás, feltételek 2. pontjában előírja, hogy „A pályázónak magyarországi szakszervizzel, kiképzett és szervíz jogosultsággal rendelkező szakemberrel kell rendelkeznie.” Az 1. számú kiegészítő tájékoztatás alapján a nevezett készülék egy 2720 Thermal Cycler típusú PCR készülék.

Tekintettel arra, hogy kizárólag a PCR készüléket forgalmazó cég kiképzett szakembere jogosult a magyarországi szakszervíz szolgáltatást ellátni, részünkről az érintett készülék szervizelése nem kivitelezhető, cégünk kizárólag a nevezett vegyszereket, fogyóanyagokat forgalmazza és biztosítja a pályázati feltételek szerint. PCR készülékek forgalmazásával, szervizével nem foglalkozunk.

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy módosítsa a dokumentációt a 36. rész vonatkozásában és törölje a 2. pontban szereplő feltételt.

V.107.:

Ajánlatkérő a 36. résznél (4.12-es, HLA-DQ2/DQ8) törli a 2-es pontot („A pályázónak magyarországi szakszervizzel, kiképzett és szervíz jogosultsággal rendelkező szakemberrel kell rendelkeznie”). A módosítás az 5. sz. felhívás módosítással került megjelölésre.

K.108.:

65. rész: 6.10. Valós idejű pcr közepes volumenű mérési sorozatokban

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy magyarországi hivatalos és kizárólagos szervízképviselő csak a kérdésfeltevő gazdasági szereplőnek van a QIAcube készülékre.

Amennyiben a szóban forgó QIAcube készülékek nem a QIAGEN által gyártott, a kérdésfeltevő gazdasági szereplő által forgalmazott reagensekkel kerülnek használatba, úgy a kérdésfeltevő gazdasági szereplő nem vállal felelősséget a készülékek esetleges meghibásodásáért és a felmerülő szervizelést sem tudja biztosítani.

Amennyiben a fenti készüléken szervíz probléma merül fel, úgy azt kizárólag – mint a QIAGEN készülékek kizárólagos szervíz képviselője – a kérdésfeltevő gazdasági szereplő szervíz specialistái szervizelhetik / javíthatják, akik a gyártói szervíz továbbképzésen megszerzett képesítéssel és az ezt bizonyító oklevéllel rendelkeznek (melléklet).

A QIAamp DNA Blood Mini Kit, QIAamp Viral RNA Mini Kit, Dneasy Blood & Tissue Mini Kit, QIAquick Gel Extraction Kit-ek esetében költséghatékony szilika membrán alapú kit-ekről beszélünk. Ezeket csak a QIAcube izoláló készüléken lehet automatizálni és ezzel gazdaságilag nem egyenértékű egy költséges mágneses alapú izolálás plusz egy extra készülék.

A diagnosztikában elengedhetetlen, hogy kvantitatív, konkrét kópiaszámot adó eredményeket tudjunk produkálni. A kiírásban nem szerepel, hogy a kit-eknek kvantitatívnak kell lenniük, szeretnénk felhívni a figyelmet erre a lényeges kritériumra. Továbbá kérnénk javasolni, hogy a HSV-1/2 PCR Kit CE IVD esetében is, - mint legnagyobb várható éves fogyasztású kit - megajánlható legyen 96-os kiserelés is.

A kiírásban a végtérfigat megjelölése a következő módon történt “A reakciók 50 ml végtérfigatban történjenek.” Kérnénk ennek is a tisztázását, vagy hibás kiírás esetén a végtérfigat javítását.

Végül: a diagnosztikai kitek viszonylatában célszerű meghatározni egy elvárt detektálási küszöbértéket (LOD), amely a kit érzékenységét jellemzi illetve egy lineáris tartományt ahol a kit-ben lévő kvantitatív standardok alapján precízen meghatározható a vírus titer (kópiaszám). Ennek hiányában, szerintünk a kiírás nem elég részletes, ahhoz hogy a megfelelő minőségű reagensek összevethetők legyenek, így kérjük az Ajánlatkérőt legyen szíves a kiírás 65. rész: 6.10. szakaszának átgondolását, a tenderben való megjelenéssel kapcsolatban.

V.108.:

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 65. eljárási rész (6.10.: valós idejű pcr közepes volumentű mérési sorozatokban) törlésre került.

Ajánlati felhívás módosítása

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.

Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra került.

A módosított ajánlattételi határidő: **2017. április 28. 11.00 óra.**

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági szereplőket.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály