
2. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATI FELHÍVÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-361/2016.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 183-328099
Megjelenés dátuma:	2016. 09. 22.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-11278/2016.
Megjelenés dátuma:	2016. 09. 26.
1. sz. módosítás TED-száma:	2016/S 198-356593
Megjelenés dátuma:	2016. 10. 13.
2. sz. módosítás KÉ-száma:	KÉ-11928/2016.
Eljárás megindításának napja:	2016. 09. 20.
Eljárás tárgya:	DEK-361/2016.: Adásvételi keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelések beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2016. 10. 14.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem **„DEK-361/2016.: Adásvételi keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelések”** tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.2.:

Ajánlatkérő, az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás és ártáblázat infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelésekhez dokumentumban, a 4. sorszámú rész – „Transzfúziós szerelék” – vonatkozásában, az alábbi műszaki követelményeket fogalmazza meg a beszerzésre kerülő áru vonatkozásában:

„Anyaga: polietilén, polipropilén, PVC. Gravitációs, 0,5 bárig nyomás biztos, zsákos vérkészítmény beadására, víztiszta, merevített cseppkamra, melynek úrtartalma 21 cm³, műanyag szivárgásmentes átszűrő toll, 18 cm² összfelületű 200 µm pórusméretű szűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock csatlakozás, hosszú szorítópálya, szabályozási szakasz: kb. 25 mm, szabályozókerék átmérő 14 mm, injekciózó közdarab nélkül, steril egyszer használatos”

Kérdés:

Ajánlatkérő elfogadja azon funkciójában és orvos-szakmai felhasználhatóság szempontjából azonos terméknek tekinthető transzfúziós szerelék megajánlását, amely esetében a cseppkamra űrtartalma $17,00 \text{ cm}^3$ továbbá a $200 \mu\text{m}$ pórusméretű szűrő összfelülete $15,80 \text{ cm}^2$?

V.2.:

Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja.

K.3.:

Ajánlatkérő, az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás és ártáblázat infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelésekhez dokumentumban, az 5. - 6. - 7. sorszámú részek – „Perfúziós szerelék I. – II. – III.” – vonatkozásában, az alábbi műszaki követelményt fogalmazza meg a beszerzésre kerülő áruk vonatkozásában: „..... belső átmérő $2,7/1,5$ ”

Kérdés:

Ajánlattevő jól gondolja, hogy a fentiek szerint megadott paraméterek jelentése a következő: belső átmérő = $1,5 \text{ mm}$; külső átmérő = $2,7 \text{ mm}$?

V.3.:

Igen, Ajánlattevő jól gondolja, a belső átmérő $1,5 \text{ mm}$.

K.4.

Ajánlatkérő, az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás és ártáblázat vénakanülhöz dokumentumban, a II. ajánlati rész 1. - 2. sorszámú részek – „Injektálható szelep nélküli perifériás vénakanül neonatológiai felhasználásra” – vonatkozásában, az alábbi műszaki követelményt fogalmazza meg a beszerzésre kerülő áruk vonatkozásában: „..... levehető „ujjtámasszal” ami elősegíti az egykezes szűrés technikát”.

Kérdés:

Ajánlattevő számára nem világos, hogy mire utal Ajánlatkérő a „levehető ujjtámasszal” kifejezéssel. Tudomásunk szerint, az ujjtámassz, amely elősegíti a vénakanül egykezes bevezetését, a bevezető tű kónuszával egybeépített képlet, így ez a beszúrást követően, a bevezető tűvel együttesen távolítható el. Kérjük T. Ajánlatkérő szíves szakmai-műszaki tájékoztatását ezen elvárt műszaki paraméter vonatkozásában és/vagy a jelenleg használt termék gyártójának és katalógus számának megadását, az elvárt paraméter egyértelműsítése végett.

V.4.:

Ajánlatkérő a levehető ujjtámassz alatt a bevezető tű kónusszal egybeépített képletére gondol. A jelenleg használt neonatológiai célú vénakanül gyártója és katalógusszáma: Becton Dickinson 24G - 391350, 26G – 391349, az egyértelmű beazonosíthatóság miatt. Az Ajánlatkérő ezzel egyenértékű terméket elfogad.

K.5.

1. rész: Gravitációs infúziós szerelék injekciós közdarabbal.

Kérdés: Elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő érvényes ajánlatnak a 180 cm hosszú átlátszó beadó szárú szerelék megajánlását?

V.5.:

Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja.

K.6.

1. rész: Gravitációs infúziós szerelék injekciós közdarabbal.

Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, tegye lehetővé a cseppkamra méretek esetében a min.12 - max.16 cm³ közti értékek megajánlását.

V.6.:

Ajánlatkérő lehetővé teszi az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja.

K.7.

2. rész: Gravitációs infúziós szerelék közdarab nélkül

Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, tegye lehetővé a cseppkamra méretek esetében a min.12 - max.16 cm³ közti értékek megajánlását.

V.7.:

Ajánlatkérő lehetővé teszi az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja.

K.8.:

4. rész: Transzfúziós szerelék

Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, tegye lehetővé a cseppkamra méretek esetében a min.15 - max. 21 cm³ közti értékek megajánlását.

V.8.:

Ajánlatkérő lehetővé teszi az ajánlattevői megajánlást. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja.

K.9.:

8. rész: Vénakanül injekciós szeleppel, mandrin injekciós szelepes kanülhöz, kanülzáró dugó, injektálható kanülzáró dugó, 3. tétel: 18 G vénakanül esetén milyen hosszúságú terméket kíván tisztelt Ajánlatkérő beszerezni: 33 mm vagy 45 mm hosszúságút?

V.9.:

Ajánlatkérő 45 mm hosszúságút kíván beszerezni. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja.

Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő a Műszaki leírást és a Szerződéstervezet 1. sz. mellékletét módosítani kívánja. A közbeszerzési dokumentumok változása miatt az Ajánlati felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.

Az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra kerül:

Módosított ajánlattételi határidő: 2016. október 28. (péntek) 11.00 óra.

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági szereplőket.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály