
4. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-361/2016.
Eljárás megindításának napja:	2016. 09. 20.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 183-328099
Megjelenés dátuma:	2016. 09. 22.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-11278/2016.
Megjelenés dátuma:	2016. 09. 26.
1. sz. módosítás TED-száma:	2016/S 198-356593
Megjelenés dátuma:	2016. 10. 13.
1. sz. módosítás KÉ-száma:	KÉ-11928/2016.
Eljárás tárgya:	DEK-361/2016.: Adásvételi keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelések beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2016. 10. 24.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem **„DEK-361/2016.: Adásvételi keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelések”** tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.11.:

Műszaki leírás és ártáblázat infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelésekhez:

Előírás: 1. rész: Gravitációs infúziós szerelék injekciós közdarabbal

Anyaga: PVC vagy PVC-mentes műanyag. Gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta, merevített cseppkamra 12 cm³, műanyag szivárgásmentes átszűrő toll, amely biztosítja a folyadék maradéktalan kinyerését, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőző nyílás, 15 µm pólusméretű folyadékszűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock tű csatlakozás, szorítópálya szabályozási szakasza: min. 15 mm, szabályozókerék átmérője min. 13mm, latexmentes injekciózó közdarabbal, steril, egyedi csomagolás

Kérdés: Elfogadható-e minden paraméterében megfelelő, funkciójában és orvos-szakmai felhasználhatóság szempontjából azonos, latex injekciós közdarabbal rendelkező termék megajánlása?

V.11.:

Igen, elfogadható. (A Műszaki leírást ennek megfelelően módosítottuk, az 1. sorból töröltük a „latexmentes” kitételt).

K.12.:

Előírás: 2. rész: Gravitációs infúziós szerelék közdarab nélkül:

Anyaga: PVC vagy PVC-mentes műanyag. Gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta, merevített cseppkamra 12 cm³, műanyag szivárgásmentes átszűrő toll, amely biztosítja a folyadék maradéktalan kinyerését, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőző nyílás, 15 µm pórusméretű folyadékszűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock tű csatlakozás, szorítópálya szabályozási szakasza: min. 15 mm, szabályozókerék átmérője min. 13mm, steril, egyedi csomagolás

Kérdés: Elfogadható-e minden paraméterében megfelelő, funkciójában és orvos-szakmai felhasználhatóság szempontjából azonos, latex injekciós közdarabbal rendelkező termék megajánlása?

V.12.:

A kérdés nem releváns. A közdarab nélküli szerelék esetében nem lehet semmilyen típusú közdarab.

K.13.:

Előírás: 4. rész: Transzfúziós szerelék:

Anyaga: Polietilén, polipropilén, PVC. Gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, zsákos vérkészítmény beadására, víztiszta, merevített cseppkamra, melynek űrtartalma 21 cm³, műanyag szivárgásmentes átszűrő toll, 18 cm² összfelületű 200 µm pórusméretű szűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock csatlakozás, hosszú szorítópálya, szabályozási szakasz: kb.25 mm, szabályozókerék átmérő 14 mm, injekciózó közdarab nélkül, steril egyszer használatos

Kérdés: Elfogadható-e minden paraméterében megfelelő, funkciójában és orvos-szakmai felhasználhatóság szempontjából azonos, latex injekciós közdarabbal és 14,7 cm² összfelületű szűrővel rendelkező termék megajánlása?

V.13.:

Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírásban megadott intervallumok közötti összfelületű szűrővel rendelkező terméket fogad el.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály