
2. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-379/2016.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 224-408068
Megjelenés dátuma:	2016. 11. 19.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-14106/2016.
Megjelenés dátuma:	2016. 11. 23.
Eljárás megindításának napja:	2016. 11. 17.
Eljárás tárgya:	DEK-379/2016.: Adásvételi szerződés - Egyszerhasználatos textília beszerzése a DE Klinikai Központ részére
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2017. 01. 11.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „**DEK-379/2016.: Adásvételi szerződés - Egyszerhasználatos textília beszerzése a DE Klinikai Központ részére**” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja meg a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.5.:

XI. rész, XII. rész:

Ajánlattevő elfogad-e 35 g/m² SMMMS + 45 g/m² megerősítéssel ellátott köpenyt?

V.5.:

Ajánlatkérő nem fogadja el az említett ajánlott terméket. A felajánlott textília anyagsűrűsége nem éri el a Műszaki leírásban szereplő követelményt. Nem egyértelmű, hogy milyen megerősített részekkel (kar és elülső felszín) rendelkezik az újonnan felkínált áru. Problémát okozhat, hogy a nem megfelelő minőségű védőruházat átázik és így a beteggel közvetlen kapcsolatban levő kollegák karja akár órákig érintkezhet a beteg testnedveivel. Mivel ezeket a szempontokat Ajánlatkérő fontosnak ítéli meg, ezért az ajánlattevői felvetést Ajánlatkérő nem tudja elfogadni. A Műszaki leírásban Ajánlatkérő a minimum elvárásait fogalmazta meg, és a követelményeknek mindenben eleget tevő termék megajánlását tudja Ajánlatkérő elfogadni.

K.6.:*XIV. rész:*

Ajánlatkérő elfogad-e a specifikációban szereplő 40 g/m² SMS 3 rétegű anyaggal megegyező tulajdonságokkal bíró, magasabb rétegszámú, 5 rétegű, 35 g/m², SMMMS anyagú terméket?

V.6.:

Ajánlatkérő nem fogadja el az említett ajánlott terméket. A felajánlott textília anyagsűrűsége nem éri el a Műszaki leírásban szereplő követelményt. Problémát okozhat, hogy a nem megfelelő minőségű védőruházat átázhat és így a beteggel közvetlen kapcsolatban levő kollegák akár órákig érintkezhetnek a beteg testnedveivel. Mivel ezeket a szempontokat Ajánlatkérő fontosnak ítéli meg, ezért a felvetést Ajánlatkérő nem tudja elfogadni. A Műszaki leírásban Ajánlatkérő a minimum elvárásait fogalmazta meg, és a követelményeknek mindenben eleget tevő termék megajánlását tudja Ajánlatkérő elfogadni.

K.7.:

A közbeszerzés tárgya Egyszerhasználatos textília, ilyen módon a XVI. – XVIII. részekben specifikált műtéti incíziós fóliák csak lazán kapcsolódnak a tárgyhöz, tekintve, hogy nem textíliák. A „TÁJÉKOZTATÓ AJÁNLATTELHEZ” dokumentum 8. pontjában, a 8. oldal 6. bekezdésben Ajánlatkérő a következőt írja elő: „Tartalmaz minimum 2 darab leszedhető tapadós felületű etikett címkét, amely a felhasznált termék egyértelmű beazonosításához az alábbi adatokat tartalmazza: referencia szám (cikkszám), LOT szám, sterilitás lejárat ideje.” Az öntapadó etikett használata az egyszerhasználatos textíliák csomagolására érvényes. A műtéti incíziós fóliák gyártói nem biztosítják a leszedhető tapadós felületű etikettet a fóliák esetén. Ezeket az adatokat egyébként a termék csomagolása és címkéje tartalmazza.

Jól értelmezzük-e, hogy a leszedhető tapadós felületű etikett címke előírása csak az I. – XV. részekre, a textíliákra vonatkozik?

V.7.:

Igen, Ajánlattevő jól értelmezi, a leszedhető tapadós felületi etikett címke előírása csak az I-XV. részekre, a textíliákra vonatkozik.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály