
1. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 1. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-426/2016.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 239-435317
Megjelenés dátuma:	2016. 12. 10.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-15243/2016.
Megjelenés dátuma:	2016. 12. 12.
Eljárás megindításának napja:	2016. 12. 07.
Eljárás tárgya:	DEK-426/2016.: Adásvételi szerződés_ Konzolidációs műszerbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2017. 01. 03.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „**DEK-426/2016.: Adásvételi szerződés_Konzolidációs műszerbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére**” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.1.:

2.6. tétel: Sterilizáló berendezés (2. eljárási rész)

Az előírt szabványok között kötelezően előírták az Országos Epidemiológiai Központ tanúsítványát a készülékre vonatkozóan, amely a bevizsgált technológia, a biológiai határfok előírt ellenőrzésének biztosítását igazolja.

Ismereteink szerint orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalára vonatkozóan az ISO EN 13485:2012 szabvány vonatkozik. Magyarországi forgalomba hozatalhoz amennyiben a termék CE minősítéssel rendelkezik, akkor ha az Európai Unió országából származik, bejelentési kötelezettsége sincs a forgalmazónak vagy a gyártónak.

Kérjük, hogy vizsgálják felül a leírtak szerint a követelmény rendszerüket és töröljék a kiírásból az Országos Epidemiológiai Központ tanúsítványára vonatkozó követelményt.

V.1.:

Ajánlatkérő megvizsgálta a felvetett kérést, és ennek alapján a 2. részben szereplő termék (2 db sterilizáló) műszaki leírását módosítja. Ajánlatkérő a specifikációból törli az alábbi elvárásokat:

"Az Országos Epidemiológiai Központ által bevizsgált technológia, a biológiai határfok előírt ellenőrzése biztosított - Igen"

"Országos Epidemiológiai Központ tanúsítvány száma - Igen, kérjük megadni"

K.2.

C-íves berendezés (1.3. tételek): „Vertikális mozgás, motorikus” technikai paraméternél a követelmény „min. 450 cm”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Jól értelmezzük, hogy megajánlható olyan berendezés, melynek motorikus vertikális mozgása +/- 5%-os tartományon belül biztosítja az elvárt paramétert? Kérjük ennek megerősítését.

V.2.:

Ajánlatkérő az eljárás 1. részére történő megajánlás lehetőségét az ajánlati felhívás 1. sz. módosításában törölte, ezért a kérdés már nem releváns.

K.3.

C-ív cardio berendezés (1.5. tétel): „Motorikus orbitális mozgás” technikai paraméternél a követelmény „min.145°”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Jól értelmezzük, hogy megajánlható olyan berendezés, melynek motorikus orbitális mozgása +/- 5%-os tartományon belül biztosítja az elvárt paramétert? Kérjük ennek megerősítését.

V.3.:

Ajánlatkérő az eljárás 1. részére történő megajánlás lehetőségét az ajánlati felhívás 1. sz. módosításában törölte, ezért a kérdés már nem releváns.

K.4.

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Páciens asztal: „Hosszirányú mozgás” technikai paraméternél a követelmény „Min. +/- 50 cm” Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Jól értelmezzük, hogy megajánlható olyan berendezés, melynél az asztallap hosszirányú mozgása +/- 5 %-os tartományon belül biztosítja az elvárt paramétert? Kérjük ennek megerősítését.

V.4.:

Traumatológia berendezésnél orvos szakmailag elengedhetetlen a beteg mozgatása nélkül minél nagyobb területen történő felvétel készíthetősége, továbbá számos gyártó kínál hasonló paraméterű készüléket, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül. Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.5.

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Mennyezeti csőtartó „Mozgatható csőtartó szerkezet együttes tömege” technikai paraméternél a követelmény „Max. 250 kg”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „max. 300 kg”-ra módosítani szíveskedjenek.

V.5.:

Számos gyártó kínál olyan mozgatható csőtartó szerkezetet, ahol együttes tömege kevesebb, mint 250 kg, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.6.

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Mennyezeti csőtartó

„Digitális kijelző a mechanikus paraméterekről, a kijelzőn a kiírt értékek a forgatástól függetlenül vízszintesen olvashatók legyenek” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.6.:

Traumatológia berendezésnél orvos szakmailag és asszisztencia által elengedhetetlen követelmény, hogy vízszintes sugáriránynál is a kijelző értékeit vízszintesen lehessen leolvasni, továbbá számos gyártó kínál hasonló paraméterű készüléket, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.7.

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Mennyezeti csőtartó „Fixen beépített cserét nem igénylő energiatároló” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.7.:

Kivehető detektoros traumatológiai berendezésnél elengedhetetlen követelmény, hogy a hordágyon fekvő és páciens asztalra át nem helyezhető betegek esetében a felvétel készítése a páciens alá helyezett detektorral történjen. Mentál higiéniai okokból a testnedvek továbbá az előírások szerint alkalmazott fertőtlenítő szerek befolyását és károsító hatását megelőzendő megoldásként szükségesnek tartjuk az előírás megtartását, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.8.

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Képfeldolgozás: „Minden funkció (a generátorfunkciók is) érintőképernyőről vezérelt” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.8.:

Számos gyártó kínál minden funkciót (a generátorfunkciókat is) érintőképernyőn vezérelhető készüléket, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.9.

13. rész. Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Képfeldolgozás „Gyári munkahely-vezérlő program, azaz a munkahely vezérlő program és a detektor gyártója legyen azonos, kérjük a munkahely-vezérlő program gyártójának megadását” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.9.:

Számos gyártó kínál gyári munkahely-vezérlő szoftverrel készüléket, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített

feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.10.

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Képfeldolgozás „A leszállított készülék rendelkezik egy olyan szoftverrel, ami a készülék által készített mellkas felvételek számítógépes kiértékelésének támogatására alkalmas, mellkas diagnosztika CAD rendszerrel” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.10.:

Számos gyártó kínál mellkas felvételek számítógépes kiértékelését végző szoftverrel tartalmazó készüléket, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.11.:

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

Képfeldolgozás „Magyar nyelvű kezelő felület” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.11.:

Számos gyártó kínál magyar nyelvű szoftverrel készüléket, a kiíró fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.12.:

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

PACS Szoftver „Szöveges leletezési lehetőség a szoftveren belül” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.12.:

Számos gyártó kínál szöveges leletezési lehetőség a szoftveren belül, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.13.:

13. rész: Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

PACS Szoftver „Könnyen használható, magyar nyelvű grafikus kezelői felület” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.13.:

Számos gyártó kínál magyar nyelvű grafikus kezelői felületet, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.14.:

13. rész. Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés (13.21 tétel):

PACS Szoftver „Gamma korrekció” technikai paraméternél a követelmény „Igen”. Ez a minimum elvárás kizárja az általunk gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük a követelményt „Igen” helyett „Kérjük megadni”-ra módosítani.

V.14.:

Számos gyártó kínál gamma korrekciót, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot az előírt paraméter megtartására.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével alakította ki a feladatai ellátásához szükséges minimális, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket. Fentiekre tekintettel egy Ajánlattevő adott termékére, lehetőségeire vonatkozóan a

feltételrendszer módosítására Ajánlatkérőnek nincs lehetősége a közbeszerzési alapelvek sérelme nélkül.

Így Ajánlatkérő a minimum paraméter(ek)et módosítani nem kívánja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során megfelelő ajánlat megtételéhez Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattételre illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére is.

K.15.:

A IX. rész Orthovoltos röntgen besugárzó készülék esetében az alábbi kérdéseink merültek fel:

1. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a kezelő és vezérlő helység alaprajzát, és metszeti rajzát, illetve a meglévő földem terhelhetőségének statikai adatait.
2. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a kezelő és a vezénylő helység közötti átvezetések rajzát!
3. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységek villamos ellátásának rajzát, a készülékhez kiépített villamos hálózat paramétereit, ha nincs ilyen, akkor a villamos elosztószekrény rajzát, és a helységhez vezető nyomvonal rajzait! (A készülék működtetéséhez szükséges energiaigény: AC 230V 1 fázis, 47-63 Hz; 40A; 8kVA.).
4. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységben lévő vízhálózat rajzát!
5. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységek sugárvédelmi tervét, illetve az elvárt sugárvédelmi előírások pontos leírását.
6. Kérjük, hogy a t. Ajánlatkérő bocsássa rendelkezésünkre a helységek mostani készütségi állapotával kapcsolatos információkat, továbbá az átadáskor elvárt állapotra vonatkozó elvárásokat. Továbbá kérjük t. Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a gép fogadásához szükséges helyiség kialakítása nem ajánlattevő feladat.
7. Kérdezzük továbbá tisztelettel, hogy az ajánlat tartalmaz-e kezelőágyat, ha igen, milyen elvárásoknak feleljen meg.

V.15.

Ajánlatkérő az eljárás 9. részére történő megajánlás lehetőségét az ajánlati felhívás 1. sz. módosításában törölte, ezért a kérdés már nem releváns.

Tájékoztatás az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.

Ajánlatkérő az eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját az alábbiak szerint módosítja:

1., Ajánlatkérő a következő részajánlattételi köröket törli: 1. rész, 5. rész, 7. rész, 9. rész.

Ajánlatkérő a következő részajánlattételi körökben szereplő mennyiséget csökkenti:

- 6. rész esetén: 4 db transzport inkubátor (hibrid) helyett 2 db, és 10 db inkubátor (nyitott) helyett 0 db;

- 10. rész esetén: 2 db homokágy helyett 1 db.

A módosítás oka: Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 13. pontjában megnevezett támogatást lényegesen csökkentett összeggel nyerte el.

2., A 2. rész (Sterilizáló beszerzése) és a 12. rész (DSA - Intervenciós angiográf berendezés beszerzése) esetén Ajánlatkérő az eszköz műszaki leírását módosítja.

3., A 2. rész (Sterilizáló beszerzése) esetén Ajánlatkérő módosította az értékelés szempontját is: a Kbt. 76. § (2) a) pont szerinti legalacsonyabb ajánlati ár helyett a Kbt. 76. § (2) c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt alkalmazza az értékeléskor, az alábbiakban megadott szempontok szerint:

1., Nettó ajánlati ár: 65 súlyszám.

2., Hasznos munkatérfogat - orvostechikai eszközök befogadására alkalmas - literben kifejezve (a nagyobb szám a jobb): 35 súlyszám.

A 2. rész esetén az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-10 pont között. Értékelés módszere:

Ajánlatkérő a 1. értékelési részszerpont esetén (ár) a fordított arányosítás módszerét, a 2. értékelési részszerpont esetén (hasznos munkatérfogat) esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a Közbeszerzési dokumentációban meghatározott képletek szerint.

4., Ajánlatkérő a részek számozását és az egyes eszközök tételszámát technikai okokból változatlanul hagyja.

5., Ajánlatkérő továbbá módosítja a felhívás következő pontjait is:

- az M1) alkalmassági feltételeket;
- a felhívás III.2.2. pontjában a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket;
- a felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség időtartamát;
- a felhívás VI.3. pontjában a „További információkat”.

A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás nélkül teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott címen.

Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra került.

A módosított ajánlattételi határidő: 2017. január 20. 10.30 óra.

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági szereplőket.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály