
2. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 1. SZ. MÓDOSÍTÁS MEGJELENÉSÉRŐL

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-426/2016.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 239-435317
Megjelenés dátuma:	2016. 12. 10.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-15243/2016.
Megjelenés dátuma:	2016. 12. 12.
Eljárás megindításának napja:	2016. 12. 07.
Eljárás tárgya:	DEK-426/2016.: Adásvételi szerződés_ Konzolidációs műszerbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2017. 01. 06.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem **„DEK-426/2016.: Adásvételi szerződés_Konzolidációs műszerbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.16.:

VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott)

A beszerzendő transzport inkubátor (hibrid) technikai paraméterei között több helyen szerepel a servo O2 szabályzás:

Servo (nagynyomású O2 csatlakozás, a kívánt/ beállított O2 koncentrációt automatikusan szabályozza)	igen	
---	------	--

Búra téri O ₂ szabályzás (servo) és mérési adatai		
Szabályzás tartománya	min. 22-65%, kérjük megadni	
A mérőcsatorna méréstartománya és pontossága	min. 21-65%, kérjük megadni	
O ₂ bemeneti nyomása	min. 350-450kPa, kérjük megadni!	

A hibrid inkubátorok használata a kritikus állapotú kora- és újszülöttek megszületésekor, mint nyitott inkubátor, majd a szülőszobai ellátásukat követően, a transzport során, valamint után, mint bezárt inkubátor (csecsemő intubáltan-lélegeztetve) történik.

A fentiek alapján kérdezzük, hogy nem történt-e elírás, hisz a kért servo oxigén szabályzás funkció az ellátás során nem kerül használatban, így az csak költségnövelő tényező?

V.16.:

Továbbra is kérjük a servo oxigén szabályzás funkciót.

K.17.

VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott)

A beszerzendő transzport inkubátor (hibrid) technikai paraméterei között a matrac méreténél az alábbi szerepel:

Matrac mérete	min. 60 x 40 cm, kérjük megadni!	
---------------	-------------------------------------	--

Hibrid/dual módú inkubátort a világos kevés vezető inkubátor gyártó cég készíti. A gyártók törekednek a fertőzések megelőzésére, gyártmányaikban a megvalósítás során a kezelési helyzeteket figyelembe veszik és így alakítják ki a mechanikai méreteket, így a matrac méretet is.

A fentiek alapján kérdezzük, hogy a kiírttól max. ± 10 %-kal eltérő matrac oldalméretű készüléket, mely közel azonos matracfelületű a kiírttal, és biztosítja, hogy az ellátás során lehetőleg csak a fertőtlenített alkar kerüljön a készülék belsejébe (pld. a fertőtlenítetlen könyök nem). Elfogadja-e a kiíró?

V.17.:

Igen, 10 %-os eltérés egyenértékű műszaki megoldásként elfogadható.

K.18.

VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott)

A beszerzendő transzport inkubátor (hibrid) technikai paraméterei között az alábbi szerepel:

Búrafedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor automatikusan bekapcsol	Kérjük megadni!	
---	-----------------	--

Elfogadja-e a kiíró az alábbi technológiai megvalósítást, mely egyenértékű és több előnyös megoldást is tartalmaz:

A csecsemő láthatóságának jobb biztosítása (a burán nincs kitakart rész) és a könnyebb tisztítás miatt (a búrafedélben a tisztítás során nincs akadályozó eszköz) a melegítő egység a konzolon van elhelyezve, a búrafedél nyitásakor automatikusan a sugárzó pozícióba áll és elkezd a hőszugárzást/melegítést.

V.18.:

Igen, elfogadható az egyenértékű megoldás.

K.19.

VI. rész: Transzport inkubátor (hibrid) és inkubátor (nyitott)

Inkubátor (nyitott):

A 10 db inkubátor (nyitott) műszaki specifikációja sok olyan paramétert tartalmaz, melyet a nyitott inkubátorok (melegítő asztal) nem tudnak, nem tudhatnak, hisz más a feladatuk, funkciójuk, ilyenek pld. az alábbiak:

Beállítható hőmérséklet szabályzás tartománya	min. 28-37°C, override móddal: max.39°C-ig, kérjük megadni!	
A mérőcsatorna méréstartománya és felbontása	min. 28-39°C – min. 0,3°C felbontással, kérjük megadni!	
Lehajtható kezelő ajtó, reteszeléssel	igen	
Ápoló személyzet által könnyen szétszedhető, tisztítható, fertőtleníthető búra, bölcso, légcsatorna, párasító rendszer	igen	

Ezúton kérdezzük, hogy nem tévesen kerültek-e bele a fenti paraméterek a kiírásba, hisz a nyitott inkubátorok nem tudnak léghőmérsékletre szabályozni, csak bőr hőmérsékletre, nem rendelkeznek légcsatornával, párasító rendszerrel, lehajtható kezelő ajtóval stb.?

V.19.:

Az eljárás 6. részében Ajánlatkérő a felhívás 1. sz. módosításában a 10 db nyitott inkubátor beszerzési igényét törölte, ezért a kérdés már nem releváns.

K.20.

Kérjük szíves felvilágosításukat, hogy jól értelmezzük-e, hogy az Ártáblázatot az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására felhívott ajánlattevő(k) és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) számára kell benyújtani.

V.20.:

Ajánlattevő nem jól értelmezi. A „Tájékoztató ajánlattételhez” c. dokumentum II.6. pontja alapján: *„Amennyiben Ajánlattevő olyan részre pályázik, ahol több eszköz szerepel egy részben, vagy egy eszközből több darab kerül beszerzésre, ártáblázat benyújtása szükséges, amelyből kiderül a termékek egységára is.”*

Tehát azoknál az eljárási részeknél, ahol több termék szerepel, az Ártáblázatot minden ajánlattevőnek be kell adnia az ajánlatába, nem csak a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján felhívott ajánlattevőnek.

K.21.:

7. rész: Urológiai endoszkópos rendszerrel kapcsolatos műszaki előírásokkal kapcsolatos kérdések:

1. Objektív öblítő rendszer endoszkópokra: Elfogadható-e lábpedal nélküli kivitel, ezekben az új gépekben már be lehet állítani a szívás erősségét és az öblítés mennyiségét ezért már nincs szükség a műtét közbeni lábpedal használatára.
2. Elfogadható-e olyan méretű műanyag sterilizálásra alkalmas konténer, amelyikben minden gyártó által gyártott optika (méretei -16 cm-től 47 cm-ig) 2 db elfér?
3. Elfogadható-e olyan méretű műanyag sterilizálásra alkalmas konténer, amelyikben az előírt méretű műszerek beleférnek, de külső méretei minimálisan eltér az előírt mérettől.
4. Elfogadható-e a 19 Ch cystoscope helyett 19,8 Ch cystoscope tekintettel arra, hogy orvosszakmailag semmit nem befolyásol, hiszen a különbség 0,3 milliméter, ami nem észrevehető.
5. Elfogadható-e 10 % eltérés a trokár hosszában?
6. Kézi eszközök tekintetében csak a hosszban elfogadható +/- 10% -os eltérés tekintettel arra, hogy egyébként csak egy gyártótól származó kézi eszközzel lehetne indulni?

7., URF-P6 URetero-Renofiberscope készülékkel kapcsolatos kérdés: Tekintve, hogy az URF-P6 Uretero-Renofiberscope forgalmazása határozatlan ideig szünetel, kérjük, hogy szíveskedjenek elfogadni a szakmailag és funkcionalításban egyenértékű jelenleg gyártott URF-P5 URetero-Renofiberscope eszköz megajánlását.

8. SCICAN STATIM 500 S autokláv készülékkel kapcsolatos kérdés:

A statim5000 volt a gyártó első fejlesztéseinek egyike, majd megjelent a Statim 5000S készülékkel. Ennek a gyártását az időközben bekövetkezett nagy műszaki fejlődés miatt egy évvel ezelőtt abbahagyta, s a legújabb 4. generációs lágy sterilizálását biztosító készülékkel jelent meg.

Az új SCICAN 5000 G4 típusú berendezés teljesen lefedi a korábbi berendezés minden tudását, azzal, hogy közbeszerzési értelemben egyenértékű, illetve jobb paraméterekkel rendelkezik, Kérjük, hogy az új típusú készülék megajánlását egyenértékűnek szíveskedjenek elfogadni.

V.22.

Ajánlatkérő az eljárás 7. részét törölte, ezért a kérdés már nem releváns.

K.23.:

7. rész (7.15. tétel): Urológiai endoszkópos rendszer

1. Flexibilis cystoscop minden tartozékból 3 db.

Úgy kell értelmeznünk, hogy a vastagon szedett rész alatt felsorolt tételekből kell a vastagon szedett részben szereplő darabszám?

2. Laparoszkópos torony 1 db

A laparoszkópos toronynál szerepel egy „komplett urológiai tálca prosztatata és vese műtétekhez”. Ezt külön össze kell állítani vagy az utána felsorolt tételek ezt tartalmazzák?

V.23.

Ajánlatkérő az eljárás 7. részét törölte, ezért a kérdés már nem releváns.

K.24.:

5. rész: 5.11. és 5.12. tétel: Infúziós pumpa és infúziós pumpa torony

1. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/11. tétel esetében a manuális fecskendő befogást?

2. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/11. rész esetében a fix állványrögzítő szerkezetet és fogantyút?

3. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/12. rész esetében a vonalkód olvasó hiányát?

4. Elfogadja-e Ajánlatkérő az 5/12. rész esetében a nem bővíthető, de 4, 6, 8 pumpa fogadására is alkalmas dokkolót?

V.24.

Ajánlatkérő az eljárás 5. részét törölte, ezért a kérdés már nem releváns.

K.25.:

10. rész: Homokágy

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3 / M.1. pontjában a X. részre vonatkozóan is referencia meglétét írta elő. Ajánlatkérő egyenértékű referenciaként elfogad-e működésében egyenértékű, égési sérüléseknél használható egyéb intenzív ágy értékesítéséről szóló referenciát?

V.25.

A Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő műszakilag egyenértékű referenciának elfogadja az égési sérüléseknél használható egyéb intenzív ágy értékesítéséről szóló referenciát is.

K.26.:

8. rész: Spectofotometer

A készülékkel kapcsolatban közzétett technikai paraméterekből nem derül ki, hogy a mérendő kilégzett levegő) minták milyen formátumban (zacskó, kémcső, stb.) és térfogatban (10 ml – 1000 ml) állnak rendelkezésükre, tehát, hogy a készülék mekkora térfogatból tudjon mérni, és milyen formátumot tudjon kezelni. Kérem ezek minél pontosabb definiálását válaszukban.

V.26.

A légzéstezshoz 12 ml kémcsöveket használunk, a gyártó: Labco Exetainer, a méretei:

Vial Type 3 (Flat)

Height (Vial + Cap) 101 mm

Vial Diameter: 15,5 mm

Full Capacity: 12,0 ml

Gyártó honlapja: <http://www.labco.co.uk/usaandcanada/breathtest.htm>

A honlapon szereplő 438W típusú kémcsövet használjuk.

A mintavétel jelenleg a kupakon levő membrán átszúrásával történik.

A 12 ml-es térfogatot azért használjuk, mert egy kisgyerek is könnyen ki tudja tölteni.

Tájékoztatás az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlati felhívás 1. sz. módosítása megjelent.

A módosítás megjelenésének időpontja:

EU Hivatalos Lapjában:

2017. január 6.

Azonosítója: TED 2017/S 004-004856

KÉ-azonosítója:

KÉ-16641/2016.

A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenésének napjától korlátozás nélkül teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott címen.

Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra került.

A módosított ajánlattételi határidő: 2017. január 20. 10.30 óra.

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági szereplőket.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály