
2. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 1. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-428/2016.
Az eljárás TED-száma:	2016/S 253-465665
Megjelenés dátuma:	2016. 12. 31.
Az eljárás KÉ-száma:	KÉ-16194/2016.
Megjelenés dátuma:	2017. 01. 04.
Eljárás megindításának napja:	2016. 12. 29.
Eljárás tárgya:	DEK-428/2016.: Adásvételi keretszerződés egyszerűhasználatos textília beszerzésére a DE Klinikai Központ
Eljárás típusa:	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
Kapják:	érdeklődő gazdasági szereplők
Készült:	2017. 01. 30.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem **„DEK-428/2016.: Adásvételi keretszerződés egyszerűhasználatos textília beszerzésére a DE Klinikai Központ”** tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:

Kiegészítő tájékoztatás

K.3.:

Eh. textília műszaki specifikáció

62.sorszám Általános szett tartalmi felsorolásában

„1 ragasztós szélű operációs lepedő megerősített 175x200cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, magasabb anyagminőségű 175x175 cm-es méretű 1 darab ragasztós szélű operációs lepedőt tartalmazó háromrétegű Általános szettet?

V.3.:

Ajánlatkérő nem fogadja a felajánlott terméket, mivel az nem felel meg bizonyos műtéti eljárásokhoz. A kiírásnak megfelelő méretű termékek megajánlását kérjük.

K.4.:

Eh. textília műszaki specifikáció

63.sorszám Császár szett (folyadékgyűjtő zsák nélkül, nyitott lábas) tartalmi felsorolásában

„1 császár lepedő lábtartós 250x270cm, 19 x 24 (külső méret) cm-es incíziós fólia szélű operációs nyílással” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 250x335 cm-es méretű, 30 x 16 cm-es ragasztós szélű operációs ablakkal rendelkező 1 darab lábtartós császár lepedőt tartalmazó kétrétegű, folyadékgyűjtő zsák nélküli, nyitott lábas Császár szettet?

V.4.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. Ajánlatkérő az általános követelményeknél a következőt szerepeltette: „A specifikációs követelményben megjelölt belső méretek, valamint tartalmi összetevőknél megjelölt külső méretek minimális méretek (a megadott méretektől kisebb méret nem ajánlható, pozitív – nagyobb irányú eltérés megengedett).”

Az előírás miatt a nagyobb méret elfogadható. A Műszaki leírást Ajánlatkérő úgy módosította, hogy megengedi a nagyobb méretű operációs nyílással rendelkező termék megajánlását.

K.5.:

Eh. textilía műszaki specifikáció

66.sorszám Végtag szett tartalmi felsorolásában

„1 végtaglepedő, 225x320cm, 5x7 cm-es elasztikus nyílással, beépített tépőzárral, a nyílás körül megerősítéssel” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, magasabb anyagminőségű 230 x 315 cm-es méretű, excentrikusan elhelyezett 7 cm-es elasztikus nyílású, beépített kábeltartókkal ellátott 1 darab háromrétegű extra nedvszívó rétegű végtaglepedőt tartalmazó háromrétegű megerősített Végtag szettet?

V.5.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A Műszaki leírást Ajánlatkérő e tekintetben módosította.

K.6.:

Eh. textilía műszaki specifikáció

67.sorszám Csípő szett tartalmi felsorolásában

„1 operációs lepedő 150x200cm kétrétegű” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 150 x 190 cm-es méretű, kétrétegű asztalterítőt tartalmazó háromrétegű megerősített Csípő szettet?

V.6.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A Műszaki leírást Ajánlatkérő e tekintetben módosította.

K.7.:

Eh. textilía műszaki specifikáció

67.sorszám Csípő szett tartalmi felsorolásában

„1 végtagzsák 35x120cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 32 x 120 cm-es méretű végtagzsákokat tartalmazó háromrétegű megerősített Csípő szettet?

V.7.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A Műszaki leírást Ajánlatkérő e tekintetben módosította.

K.8.:

Eh. textília műszaki specifikáció

67.sorszám Csípő szett tartalmi felsorolásában

„1 sliccelt lepedő 245x280cm 10 x 95 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással, a nyílás körül megerősítéssel ” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 230 x 330 cm-es méretű 20 x 102 cm-es ragasztós szélű sliccnyílású 1 darab háromrétegű extra nedvszívó rétegű sliccelt lepedőt tartalmazó háromrétegű megerősített Csípő szettet?

V.8.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. Ajánlatkérő az általános követelményeknél a következőt szerepeltette: „A specifikációs követelményben megjelölt belső méretek, valamint tartalmi összetevőknél megjelölt külső méretek minimális méretek (a megadott méretektől kisebb méret nem ajánlható, pozitív – nagyobb irányú eltérés megengedett).”

Az előírás miatt a nagyobb méret elfogadható. A Műszaki leírást Ajánlatkérő úgy módosította, hogy a sliccelt lepedő méretét csökkentette. Az előírás miatt a nagyobb nyílás méret elfogadható.

K.9.:

Eh. textília műszaki specifikáció

68.sorszám Laparoszópos szett tartalmi felsorolásában

„1 laparoszópos lepedő 250x300cm, 28x32cm-es ragasztós szélű megerősített hasi nyílással, beépített műszertartó zsákokkal, 8 db beépített kábeltartó nyílással, lábtartóval egybeépítve ” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 250 x 260 cm-es méretű, 25x30cm-es incíziós fólia peremmel ellátott ragasztós szélű, extra nedvszívó réteggel ellátott hasi operációs ablakú, kábeltartókkal és mindkét oldalon műszertartó zsebekkel ellátott, lábvédővel egybeépített háromrétegű laparoszópos lepedőt tartalmazó háromrétegű Laparoszópos szettet?

V.9.:

Ajánlatkérő nem fogadja a felajánlott terméket, mivel az nem felel meg bizonyos műtéri eljárásokhoz. A kiírásnak megfelelő méretű termékek megajánlását kérjük.

K.10.:

Eh. textília műszaki specifikáció

70.sorszám Arthroszkópos szett folyadékgyűjtővel tartalmi felsorolásában

„1 végtagsák 25x80cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 22 x 75 cm-es méretű végtagsákokat tartalmazó Arthroszkópos szettet?

V.10.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A Műszaki leírást Ajánlatkérő e tekintetben módosította.

K.11.:

Eh. textília műszaki specifikáció

71.sorszám Váll arthroszkópos szett tartalmi felsorolásában

„1 arthroszkópos lepedő 225x360cm 7x10 cm-es elasztikus nyílással, tépőzárakkal, leengedő csappal ellátott folyadékgyűjtővel” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal funkcionálisan megegyező, magasabb anyagminőségű, kialakításában eltérő 2 darab (1 darab 230x295 cm-es 10x70cm sliccnyílással, extra nedvszívó réteggel ellátott, 1 darab 240x170cm-es 15x45cm sliccnyílással, folyadékgyűjtő zsákkal ellátott) háromrétegű váll lepedőt tartalmazó Váll szettet?

V.11.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A Műszaki leírást Ajánlatkérő e tekintetben módosította.

K.12.:

Eh. textília műszaki specifikáció

71.sorszám Váll arthroszkópos szett tartalmi felsorolásában

„1 végtagzsák 25x80cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 22 x 75 cm-es méretű végtagzsákot tartalmazó magasabb anyagminőségű Váll szettet?

V.12.:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott terméket. A Műszaki leírást Ajánlatkérő e tekintetben módosította.

Tájékoztatás az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az 1. sz. kiegészítő tájékoztatásban és jelen (2. sz.) kiegészítő tájékoztatásban foglaltakon túl az alábbi pontot is módosítja a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban:

Ajánlatkérő a 69. sorban (Fej-nyak izoláló szett) lévő beszerzési igényt a "Kétrétegű megerősített steril operációs szett" kategóriából a "Háromrétegű megerősített steril operációs szettek" kategóriába helyezi át.

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági szereplőket.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály