

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

DEBRECENI EGYETEM

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

**ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem
tárgyú**

nyílt közbeszerzési eljárásának

dokumentációja

DEGF-208

2015. május

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános követelmények	3
II. Részletes ajánlati feltételek.....	5
III. Teljesítési hely	18
IV. Szerződés tervezet	19
V. Műszaki minimum követelmények	34
VI. Mellékletek.....	140

I. Általános követelmények

1. Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban kérjük benyújtani, azonban a Kbt. 60. § (3) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
2. A meghatározott gyártmányra, technikai megoldásra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is megajánlhatók a 310/2011 (XII. 23) Kormányrendelet 26 § (6) bekezdése alapján.

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában:

ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-Szállítót;

gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;

„Írásbeli” vagy „írásban”: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is;

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját kell érteni;

meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább egyvel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:

- a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,
- b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,
- c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;

tényleges tulajdonos:

2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról alkalmazásában:

3. §

r) **tényleges tulajdonos:**

- ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
- rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
 - 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá
- re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

II. Részletes ajánlati feltételek

Az ajánlat elkészítése

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás

A Kbt. 45. § (1) szerint bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

A fenti gazdasági szereplők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárátát megelőző tizedik napig írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen és telefaxszámon további tájékoztatást kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében. Ajánlatkérő a válaszokat az ajánlattételi határidő lejárátát megelőző hatodik napig írásban adja meg.

Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt.-től. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről a Kbt. 41-42.§ alapján új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.

Az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell meghatározni, hogy minden esetben megfelelő időtartam, de legalább a módosító hirdetmény feladásának napjától e törvény által előírt minimális ajánlattételi határidő fele rendelkezésre álljon az ajánlat benyújtására. Ha ez a megfelelő időtartam az eredeti ajánlattételi határidő alapján is rendelkezésre áll, akkor az eredeti határidőt nem kell meghosszabbítani. Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették.

Ha a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. Ha a dokumentáció részét képező műszaki leírás nem változik, azt a Kbt. 42.§ (4) bek. alapján nem kell a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra átadni.

3. Az ajánlat visszavonása

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.

4. Az ajánlat módosítása

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 60. § (7) bekezdés)

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók!

5. Az ajánlatba csatolandó iratok

Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) szakmai ajánlat

aa) Az áru alapvető jellemzőinek részletes magyar nyelvű leírása, különös tekintettel a műszaki követelményekre, műszaki megfelelőség táblázat a műszaki leírásban megadottak szerint, továbbá a termék bemutatására fotó, vagy prospektus, ez utóbbi lehet angol vagy német nyelvű.

ab) Az ajánlattevő által szállított áru vonatkozásában nyilatkozni kell, hogy a szállítandó termék új, vagy eddig kereskedelmi forgalomba nem helyezett, gyári minőségű.

ac) Az ajánlattevő által szállított áru, és nyújtott szolgáltatás tekintetében vállalt szavatossági, illetve jótállási feltételek.

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott termékekre, készülékekre vonatkozó részletes, tételes árajánlatot.

c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll.

d) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, a jelen Dokumentáció 7. pontjában meghatározott dokumentumok.

- e) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) alapján nyilatkoznia kell, hogy 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
 - b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

6. Az ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.

7. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása

Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

- a) Az Ajánlattevőnek és a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a **pénzügyi-gazdasági alkalmasság** igazolása céljából ajánlatához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt iratokat
- b) **Műszaki alkalmassága** igazolása céljából az Ajánlattevőnek mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.3 pontban előírt iratokat

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

- a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
- b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
- c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

8. Kizáró okok igazolására közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal

Kizáró okok vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet alapján:

Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 2-8. § és 10-11. § szerint a felhívás feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű iratokkal kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2014/57 (05.16) valamint KÉ 2012/61 (06.01.) útmutatóira. (Elérhető: www.kozbeszerzes.hu)

Az ajánlati felhívás feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell benyújtani.

9. Az ajánlat pénzneme

Az árakat HUF-ban kell megadni.

10. Az ajánlat nyelve

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. A magyar nyelvű termékleírason felül **csatolt gyári termékismertető lehet angol vagy német nyelvű is. Az egyéb, idegen nyelven készült iratokat (felelős) magyar fordításban is be kell csatolni, kivéve a gyári termékismertetőt.** A fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti.

A Kbt. 56. § szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot (felelős) magyar fordításban is be kell benyújtani, ezzel egyidejűleg a külföldi Ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.

11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint jogosult részajánlat tételre, de alternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni.

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:

- több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
- Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését, a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat

elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (3)-(4) és (6)-(7) bek. szerint kell eljárni.

Nincs lehetőség a Kbt. 27. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projektársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.

12. Ajánlati kööttség

Az Ajánlattevő a Kbt. 83.§ (7) bekezdése alapján a nyílt eljárásban ajánlatához (ajánlati kööttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kööttség 60 (hatvan) nap.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kööttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kööttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kööttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellei

Az ajánlati példányokat **lezárt** borítékban, **egy példányban papír alapon és elektronikusan 1 db CD v. DVD-n, jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzítve** kell benyújtani. **Az ajánlatban nyilatkozni kell**, hogy az elektronikus példány a papíralapúval mindenben megegyezik. Amennyiben a papíralapú és az elektronikus másolati példányok között bármilyen eltérés van, a papíralapú példány tartalma az irányadó.

Az ajánlatot **1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban** kell elhelyezni, melyen kívülről az alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát:

Debreceni Egyetem

DEGF-208_ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel

továbbá **fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét**, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlatokat le kell fűzni, minden információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni.

A papíralapú ajánlati példányt roncsolásmentesen bonthatatlan kötésben kell benyújtani.

Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (3) bek. alapján tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. **E nyilatkozatot a papíralapú ajánlatnak eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.**

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek részéről aláíró személyek eredeti, vagy egyszerű másolatú **aláírási címpéldányt, v. aláírás-mintát, ill. meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást** teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban.

Folyamatban lévő cégbírósi változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által kötelezően benyújtandó, az iratjegyzékben feltüntetett iratokat, **még abban az esetben is, ha azok „nemleges” tartalmúak.**

Amennyiben Ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, vagy ajánlatába nem csatolt idegen nyelven keletkezett iratot, úgy a vonatkozó nyilatkozatmintát **nem kérjük csatolni.**

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel **kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a következő bekezdések szerinti elemeket.**

- Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a következő bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

- Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható.

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja.

Lezáratlan, illetve sérült boríték átvételekor ennek tényét Ajánlatkérő az átvételi elismervényen rögzíti.

Az ajánlatoknak legkésőbb 2015.07.06. 10.00 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre:

Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. I. emelet 14. iroda)

15. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatokat a Kbt. 62. § alapján az Ajánlatkérő az **ajánlattételi határidő lejártának időpontjában** bontja fel.

A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62.§ (2) bek. alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (4) bek. alapján az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, rész ajánlattétel biztosítás esetén részenként. A becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére

vonatkozó adatokat az ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az ajánlattevők rendelkezésére bocsáthatja.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévő személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthesse a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

A Kbt. 61. § (3) alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv készül.

16. Ajánlatok vizsgálata

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont [71. §] alapján, valamint a 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel kell értékelni.

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. § alapján, ha:

(1) Az ajánlat jelentkezés érvénytelen, ha

- a) azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetlenségi követelményeknek [24. §];
- c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
- d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
- e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:

- a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];
- b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];
- c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie.

17. Az Ajánlattevő kizárása

1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

- a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;
- b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

- a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],

18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása

Az ajánlatokban felmerülő hiányok pótlására Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-ban foglaltak alapján biztosít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érintett Ajánlattevő(ke)t.

Ajánlatkérő **nem** rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását a Kbt.68. § alapján az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69.§-ban foglaltak alapján az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlat-tal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében.

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban kell magyarázatot kérnie.

Ha az ajánlatnak az értékelési szempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indoklást köteles írásban kérni.(Kbt. 70. §), melyről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell.

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívás IV. 2. szerint értékeli.

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeket

kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) a) szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján értékeli.

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége

76. §

(1) Eredménytelen az eljárás, ha

- a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;
 - b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;
 - c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;
 - d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];
 - e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
 - f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
 - g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelenné az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.
- (2) Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.

21. Az eljárás eredményének ismertetése

A Kbt. 77. § (2) alapján az ajánlatkérő az elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

A Kbt. 78. § szerint az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a

módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

22. A szerződéskötés

A szerződés kétoldalú aláírása az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, illetve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor az összegezés megküldését követő tizenegyedik naptól a harmincadik napig. Amennyiben csak egy ajánlatot nyújtanak be, ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.124. § (8) a) pontban meghatározottakat.

Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes szervezet akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

23. Az eljárás nyertesének visszalépése

Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő – amennyiben hirdetett ilyen - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki.

24. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A benyújtandó ajánlat részét képező igazolások, nyilatkozatok:

Sor sz.	Nyilatkozatok	
	Vizsgálat tárgya	Igazolás módja
1.	Információs adatlap	Kiadott minta szerint 1. sz. melléklet
2.	Tartalomjegyzék	Oldalszámozott
3.	Felolvasólap	Kiadott minta szerint 2. sz. melléklet
4.	Kbt. 56. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá tartozás	310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-8. § és 10-11. § szerint 3-4. sz. melléklet
5.	Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése	Az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában előírtak és a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § szerint
6.	Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért dokumentumok	Az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírtak a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § szerint
7.	Ajánlattevő nyilatkozata kapacitás biztosítására bevont szervezet tekintetében	Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) alapján 7. sz. melléklet
8.	Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata	Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (6) alapján 8. sz. melléklet
9.	Nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,	Kbt. 60. § (3) szerinti nyilatkozat. Cégszerű nyilatkozat 10. sz. melléklet Az eredeti példány csatolandó!
10.	KKvt. szerinti besorolásra vonatkozó nyilatkozat	Kbt. 60. § (5) szerinti nyilatkozat 11. sz. melléklet
11.	Alvállalkozók tekintetében	Kbt. 40. § (1) bekezdés teljesítése 6. sz. melléklet
12.	Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozók és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében	Kbt. 58. § (3) pontjának teljesítése 9. sz. melléklet
13.	Közös ajánlattétel esetén	Közös ajánlattételről szóló megállapodás a Kbt. 25. § szerint
14.	Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás	Eredeti, v. egyszerű másolat

15	Magyar nyelvű műszaki leírás, műszaki megfelelőség táblázat áru bemutatása (fotó/prospektus), nyilatkozat új termék szállításáról.	Dokumentáció 5. a) alapján
16	Tételes árajánlat	Dokumentáció 5. b) alapján
17	Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat	Dokumentáció 5. c) pont alapján 12. sz. melléklet
18	Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást	310/2011. (XII.23) Kormányrendelet 7. § szerint 5. sz. melléklet
19	Nyilatkozat az elektronikus adathordozón rögzített példány tekintetében	Cégszerű nyilatkozat 13. sz. melléklet
20	Idegen nyelven keletkezett iratok csatolása esetén nyilatkozat felelős fordításról	Cégszerű nyilatkozat 14. sz. melléklet

Záradék

Az Ajánlatkérő, az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve a Bíráló Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban fellelhető, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a Kbt. 80. § szerinti előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli.

III. Teljesítési hely

Debreceni Egyetem

Klinikai Központ

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete
(volt I. sz. Sebészeti Intézet épülete)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.

IV. Adásvételi szerződés tervezet

(a szerződés minden rész esetén külön-külön kerül megkötésre)
6., 8., 12. részek esetén

A szerződés létrejött egyrészről a

Debrecen Egyetem

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,

képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea mb. kancellárhelyettes

Intézményazonosító: FI 17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000

mint **Vevő** (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a

cég neve:.....

székhely:

képviselő:.....

statisztikai számjel:.....

adószám:.....

számlavezető pénzügyintézet:

bankszámlaszám:.....

mint **Eladó**, (a továbbiakban: **Eladó**) közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. A szerződés tárgya a **Vevő** „ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem” elnevezésű, 2014/S.....(dátum)..... számú ajánlati felhívásban és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott minőségű (a továbbiakban Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).
- 1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a **Eladó** által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek.

2. Ellenszolgáltatás összege:HUF+ Áfa, azaz
..... HUF+ Áfa

3. Fizetési mód

- 3.1. A **Vevő** a fenti 2. pont szerinti összeget - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyre szállítást követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla átvételét követő 30 napon belül a **Eladó** banknál vezetett számú számlájára a Ptk 6:130 §

(1)-(2) és a 4/2011(I.28) Korm. Rendeletben 55-66.§. részletesen szabályozottak szerint átutalással egyenlíti ki. Vevő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget. A beszerzés ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 forrásból valósul meg. A támogatás kifizetése utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100,000000 %. Részszámlázásra nincs lehetőség. Vevő előleget nem biztosít. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t.

A fizetési esedékesség a **Eladó** által a **Vevőnek** igazoltan átadott számla átvételének dátumától kezdődik.

- 3.2. A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik.
- 3.3. Az Áru tulajdonjoga az ellenszolgáltatás kiegyenlítése után száll át Vevőre.
- 3.4. **Vevő** késedelmes fizetése esetén **Eladó** a Ptk. 6:48 § bek. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.
Szerződő Felek kikötik, hogy Vevő nem esik fizetési késedelembe akkor, ha az Eladói kifizetés a KSZ ügyintézése miatt nem történik meg határidőben.

4. Teljesítés

- 4.1. **Az adásvételre vonatkozó teljesítés határideje:** Az Eladó által az ajánlatában vállalt, a jelen szerződés aláírásától számított 45 nap. Eladó a leszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal köteles Vevőt írásban értesíteni a szállítás pontos időpontjáról.

Teljesítési hely:

**Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.**

5. Szállítási feltételek és határidők

- 5.1. Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért az **Eladó** külön díjazást nem igényelhet.
- 5.2. Szállítási határidő: az Eladó által az ajánlatában vállalt, a jelen szerződés aláírásától számított 45 nap.

6. Csomagolás

- 6.1. Az **Eladó** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az Áru átvétele, tárolása

- 7.1. Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Vevő**, vagy a **Vevő** által kijelölt személy feladata. A **Vevő** kellő időben köteles tájékoztatni az **Eladót** az átvételre jogosult személyéről. Az Áru átadásával egyidejűleg Eladó részletes használati utasítást is köteles mellékelni.
- 7.2. Szerződő Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel. Steril áru szállítása esetén Eladó köteles a sterilitás megőrzését biztosítani.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

- 8.1. A **Vevő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerződés technikai specifikációja képezi.
- 8.2. Ha az átadás-átvétel során a **Vevő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a **Vevő** - a választása szerint - az **Áru** kicserélését vagy kijavítását követelheti, és megjelölheti a kicserélés vagy kijavítás határidejét, az **Eladó** pedig köteles a **Vevő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

Amennyiben az **Áru** olyan rejtett hibával rendelkezik, amely az átvétel során nem állapítható meg, és a hiba megléte mellett az **Áru** rendeltetésszerű használata ellehetetlenül, és a hibát vevő az átadás-átvételtől számított 30 napig bejelenti, úgy **Eladó** köteles az **Árut** cserélni.

9. Szavatosság, jótállás

- 9.1. Az **Eladó** szavatolja és garantálja, hogy
- a) az általa a szerződés keretén belül szállított **Áru** az ajánlatában feltüntetettek szerint használatban nem volt (nem került eddig üzembe helyezésre), és hacsak a jelen szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
 - b) a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az **Eladó** vagy közreműködői tevékenységével vagy muhasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
 - c) a szállított **Áru** a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett az **Eladó** ajánlatában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát.
 - d) Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): 12 hónap
- 9.2. A **Vevő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni az **Eladót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.
- 9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak az **Eladó** ajánlatában megjelölt időtartama alatt az **Eladó**, illetve a **Eladónak** az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a **Vevő** szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.
- 9.4. Ha az **Eladó** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a **Vevő** az **Eladó** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése vagy kijavítása érdekében.
- 9.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők.

10. Kötbér

- 10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az **Eladó** az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Vevőnek**:
- a) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1%-a/naptári nap (maximum 20%), amely a meghatározott részteljesítési határidőre értendő. Eladó abban az esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- b) Hibás teljesítés esetén, amennyiben Vevő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt Vevőt az érintett áru értékének 1%-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20%-a szerinti hibás teljesítési kötbér illeti meg. Eladó abban az esetben köteles hibás teljesítési kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít hibásan, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- 10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Vevő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Az elállás joga

- 11.1 A **Felek** megállapodnak, hogy a **Vevő** az **Eladó 20 napot** meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni és az **Eladótól** a kára megtérítését követelni.

12. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

- 12.1. Az **Eladó** a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a **Vevő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, legkésőbb a szállítás megkezdéséig.
- 12.2. Ha az **Eladó** nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket az **Eladó**, míg a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a **Vevő** viseli a közvetlenül importált **Áruk** után.

13. Hatályba lépés

A szerződés az aláírás napján lép hatályba és a jótállási időszak leteltének végéig tart.

14. Egyéb feltételek

- 14.1. Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:

.....

Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja.

Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.

A Kbt. fent említett szakaszai az alábbiakat írja elő:

„(4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy

a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.”

Az előzőek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési el-

járásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben.

Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezése nyelve: magyar

- a) Vevő címe: **Debreceni Egyetem**
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Vevő telefonja:
Értesítendő személy:
- b) Eladó címe:
Eladó telefonja:
Értesítendő személy:
- c) Vevő, jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséért felelős megbízottja:
.....szervezeti egység..... (vezető vagy munkatárs)

14.2. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek.

14.3 Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére Szerződő Felek hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság/Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt-ben, a Ptk-ban és Szerződő Felek jogviszonyára irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

Jelen szerződés hat (6) darab eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Vevőt, két (2) példány Eladót illeti.

Szerződő Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint Szerződő Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak és jelen szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció

Debrecen, 2015.

.....

Vevő
Debreceni Egyetem
Dr. Bács Zoltán
kancellár

.....

Eladó

A szerződés megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem:

.....

Borné Lampert Andrea
mb. kancellárhelyettes

Debrecen, 2015.....

Szakmai ellenjegyzés:

.....

Jogi ellenjegyzés:

.....

Adásvételi szerződés tervezet

(a szerződés minden rész esetén külön-külön kerül megkötésre)
1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13. részek esetén alkalmazandó

A szerződés létrejött egyrészről a

Debrecen Egyetem

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,

képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea mb. kancellárhelyettes

Intézményazonosító: FI 17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000

mint **Vevő** (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a

cég neve:.....

székhely:

képviselő:.....

statisztikai számjel:.....

adószám:.....

számlavezető pénzügyintézet:

bankszámlaszám:.....

mint **Eladó**, (a továbbiakban: **Eladó**) közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a **Vevő** „ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem” elnevezésű, 2014/S.....(dátum)..... számú ajánlati felhívásában és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott minőségű (a továbbiakban Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint az **Eladó** által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek.

2. **Ellenszolgáltatás összege:**HUF+ Áfa, azaz
..... HUF+ Áfa

3. Fizetési mód

3.1 A **Vevő** a fenti 2. pont szerinti összeget - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyre szállítást követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla átvételét követő 30 napon belül az **Eladó** banknál vezetett számú számlájára a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bek. és a 4/2011 (I.28) Korm. Rendelet 57/A § alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) be-

kezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. Vevő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget. A beszerzés ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 forrásból valósul meg. A támogatás kifizetése szállítói finanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100,000000 %. Részszámlázásra nincs lehetőség. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t.

A fizetési esedékesség az **Eladó** által a **Vevőnek** igazoltan átadott számla átvételének dátumától kezdődik.

A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik.

3.2 Szállítói előleg igénybevétele, és a folyósításának feltételei

Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (1) bekezdése alapján Eladó jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, mint támogató, és a képviselőjében , mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja a szállítói előleg kifizetését független, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által megbízott ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai az Eladóra nézve kötelező erővel bírnak.

Eladó köteles az igénybejelentése alapján, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése (b) pontja szerinti biztosítékot nyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték összege a Kormányrendelet 57.§(3) alapján az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó– cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Eladó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Eladó a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által rendelkezésre bocsátott okirat mintha alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.

Eladó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni.

Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Eladó

- ellen a Cégléletről közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
- a szerződés (rész) teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész) teljesítésével – érdekkörében felmerült okból – 20 napos késedelembe esik;

- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;
- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza;
- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

A szállítói előleget Eladó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

A KSZ a Kedvezményezett (Vevő), illetve a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által megbízott ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.

Eladó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Vevő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Vevő) köteles Eladó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.

A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani Eladó részére.

Eladó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Eladó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Eladó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

Az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül levonásra.

3.3. **Vevő** késedelmes fizetése esetén **Eladó** a Ptk. 6:48§ bek. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

Szerződő Felek kikötik, hogy Vevő nem esik fizetési késedelembe akkor, ha a Eladói kifizetés a KSZ ügyintézése miatt nem történik meg határidőben.

3.4 Az Áru tulajdonjoga az ellenszolgáltatás kiegyenlítése után száll át Vevőre.

4. Teljesítés

- 4.1. **Az adásvételre vonatkozó teljesítés határideje:** az Eladó által az ajánlatában vállalt, a jelen szerződés aláírásától számított 45 nap. Eladó a leszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal köteles Vevőt írásban értesíteni a szállítás pontos időpontjáról.

Teljesítési hely:

**Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.**

5. Szállítási feltételek és határidők

- 5.1. Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért az **Eladó** külön díjazást nem igényelhet.
- 5.2. Szállítási határidő: az Eladó által az ajánlatában vállalt, a jelen szerződés aláírásától számított 45 nap.

6. Csomagolás

- 6.1. A **Eladó** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az Áru átvétele, tárolása

- 7.1. Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Vevő**, vagy a **Vevő** által kijelölt személy feladata. A **Vevő** kellő időben köteles tájékoztatni az **Eladót** az átvételre jogosult személyéről. Az Áru átadásával egyidejűleg Eladó részletes használati utasítást is köteles mellékelni.
- 7.2. Szerződő Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel. Steril áru szállítása esetén Eladó köteles a sterilitás megőrzését biztosítani.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

- 8.1. A **Vevő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerződés technikai specifikációja képezi.
- 8.2. Ha az átadás-átvétel során a **Vevő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a **Vevő** - a választása szerint - az **Áru** kicserélését vagy kijavítását követelheti, és megjelölheti a kicserélés vagy kijavítás határidejét, az **Eladó** pedig köteles a **Vevő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

Amennyiben az Áru olyan rejtett hibával rendelkezik, amely az átvétel során nem állapítható meg, és a hiba megléte mellett az Áru rendeltetésszerű használata ellehetetlenül, és a hibát vevő az átadás-átvételtől számított 30 napig bejelenti, úgy Eladó köteles az Árut cserélni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1. Az **Eladó** szavatolja és garantálja, hogy

- b) az általa a szerződés keretén belül szállított **Áru** az ajánlatában feltüntetettek szerint használatban nem volt (nem került eddig üzembe helyezésre), és hacsak a jelen szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
- b) a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az **Eladó** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
- d) a szállított **Áru** a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett az **Eladó** ajánlatában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát.
- e) Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): 12 hónap

9.2. A **Vevő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni az **Eladót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak az **Eladó** ajánlatában megjelölt időtartama alatt az **Eladó**, illetve a **Eladónak** az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a **Vevő** szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.

9.6. Ha az **Eladó** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a **Vevő** az **Eladó** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése vagy kijavítása érdekében.

9.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők.

10. Kötbér

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a **Eladó** az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Vevőnek**:

- a) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1%-a/naptári nap (maximum 20%), amely a meghatározott részteljesítési határidőre értendő. Eladó abban az esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- b) Hibás teljesítés esetén, amennyiben Vevő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt Vevőt az érintett áru értékének 1%-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20%-a szerinti hibás teljesítési kötbér illeti meg. Eladó abban az esetben köteles hibás teljesítési kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít hibásan, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Vevő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Az elállás joga

- 11.1 A **Felek** megállapodnak, hogy a **Vevő** az **Eladó** 20 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni és az **Eladótól** a kára megtérítését követelni.

12. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

- 12.1. Az **Eladó** a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a **Vevő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, legkésőbb a szállítás megkezdéséig.
- 12.2. Ha az **Eladó** nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket az **Eladó**, míg a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a **Vevő** viseli a közvetlenül importált **Áruk** után.

13. Hatályba lépés

A szerződés az aláírás napján lép hatályba és a jótállási időszak leteltének végéig tart.

14. Egyéb feltételek

- 14.1. Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:

.....

Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.

A Kbt. fent említett szakaszai az alábbiakat írja elő:

- „ (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy
c) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

d) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

b) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

c) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.”

Az előzőek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése eseteire irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben.

Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezése nyelve: magyar

a) Vevő címe: **Debreceni Egyetem**
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Vevő telefonja:
Értesítendő személy:

b) Eladó címe:

Eladó telefonja:
Értesítendő személy:

- c) Vevő, jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséért felelős megbízottja:
.....szervezeti egység..... (vezető vagy munkatárs)

14.2. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek.

14.3 Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére Szerződő Felek hatáskörétől függően a Debreceni Járásbíróság/Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt-ben, a Ptk-ban és Szerződő Felek jogviszonyára irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

Jelen szerződés hat (6) darab eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Vevőt, két (2) példány Eladót illeti.

Szerződő Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint Szerződő Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak és jelen szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció

Debrecen, 2015.

.....
Vevő
Debreceni Egyetem
Dr. Bács Zoltán
kancellár

.....
Eladó

A szerződés megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Borné Lampert Andrea
mb. kancellárhelyettes

Debrecen, 2015.....

Szakmai ellenjegyzés:

.....
Jogi ellenjegyzés:

.....

V. Műszaki követelmények

Csak gyári új korábban használatban nem volt termékek ajánlhatóak!

1. rész

OM-01**Goniométer és izomerő mérő készülék****Megnevezés:** Goniométer és izomerő mérő készülék**Össz. darabszám:** 1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
EMG érzékelők száma min 3	Igen	
Myométer szükséges	Igen	
Goniométer szükséges	Igen	
Ujj és lábujj goniométer megléte szükséges	Igen	
Adatközlés módja:	bluetooth kapcsolat	
A készüléknek az alábbi érzékelőket kell tartalmaznia.		
Kéttengelyes ízületi elhajlásmérő hátra és csípőre	Igen	
Kéttengelyes elhajlásmérő bokára	Igen	
EMG érzékelő	Igen	
Földelő szalag az EMG-hez	Igen	
3D gyorsulásmérő 0 – 10g	Igen	
Torsiométer a nyak elfordulásához	Igen	
Torsiométer az ujjak és a lábujj elfordulásához,	Igen	
Goniométer az ujjak elfordulásához	Igen	
Goniométer az alkar elmozdulásához	Igen	
Kéttengelyes ízületi elhajlásmérő térdre és csípőre	Igen	
Torsiométer az alkar elfordulásához	Igen	
Összekötő kábelek a fenti egységekhez	Igen	
Kötelező tartozékok:		
Kétoldali tapasz az EMG szenzorhoz	350 db	
Kétoldali tapasz a goniométer, testre erősítéséhez	10 tekercs	

OB-30

Járássegítő eszköz

Megnevezés:

Járássegítő eszköz

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Merev, stabil vázszerkezet	Igen	
Rögzítő fékkel	Igen	
Ülésmagasság változtatható	Igen	
Magasságban állítható törzstámasszal	Igen	
Rugózó keret	Igen	
Dinamikus nyereg felfüggesztés	Igen	
Kapaszkodó Felhasználónak	Igen	
Defektmentes kerékkal	Igen	
Kiegészítőkkal felszerelhető	Igen	
Terhelhetősége min. 120 kg	Min. 120 kg Kérjük megadni	
Teljes hossza max. 120 cm	Max. 120 cm Kérjük megadni	

OM-45

Ujjmozgató szett

Megnevezés:

Ujjmozgató szett

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Manuális készség felmérésére, illetve állapot javítását szolgáló eszköz szett (ujj, csukló).	Igen	
A szett tartalmazzon fejlesztő szoftvereket	Igen	
A szett tartalmazzon fejlesztő játékokat	Igen	

2. rész

OM-18

Térdmozgató, programozható

A készülék megnevezése:
Artromot-K1 Standard Chip
Össz. darabszám:

Térdmozgató, programozható

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Folyamatos passzív mozgató (CPM)	Igen	
Mozgástartomány, flexió	Min. 110 fok	
Mozgástartomány, extenzió	Min. – 5 fok	
Mozgástartomány, csípő extenzió	Min. 7 fok	
Mozgástartomány, csípő flexió	Min. 115 fok	
Lábszár hossz beállítható	Min 40 – 55 cm	
Combhossz beállítható	Min 35/45 cm.	
Támasztékok gyorsan cserélhető rögzítéssel	Igen	
Vezérlő egység digitális beállítással	Igen	
Állítható mozgató sebesség	Min. 60 -120 fok/perc	
Bemelegítő üzemmód	Igen Páciens bemozgatáshoz	
Beépített időmérő/számlázó	Igen Program idő mérő	
Stabil vázszerkezet	Igen	
Páciens specifikus adat kezelés	Igen	
Hálózati csatlakozás:	Igen 230V 50Hz	
Max. terhelhetőség:	Min. 120 kg.	

OM-27**Aktív-passzív kar és lábmozgató, felnőtt****A készülék megnevezése:****Végtagmozgató készülék, aktív, passzív, felnőttek részére****Össz. darabszám:****1 db**

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Aktív-passzív alsó- és felső végtagmozgató	Igen	
Vezérlő jól látható megvilágított kijelzővel	Igen	
különálló START és STOP vezérlés	Igen	
Biztonsági leállítás hanggal	Igen	
Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és edzés időtartama	Igen	
Egyéni igényekhez illeszkedő kiegészítők	Igen	
Szimmetria gyakorlatok	Igen	
Anti-spazmus vezérlés, állítható érzékenységgel	Igen	
Teljesítmény-vezérelt edzés	Igen	
Pedálsugár beállítási fokozatok száma	Min. kettő Kérjük megadni	
Edzés kiértékelés	Igen	
Aktív izomtartás	Igen	
Motor teljesítménye	Min. 180W Kérjük megadni	
Stabil fémváz	Igen	
Szállító kerekkel felszerelve	Igen	
Hálózati csatlakozás:	Kérjük megadni	
Max. terhelhetőség:	Min. 120 kg Kérjük megadni	
Karmozgató terápiás markolattal	Igen	
Lábrögzítővel és vádlítámasszal	Igen	
Mérete	Kérjük megadni	

OM-30**Aktív – passzív kar és lábmozgató, gyermek****A készülék megnevezése:****Aktív – passzív kar és lábmozgató, gyermek****Össz. darabszám:****1 db**

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Aktív-passzív alsó- és felső végtagmozgató	Igen	
Vezérlő jól látható megvilágított kijelzővel	Igen	
különálló START és STOP vezérlés	Igen	
Biztonsági leállítás hanggal	Igen	
Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és edzés időtartama	Igen	
Egyéni igényekhez illeszkedő kiegészítők	Igen	
Szimmetria gyakorlatok	Igen	
Anti-spazmus vezérlés, állítható érzékenységgel	Igen	
Teljesítmény-vezérelt edzés	Igen	
Pedál helyzetének fokozatmentes beállítása	Igen	
Edzés kiértékelés	Igen	
Aktív izomtartás	Igen	
min. 180 W-os motor	Igen	
Stabil fémváz	Igen	
Szállító kerekekkel felszerelve	Igen	
Hálózati csatlakozás:	230V, 50Hz	
Max. terhelhetőség:	Min. 90 kg.	
Karmozgató terápiás markolattal	Igen	
Lábrögzítővel és vádlítamasszal	Igen	

III-09

Motomed vagy azzal egyenértékű felnőtt aktív-passzív alsó és felső végtag mozgató és edzőkészülék

A készülék megnevezése: MOTomed Viva2 aktív-passzív kar és lábmozgató

Gyártó: Reck GmbH.

Össz. darabszám: 1 db

Műszaki paraméterek	Követelmények	Ajánlott érték
Székből, kerekesszékből használható aktív-passzív alsó és felső végtagmozgató	Igen	
Vezérlő jól látható megvilágított kijelző	Igen	
Egygombos START és STOP vezérlés	Igen	
Magyar nyelvű kijelző	Igen	
Változtatható sebesség, forgási irány, ellenállás és időtartam	Igen	
Állítható pedálsugár	Igen	
Kétoszlopos szimmetria kijelzés	Igen	
Beépített spazmus érzékelő	Igen	
Teljesítmény-vezérelt edzés	Igen	
Műanyag, fertőtleníthető lábtartó	Igen	
Edzés kiértékelés	Igen	
Beépített terápiás programok	Igen	
Állítható magasságú kapaszkodó	Igen	
Stabil fémváz	Igen	
Gördíthető	Igen	
Hálózati csatlakozás:	Kérjük megadni	
Max. terhelhetőség:	Min. 120 kg Kérjük megadni	
Karmozgató terápiás markolattal	Igen	
Állítható lábszártámasz	Igen	
Gyors lábrögzítő elemmel	Igen	

Kódszámok, felszereltségek:

200.003 – MOTomed Viva2 + 250.000-kartréner

302.000 – lábszártartó

506.000 – gyors lábrögzítő elem

152.000 – műanyag lábtartó (fertőtleníthető)

507.000 – pedálsugár állító

556.006 – speciális alkarmandzsetta vagy 562.000 – speciális alkarmandzsetta

3. rész

OM-09

Vállmozgató, programozható

A készülék megnevezése.

Artromt-S3 vállmozgató

Össz. darabszám:

Vállmozgató, programozható

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Folyamatos passzív mozgató (CPM)	Igen	
Abdukció és addukció szinkronizált rotációval	Igen	
Mozgástartomány, abdukció, addukció	Min 15 -30 fok	
Mozgástartomány, váll rotáció	- 15 – 60 fok	
Váll mozgató (nyújtás és hajlítás)	Igen	
Vezérlő egység digitális beállítással	Igen	
Stabil vázszerkezet	Igen	
Szállításhoz vázra szerelt kerék	Igen	
Lehajtható háttámla / összecusukható kivitel	Igen	
Páciens specifikus adat kezelés	Igen	

OM-29

Gyerek állítógép

A készülék megnevezése.

Állítógép, gyermek (mechanikus)

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Állítható méretű exoskeleton / külső vázszerkezet	Igen	
Kimondottan gyermekek részére 2,5-4 éves korig / 1-5 éves korig	Igen	
Szövet alapú vázszerkezet / Szövet alapú tartó elemek	Igen	
/Fejtartó oldal megtámasztással	Igen	
Állítható törzs stabilizátor	Igen	
Állítható medence stabilizátor	Igen	
Állítható térd stabilizátor	Igen	
Állást facilitáló cipő, speciális tartozékai ill.rögzítő szandál	Igen	
Testmagasság 75-110 cm	Igen	
Terhelhetősége	2,5-4 éves gyermek súlyának megfelelő (max 20 kg)	

OM-32

Speciális egyensúlyfejlesztő eszköz gyermek

A készülék megnevezése.

Egyensúly fejlesztő eszköz, gyermek (Hupple)

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Gömbhéj formájú legyen Min. 5 fogantyúval	Igen	
Belül párnázott kivitel	Igen	
Külső és belső gömbhéja a fertőtlenítő mosásnak ellenálljon	Igen	
Legyen alkalmas vízben történő használatra is.	Igen	
Geometriai mérete	Kb. 59 cm átmérő	

OM-33

Futópad

A készülék megnevezése.

Futópad, alkartámaszos

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Maximális teherbírás	Min.180 kg Kérjük megadni	
Maximális sebesség	Min. 20km/ó Kérjük megadni	
Futófelület mérete	Min. 150 x 50 cm Kérjük megadni	
A futópad dőlésszöge	Min. 10 fok Kérjük megadni	
Pulzusmérő a markolatban	Igen	
Alkartámasz a futópadon	Igen	
Mellkasi öv	Igen	
Szintezés beállítás	Igen	
Biztonsági kulcs	Igen	
Tápegység	Hálózati adapter	
Energiatakarékos mód	Igen	
Variálható üzletkimélő rendszer	Igen	
Futófelület vastagsága	min. 25 mm	
Kijelző: LED	min. 5 adat folyamatosan látható	
Programok száma	min. 15	
Összecsukható	Igen	
Súlya	max. 130 kg	
Összeszerelt méret	215x94x145 cm	
Összecsukott méret	110x94x196 cm	

OM-42

Pszichológiai tesztek gyermekek számára

A készülék megnevezése.

Pszichológiai tesztek gyermekek számára

Össz. darabszám:

1 db

Eszköz megnevezése	Mennyisége darab	Javaolt típus és beszerzési hely
Bender-Gestalt-vizuomotoros koordináció érettsége	1	OS Hungary tesztfejlesztő
WISC-IV-gyermek intelligencia teszt	1	OS Hungary tesztfejlesztő
CAT-projektív személyiségmérés	1	OS Hungary tesztfejlesztő

OM-13

Hólyagteltettség mérő

A készülék megnevezése.

Össz. darabszám:

Hólyagteltettség mérő készülék

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
A húgyhólyag tartalmának kíméletes módon történő mérésére	Igen	
Hordozható készülék	Igen	
A mérés pontossága	max. $\pm 25\%$ Kérjük megadni	
Vizsgálati terület nagysága	Min 1cm^2 Kérjük megadni	
A mérőfej frekvenciája	Kb. 2MHz Kérjük megadni	
Pulzusismétlődési frekvencia	Min. 150 pulz/sec Kérjük megadni	
Áramellátás	Hálózatról és/vagy akkumulátorról Kérjük megadni	
Az akkumulátor feltöltési ideje	Kérjük megadni	
Teljesen feltöltött akkumulátorral a működési idő	Min 5 óra Kérjük megadni	
Súlya	Max. 3 kg Kérjük megadni	

4. rész

OM-04

Szelektív ingeráram kezelő eszköz

A készülék megnevezése.

Szelektív ingeráram kezelő eszköz

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Stimulációs csatornák száma:	Min. 4	
A csatornák egyenként is programozhatóak legyenek	Igen	
EMG mérőcsatornák száma	Min. 2	
EMG méréstartomány	Min. 10 – 1500 mikrovolt	
Legyen lehetőség az izmok kompenzációs aktivitásának a mérésére	Igen	
Képes legyen EMG triggerelt stimulációra	Igen	
Automatikus kalibráció	Igen	
Áramformák száma	Min.3	
Programok:		
Denervált izomzathoz	Igen	
Innervált izomzathoz	Igen	
Áramellátás	Hálózatról és/vagy akkumulátorról	
Akkumulátor töltési ideje	Max.180 perc	
Súlya	Max. 500 gr.	

OB-21

Kerekesszék, aktív

Megnevezés:

Kerekesszék, aktív, felnőtt

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Könnyű alumínium ötvözetből készült váz	Igen	
Ülésszélesség	Min.40 cm Kérjük megadni	
Fékezhető hátsó meghajtó kerék, 24" abronccsal	Igen	
Egyénre szabható ülés magasság elől és hátul, választható ülés mélység	Igen	
Alumínium ruhavédő	Igen	
Magasságban állítható, levehető és kifordítható lábtartók	Igen	
Terhelhetősége	Max. 120 kg Kérjük megadni	
Állítható feszességű háttámla	Igen	
Összecsukható, szállításhoz hátsó kerék kivehető	Igen	
Bolygókerék ház vagy villa, dőlésszöge állítható	Igen	
Önsúly, kerekkel	Max. 12 kg Kérjük megadni	

OB-22

Kerekesszék, felnőtt

Megnevezés:

Kerekesszék, dönthető párnázott háttámlával, felnőtt

Össz. darabszám:

7 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Dönthető háttámla 30 fokig	Igen	
Ülésszélesség kb.45 cm	Igen	
Fékezhető hátsó meghajtó kerék, 24" alu. abroncsos, tömör gumival	Igen	
Ülésmagasság 52 cm, Ülés mélység 44 cm	Igen	
Oldaltámasz kivehető, teljes hossza 36 cm	Igen	
Magasságban állítható, levehető és kifordítható lábtartók	Igen	
Terhelhetőség min. 115 kg	Igen	
Összecsukható	Igen	
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel	Igen	

5. rész

OM-05**Antidecubitus matrac kompresszorral****A készülék megnevezése.****Antidecubitus matrac kompresszorral****Össz. darabszám:****8 db**

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Az ágyvégre szerelhető kompresszor	Igen	
A kompresszor nyomása változtatható min. 6-21 perc között	Igen Kérjük adja meg	
Egészségügyi célokra kifejlesztett PVC anyagú matrac, a decubitus megelőzésére ill. a felfekvés kezelésére a II/III fokozatig	Igen	
A matrac gépben tisztítható és 121°C-on autoklávban fertőtleníthető	Igen	
A matrac rendelkezzen CPR funkcióval	Igen	
A matrac rendelkezzen folyadéknak ellenálló, légáteresztő, cserélhető, 60C°-on mosható, tűzálló, antibakteriális védőhuzattal	Igen	
Min. 15 db önálló cellából álló matrac	Igen	
A cellák egyenként cserélhetőek legyenek	Igen	
A matrac magassága min. 12 cm	Igen	
A matrac súlya max. 5 kg.	Igen	
Matrac mérete: kb. 200x90 cm	Igen	
Max. terhelhetőség: min. 150 kg	Igen	
Kompresszor mérete max.40x35x15	Kérjük adja meg	
Kompresszor súlya max.6 kg	Kérjük adja meg	
Kompresszor zajszint max.30 db	Kérjük adja meg	
Cserélhető baktérium szűrő	Igen	
Rendelkezzen szállítási funkcióval	Igen	

OM-15

Antidecubitus párna

A készülék megnevezése.

Antidecubitus párna

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Felfekvési sebek kialakulását megelőző párna	Igen	
Dokumentált hatékonyság	Igen	
Kerekesszékekben is használható	Igen	
Legalább 40-45 cm x 40 -45 cm méret	Igen	
Alkalmas megnövelt stabilitás igényű személyeknek	Igen	
Aszimmetrikus csípő esetén is használható	Igen	
Lélegző, nedvességet át nem engedő huzatban	Igen	
Beállítható légnyomás	Igen	
Minimum 8 cm vastagság	Igen	

OM-28

Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek

A készülék megnevezése.

Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Az ágyvégre szerelhető kompresszor	Igen	
A kompresszor nyomása állítható min. 60-130 Hgmm Hallható és látható riasztás a kompresszor nyomásának szabálytól eltérő csökkenése esetén.	Igen	
A kompresszor mérete max. 35x15x15 cm Súlya max. 2,5 kg	Igen	
Egészségügyi célokra kifejlesztett nylon TPV laminált anyagú matrac, a decubitus megelőzésére, ill. a felfekvés kezelésére a II/III fokozatig	Igen	
A matrac rendelkezzen folyadéknak ellenálló, légáteresztő, cserélhető, 40-70 C°-on mosható, tűzálló, antibakteriális védőhuzattal	Igen	
Min. 20 db önálló cellából álló matrac	Igen	
A matrac magassága min. 8 cm	Igen	
A matrac súlya max. 4 kg.	Igen	
Matrac mérete: kb. 140x70 cm	Igen	
Terhelhetőség: min. 25 kg	Igen	
Az ágyvégre szerelhető kompresszor	Igen	
A kompresszor zajszintje	max..35dB	
Feleljen meg az EN60601-1, EN60601-1-1-2 szabályoknak	Igen	

OB-20

Gyógyszerosztó kocsi

Megnevezés:

Gyógyszerosztó kocsi

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Alumínium profil vázszerkezet	Igen	
Műanyag fiókokkal	Igen	
A fiókok száma	Min. 3 darab Kérjük megadni	
A fiókok lekerekített oldalúak a könnyű tisztíthatóság miatt	Igen	
A kocsi tetején három oldalas galéria	Igen	
Kerekei fékezhetőek	Min 2 kerék Kérjük megadni	
Kerék átmérője	min. 125 mm Kérjük megadni	
Hulladékgyűjtő a kocsi oldalán	Igen	
A kocsi jól mosható legyen	Igen	
A kocsi anyaga a fertőtlenítő szereknek ellenálljon	Igen	
Mérete	kb.560x480x960 cm (szxmxmag)	
Gyógyszertároló tálcák	min. 8 db	
Központi zár	igen	

OM-34

Elliptikus tréner

A készülék megnevezése.

Elliptikus tréner

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Lépés hossz	Min 45 – 51 cm között Kérjük megadni	
Rámpa dőlésszöge	Min. 10-25 fok között Kérjük megadni	
Lendkerék súlya	Max. 11 kg Kérjük megadni	
Terhelhetőség	Max 160 kg	
Ellenállási fokozatok száma	Min. 15	
Programok száma	Min. 25 darab	
Pulzus mérés a markolatban	Igen	
Beépített kerekek a mozgathoz	Igen	
Taposó pedálok	Igen	
Konzol kijelzés	Igen	
Súly	Max.90 kg.	
Energia takarékos mód	Igen	
Maximális markolatmagasság	150 cm	
Nagyméretű LED kijelző	Igen	
Mérete	102x56x167 cm	

OM-35

Erőgép

A készülék megnevezése.

Össz. darabszám:

Erőgép

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Beépített lapsúlyok	Min 40 kg Kérjük megadni	
Bővíthető súlyblokk	kb. 12 kg-mal	
Maximális terhelhetőség	Min. 100 kg Kérjük megadni	
Az ülés és háttámla bevonata a fertőtlenítő szereknek ellenálljon	Igen	
Stabil vázszerkezet, erősített acél csővázból készült	Igen, Ø min. 50 mm	
Önsúlya	Max. 100 kg Kérjük megadni	
Biztonsági védőrács súlyblokk körül	igen	
Állítható ülés magasság	igen	
Állítható bicepszpad magasság	igen	
Mérete	145x115x200	
Felszereltsége: - hátgép - pillangó mellgép - melltől tolás – fekvőnyomás - felső konzol - evezés - alsó csiga - felső csiga - comb feszítő - Scott bicepszpad	igen	

OM-36**Pulzuskontrollált kerékpár tréninghez****A készülék megnevezése.****Szobakerékpár, mágnesfékes, pulzus mérővel****Össz. darabszám:****1 db**

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Mágnesfékes szobakerékpár	Igen	
Háttámlával	Igen	
Fékrendszer állítási módja	Manuális vagy elektromos	
Nehézségi szintek száma	Minimum 8	
Lendkerék tömege	Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Min 130 kg Kérjük megadni	
Állítható ülés dőlésszög	Igen	
Állítható ülés –vízszintesen	Igen	
Állítható pedálpántok	Igen	
A kijelzőn megjelenítendő paraméterek:		
Sebesség	Igen	
Idő	Igen	
Távolság	Igen	
Pulzus	Igen	
Kalória	Igen	
Kötelező felszereltség:		
Markolat érzékelős pulzusmérő	Igen	
Súly	Max.50 kg Kérjük megadni	
Nagy méretű LED kijelző	Igen	
Mérete	96x59x134	

OM-37

Evezőpad

A készülék megnevezése.

Evezőpad Christoepeit Sport Cardiff

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Fékrendszer fokozatainak száma	Min. 8 Kérjük megadni	
Maximális terhelhetőség	Min. 100 kg Kérjük megadni	
Pulzusmérés módja	Nincs	
Ülésállítási módja	Manuális	
Informatív kijelző	Igen	
A kijelzőn megjelenítendő információk:		
Kalória	Igen	
Csapás szám	Igen	
Percenkénti csapás szám	Igen	
Összecsukható legyen	Igen	
Önsúlya	Min. 20 kg Kérjük megadni	
Lendkerék	kb. 4 kg	

OM-39

Therapy Master

A készülék megnevezése.

Therapy Master

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Függesztő szerkezet, mennyezetre szerelt	Igen	
Mennyezetről 3 darab kötél függesztő szerkezet	Igen	
A függesztők közül min 2 darab csigasorral ellátott	Igen	
Kötelező tartozékok.		
Függesztő heveder, fejhez	Min. 1 darab	
Függesztő heveder medencéhez	Min. 2 darab	
Függesztő heveder combhoz	Min. 2 darab	
Fogantyú	Min. 1 pár	
Balance párna	Min. 1 darab	
Henger párna	Min. 1 darab	
Rugalmas kötelek	Igen	

III-12

Szobakerékpár

A készülék megnevezése.

Össz. darabszám:

Szobakerékpár, mágnesfékes, pulzus mérővel

3 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Mágnesfékes szobakerékpár	Igen	
Háttámlával	Igen	
Fékrendszer állítási módja	Manuális	
Nehézségi szintek száma	Minimum 8	
Lendkerék tömege	Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Min 130 kg Kérjük megadni	
Állítható ülés dőlésszög	Igen	
Állítható ülés –vyszintesen	Igen	
Állítható pedálpántok	Igen	
A kijelzőn megjelenítendő paraméterek:		
Sebesség	Igen	
Idő	Igen	
Távolság	Igen	
Pulzus	Igen	
Kalória	Igen	
Kötelező felszereltség:		
Markolat érzékelős pulzusmérő	Igen	
Súly	Max.50 kg Kérjük megadni	
Nagy méretű LED kijelző	Igen	
Mérete	96x59x134	

6. rész

OM-11**Vérgázanalizátor****A készülék megnevezése.****Össz. darabszám:****Kombinált vérgázanalizátor****1 db**

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
A készülékkel mérni kívánt paraméterek: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct, K, Na, Ca, Cl, Glu	igen	
Kazettás rendszerű, ún. karbantartás-mentes vérgázanalizátor rendszer	igen	
Folyamatos üzemű, automatikusan kalibráló legyen	igen	
A biztonságos és gazdaságos működés érdekében a mérő-kazetta a mosó/kalibráló kazettától elkülönüljön (2db működtető kazetta);	igen	
A működtető kazetták működési élettartama minél hosszabb legyen.	igen	
Minta		
Minta beadás: kapillárisból, fecskendőből, mintavevő csőből, ampulából is lehetséges legyen	igen	
Minta térfogat: a vérminta mennyisége –teljes panel mérés esetén- ne legyen több 100 µL-nél;	igen	
Kalibráció		
A maximális méréskész állapot érdekében a napi kalibrációs idő minél rövidebb legyen	igen	
Kalibráció gyakorisága, hossza és időpontja	Kérjük megadni	
Használat		
A készülékkel történő kommunikáció színes érintésvezérelt képernyőn keresztül történjen, lehetőleg (Microsoft) windows alapú operációs rendszeren	igen	
A könnyű kezelhetőség érdekében magyar nyelvű működtető-kezelő felülete legyen (magyar nyelvű szoftver);	igen	
Áramkimaradás esetére a készülék rendelkezzen akkumulátorral; Teljesítménye, kapacitása	igen Kérjük megadni	

7. rész

OM-06

Ülőmérleg

A készülék megnevezése.

Össz. darabszám:

Ülőmérleg

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Méréshatár	10 – 200 kg	
Osztás:	100 gr,	
Kötelező funkciók:		
Automatikus kikapcsolás	Igen	
TARA	Igen	
HOLD	Igen	
BMI	Igen	
Tárazás	Igen	
Vízmérték beállítás	Igen	
Felhajtható kartámaszok és lábtartók	Igen	
Fertőtlenítőszer tűrő formatervezett ülés	Igen	

OM-17

Cryoterápiás szett

A készülék megnevezése.

Cryoterápiás szett

Össz. darabszám:

1 szett

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
A szett összeállítása a következő legyen:		
Hűtőtartály csővel	Igen 1 darab	
Váll mandzsetta	Igen 2 darab	
Térd mandzsetta	Igen 2 darab	
Derék mandzsetta	Igen 2 darab	

OM-48

Porlasztókészülék

A készülék megnevezése.

Ultrahangos gyógyszerporlasztó készülék

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Porlasztott részecske mérete	Min. 0,5-6 µ Kérjük megadni	
Többféle beállítható porlasztási időtartam	Min. 3 féle Kérjük megadni	
Porlasztható gyógyszer mennyiség	Min. 4,5 lit/perc Kérjük megadni	
Fűthető aerosol cső	igen	
Gördíthető állvánnyal	igen	
Baktérium és porszűrővel	igen	
Porlasztási kapacitás újratöltés nélkül	min. 3 óra Kérjük megadni	
Tömege/súlya	max. 4,5 kg	
Kötelezően megajánlandó tartozékok		
Porlasztó edény	2 darab	
Egyszerhasználatos szájsutóra	10 darab	
Inhalációs maszk	1 darab	
Baktérium szűrő	1 darab	

OB-25

Rögzítő heveder

Megnevezés:

Betegrögzítő heveder, mágneses rögzítéssel, különféle

Össz. darabszám:

4 szett

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
A beteg testrészeinek rögzítésére szolgál	Igen	
Szivacsos rögzítő felület a hámsérülések elkerülésére	Igen	
A hevederek különböző méretűek legyenek	Igen	
A méretek kisebb és erősebb betegek rögzítésére is alkalmas	Igen	
A méretek szinkódok szerint legyenek megkülönböztethetőek	Igen	
A hevederek fertőtlenítő mosásnak álljanak ellen	Igen	
A hevederek min. 10-szer moshatóak legyenek	Igen	
Pacemakeres betegnél is alkalmazható legyen mágnes nélkül	Igen	
A 4 szett összeállítása:		
1. szett: Ültetett beteg hasi rögzítése M; L; XL méretben	3 darab	
2. szett: Vállpánt a tolószékben ülő betegnek	1 darab	
3. szett: Csuklórögzítő mágneszárral, kioldóval M; L; XL méretben	3 darab	
4. szett: Bokarögzítő mágneszárral, kioldóval M; L; XL méretben	3 darab	

OB-26

Paraván

Megnevezés:

Paraván, térelválasztó, 4 elemes

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Hegesztett csőkeretben kifeszített vászon	Igen	
Négy részből álljon	Igen	
A keret festett kivitelű	Igen	
Használaton kívül összehajtható	Igen	
Magassága	Min. 170 cm Kérjük megadni	
Összehajtott méretei	Max.80x50 cm Kérjük megadni	
Súlya	Kérjük megadni	

OB-27

Infúziós állvány

Megnevezés:

Infúziós állvány gördíthető

Össz. darabszám:

5 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Rozsdamentes anyagból készüljön	Igen	
Magassága állítható	Kb. 150 – 200 cm-ig	
Akasztóhorgok száma	min. 4 darab	
Kerekeinek száma	min. 5 darab	
Kerekeinek mérete	min. 50 mm	

OB-31

Röntgenfilm néző

Megnevezés:

Röntgenfilm néző, egymezős, falra akasztható

Össz. darabszám:

3 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Fém házas kivitel	Igen	
Porszórt festés	Igen	
Megvilágított mező mérete	Min.40x40 cm Kérjük megadni	
Színhőmérséklet	Min 6500K° Kérjük megadni	
Energia felvétel	Max. 4x15W Kérjük megadni	
Geometriai méretei	Kérjük megadni	
Súly	Kérjük megadni	

OB-38

Kapaszkodók ágyhoz

Megnevezés:

Kapaszkodók ágyhoz

Össz. darabszám:

20 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Fémről készült	Igen	
Porszort festett felület	Igen	
Nagy teherbírás	Igen	
Ergonómiailag tervezett markolatok	Igen	
hevederes és létrás kialakítás	Igen	

OB-39

Oldalrács

Megnevezés:

Oldalrács

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Fémből készült	Igen	
Porszort festett felület	Igen	
univerzális rögzítés	Igen	
Kétvégén található heveder rögzül a betegágy fej és lábrészához		

Corposano vagy azzal egyenértékű szelektív ingeráram kezelő készülék a bénult izmok ingerlésére

Megnevezés: szelektív ingeráram kezelő készülék a bénult izmok ingerlésére

Össz. darabszám: 2 db

tipus: KS-1/A1 terápiás stimulátor

12 V-os hálózati adatterről működő

négycsatornás

tartozékokkal ellátva (elasztikus hevederek, adapter, elektródák)

A KS-1/A1 tip. CORPOSANO terápiás stimulátor 12 V-os hálózati adatterről működő négycsatornás ideg-izomstimulátor. A négycsatornás berendezés kimeneteiről speciális, kitűnő vezetőképeségű áramvezető képeségű gumiból készült, a testfelületen egyszerűen - elasztikus hevederekkel - rögzíthető elektród párokkal lehet a kezelni kívánt testfelületre csatlakozni.

Felhasználási területei:

Izomfejlesztés, ill. törés miatt hosszantartó gipszkötés következtében legyengült végtagok regenerálása. Eredményesen használható az inaktivitási atrofia megelőzésére. Javítja a vérkeringést, megelőzi, illetve elhárítja a székrekedést, a tornához hasonlóan kellemes fáradtságérzetet biztosít. az egészség és erőnlét fenntartásának fontos eszköze. Az impulzuscsomagok masszírozó hatása a visszergyulladás utókezelésére is alkalmas az orvos vagy gyógytornász előírása szerint. Eredményes lehet koraszülött gyermekeknél, ill. gyermekbénulás után az izmok tornáztatására. A többscatornás üzem lehetővé teszi több izomcsoport egy idejű kezelését is. Agyvérzést követő részleges bénulás kezelése szakember ellenőrzése mellett eredményes lehet.

Perifériális bénulások kezelésére, gerincsérv műtét után a végtagok utókezelésére a siker reményében használható.

Speciális külön rendelhető rektális elektróddal a széklet, ill. vizeleti inkontinencia kezelése is lehetséges.

Az elektromos kezelés fájdalomcsillapító hatása /TENS/ is kimutatható. Esztétikai célra (izomfejlesztés, fogyás, elektrokozmetika) is jól alkalmazható. Hasfalon alkalmazva kitűnő hatással van az epe működésére. Szülés utáni hasfal regenerálására is kitűnő.

Műszaki adatok

Csatornaszám: Max. 4 db egymástól független izolált kimenet.

Impulzusok: Monopoláris, ill. exponenciális felfutású monopoláris impulzuscsomag /MF/

Bipoláris impulzusok, ill. exponenciális felfutású bipoláris impulzuscsomag /BF/

Impulzusforma: Négyszöghullám $0,25 \text{ ms} \pm 20 \%$

Impulzus frekvencia:

1./ $50 \text{ Hz} \pm 20 \%$

2./ $100 \text{ Hz} \pm 20 \%$

3./ $200 \text{ Hz} \pm 20 \%$

*Impulzus csomag időtartam:

1./ $1 \text{ sec} \pm 20 \%$

2./ $0,15 \text{ sec} \pm 20 \%$

*Impulzus csomag szünet idő

/T1/ $1 \text{ sec} \pm 20 \%$

Max. kimeneti feszültség (500 Ohmmal terhelve)

Üzem mód Monopoláris jelalak Bipoláris jelalak:

1 csatornás üzemen: minimum 60 V minimum $\pm 60 \text{ V} / 120 \text{ V}$

4 csatornás üzemben: minimum 40 V minimum ± 40 V /120 V/

Tápfeszültség: 12 V DC (akkumulátor, vagy 500 mA-es kettős érintésvédelmű MEEI engedéllyel rendelkező hálózati adapter

Tartozékok :

Árban foglalt tartozékok:

1 db műszertartó doboz

2 pár vezető gumi elektród (Ø 8 cm)

2 pár vezető gumi elektród (Ø 4,5cm)

5 db elasztikus gumi heveder

1 db használati utasítás

1db DC 12 V-os, 500 mA-es hálózati adapter- /Somogyi Electronic SA 500 típ./

JELALAKOK:

Bipoláris impulzusok

Monopoláris impulzusok

IMPULZUS SOROZATOK

Monofázis üzemmód /MF/

Bifázisos üzemmód /BF

Hidraulikus ágy**Megnevezés: Hidraulikus ágy****Össz. darabszám: 5 db**

Az ágy fekvőfelülete négy részre osztott, ami a mindenkori optimális testhelyzet beállítását teszi lehetővé. A fejrész és a felső lábtámasz gázrugó segítségével fokozatmentesen dönthető, az alsó lábtámasz dőlésszögét négyfokozatú fogasléccel lehet beállítani. Az ágy magasságát a hidraulikát működtető lámpedal segítségével változtathatjuk. A trendelenburg és antitrendelenburg helyzetek állítását gázrugó könnyíti és rögzíti. A fekvőfelületek a könnyű tisztíthatóság érdekében kivehetők. A kerek központi fékezésűek, a levehető ágyvégek betétei RESOPAL MASSIV víztaszító műanyagból készültek. Kivehető dekoratív öntött műanyag ágyvéggel.

Műszaki adatok:

Befoglaló méret:	960×2140 mm
Fekvőfelület:	900×2000 mm
Háttámla hossza:	720 mm
Háttámla dőlésszög:	0–70°
Középrész hossza:	320 mm, rögzített
Felső lábtámasz:	350 mm
Felső lábtámasz dőlésszöge:	0–40°
Alsó lábtámasz hossza:	560 mm
Fekfelület magassága:	450–800 mm
Trendelenburg-dőlésszög:	12°
Antitrendelenburg-dőlésszög:	10°

III-19

Éjjeli szekrény

Megnevezés: Éjjeli szekrény

Össz. darabszám: 5 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Stabil felépítésű	Igen	
Kerekei fékeezhetőek	Igen	
Belső térben polcokkal	Min. 1 darab Kérjük megadni	
Magassága	Min850 mm Kérjük megadni	
Szélessége	Kb. 500 mm Kérjük megadni	
Mélysége	Kb. 400 mm Kérjük megadni	
Asztallap mérete	Kb. 550 x 350 mm Kérjük megadni	
Asztallap magassága állítható	Min. 900-1100mm között Kérjük megadni	

III-20

Fül hőmérő digitális

Megnevezés: Fül hőmérő digitális

Össz. darabszám: 2 db

- minden korosztály számára ideális hőmérő
- a dobhártya és a körülötte elhelyezkedő szövetek infravörös hőjét méri
- új ExaxTemp technológia

Jellemzők:

- új visszajelző rendszer
- tárolótok
- puha mérőfejszár
- 21 eldobható védőkupak
- tápellátás: 2 x AA (tartozék)

Vérvételi szék**Megnevezés: Vérvételi szék****Össz. darabszám: 2 db**

Vérvétel, vértranszfúziós kezelések és vizsgálatok során használatos ülőbútor, mely a hosszabb kezelések során kényelmes fekvő testtartást is lehetővé tesz. Acél vázszerkezettel, hegesztett kötésekkel készül. Felülete jól tisztítható, műanyag alapú porfestékekkel festett. Az ülőlapp, háttámla és lábtartó műbőr kárpitozással védett. A háttámla és a lábrész gázrugó segítségével – a kényszerkapcsolatból eredően – egyszerre mozgatható. Trendelenburg-helyzet beállítási lehetősége. Gázrugó működtetése mindkét oldalról, kézi karok segítségével. A kartámaszok függőleges tengely körül elforgathatók, marokcsavarral a kívánt helyzetben rögzíthetők.

Műszaki adatok:

Ülőmagasság:	500 mm
Ülőlap szélessége:	500 mm
Teljes szélesség:	720 mm
Teljes magasság felhajtott támlával:	1200 mm
Teljes hosszúság lehajtott támlával:	1630 mm
Háttámla állíthatósága a padlóhoz viszonyítva:	+75°-tól –5°-ig

III-22

Inhalációs készülék

Megnevezés: Inhalációs készülék

Össz. darabszám: 2 db

- ultrahangos párasító
- két inhalációs erősség
- inhalációs kapacitás: 0,36-0,77 ml/min
- szemcseméret 6 μ m
- ultrahang frekvencia: 2,5 MHz
- hatóanyagtartó 10 ml
- hálózati adapter

Csomag tartalma: felnőtt maszk, gyerek maszk, szájsutóra, orrsutóra, összekötő cső, hatóanyag tartók, hordtáska

III-24

Fürdető szék

Megnevezés: Fürdető szék

Össz. darabszám: 4 db

Termék jellemzői:

- igény szerint használható: fürdető eszközként, WC magasítóként és arra alkalmas vödörrel kiegészítve: szobai WC-ként is
- karfái egyszerű mozdulattal levehető
- a talajtól számítva két ülőfelület magasságban választható: 49 és 55 cm
- 4 fékező kerék
- ülőke méretek: 52 x 43,5 x 48 cm
- súly: 14 kg
- max terhelhetőség: 130 kg

III-26

Aneroid RR mérő

Megnevezés: Aneroid RR mérő

Össz. darabszám: 2 db

Precíziós aneroid műszer

Különleges jó minőségű mandzsettával

Krómozott házban

Skála átmérője 50 mm

Órás vérnyomásmérők

Mandzsetta csövek száma 1

Csatlakoztatható mandzsetta opció Újszülött, csecsemő, gyermek, normál, extra

Óra (skála) átmérője (mm) 50 mm

Mérési tartomány 0-300 Hgmm

Védett gumilabda Igen

Mérés helye Kézben

Garancia 1 év

8. rész

OM-31

Lovasterápiás készülék gyermek

A készülék megnevezése.

Össz. darabszám:

Lovas terápiás készülék

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Hálózati feszültség	230V	
Energia felvétel	Max. 120W Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Max. 100kg Kérjük megadni	
A készülék magassága a padlótól	Min. 65 cm Kérjük megadni	
A használó testmagassága	150-180cm között	
A készülék geometriai méretei:	Kérjük megadni	
magasság	Kb. 750mm±10%	
szélesség	Kb. 400 mm±10%	
mélység	Kb. 800mm±10%	
A készülék súlya	Max. 40kg Kérjük megadni	

9. rész

OM-07

Betegemelő

A készülék megnevezése.

Betegemelő hálóval

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel	Igen	
Terpeszthető lábak, legalább 2 fékezhető kiskerékkel	Igen	
Elektromos emelő funkció	Min. 50 – 160cm	
Szélesség	Min. 60 cm	
Nyitott lábakkal.	Max. 110 cm	
Terhelhetősége	Max. 150kg.	
Akkumulátorok 12V, min. 5 Ah	Igen	
Biztonsági okból különálló akkumulátor töltő	Igen	
Lemerülésre figyelmeztető jelzés	Igen	
3 féle háló: fürdetéshez, emeléshez és magasított fejtámlás emelő háló	Igen	
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel	Igen	
Terpeszthető lábak, legalább 2 fékezhető kiskerékkel	Igen	
Teljes hossz	Max. 130 cm	
Biztonsági kézi leengedés	Igen	
Önsúly max. 44 kg	Kérjük megadni	

OB-08

Fürdető ágy

Megnevezés:

Fürdető ágy, gördíthető, felnőtt

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Rozsdamentes, festett acélból készüljön	Igen	
Magassága állítható	Min. 60 – 80 cm Kérjük megadni	
Magasság állítás módja	Kérjük megadni	
Trendelenburg helyzetbe hozható legyen	Igen	
A kerekek fékezhetőek	Igen	
Geometriai méretei	Min. 70 x 190 cm Kérjük megadni	
A matrac anyaga jól mpsható legyen	Igen	
A matrac anyaga a fertőtlenítő szereknek ellenálljon	Igen	
A matrac anyaga a „nehezen éghető” kategóriába tartozzon	Igen	
Kötelező tartozékok:		
Lefolyócső	Igen Min 190 cm hosszú	

OB-09

Beteg fürdető kocsi

Megnevezés:

Betegfürdető kocsi, ülő betegek részére

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Alumínium vázszerkezet, rozsdamentes kötőelemek, műanyag felületek	Igen	
Fékezhető kerekek	Igen	
Háttámla és felhajtható karfa	Igen	
Ülés magasság minimum 50-60 cm, állítható	Igen	
Kartámaszok között legalább 43 cm	Igen	
Egyszerű tisztítás, fertőtlenítés	Igen	
Felhajtható lábtartók	Igen	
Terhelhetőség min. 130 kg	igen	
Önsúly max. 14 kg	igen	
Ülés mélység min.41 cm	igen	

OB-10

Beteg fürdető szék

Megnevezés:

Beteg fürdető szék, felnőtt

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Alumínium vázszerkezet, rozsdamentes kötőelemek, műanyag felületek	Igen	
Fékezhető kerekek	Igen	
Háttámla és felhajtható karfa	Igen	
Ülés magasság minimum 50-60 cm, állítható	Igen	
Kartámaszok között legalább 43 cm	Igen	
Egyszerű tisztítás, fertőtlenítés	Igen	
Felhajtható lábtartók	Igen	
Terhelhetőség min. 130 kg	igen	
Önsúly max. 14 kg	igen	
Ülés mélység min.41 cm	igen	

10. rész

OB-13

Multifunkciós kezelőágy

Megnevezés:

Kezelőágy, multifunkcionális, gördíthető

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel	Igen	
Fékezhető kerekek, tömör gumival	Igen	
Ülésmagasság állítható,	Min. 45-55 cm Kérjük megadni	
Háttámla dőlésszöge állítható	Igen	
Párnázott, magasságban állítható kartámasz	Igen	
Magasságban és szögben állítható, levehető lábtartók	Igen	
Terhelhetőség	Min. 110 kg. Kérjük megadni	
Háttámla méret,	Min. 35x50cm Kérjük megadni	
Ülés méret	Min. 40x40cm Kérjük megadni	

OB-15

Felállító ágy

Megnevezés:

Felállító ágy

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel	Igen	
Fékezhető kerekek, tömör gumival	Igen	
Elektromos magasság állítás és felállítás	Igen	
Magassága kerekesszékből átüléshez állítható	Igen	
Állítható szögű lábtámasz	Igen	
Gyerekeknek is megfelelő beállítás	Igen	
Páciens biztonságos rögzítésére alkalmas	Igen	
Megfelelő oldalstabilitást biztosít	Igen	
Fel- leszerelhető kartámasz	Igen	
Kötelező tartozékok:		
Rögzítő hevederek	Igen	

OB-16

Masszázs ágy

Megnevezés:

Masszázs ágy, speciális

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Acélvázaz szerkezet, festett	Igen	
Háromrészes fekvőfelület	Igen	
A fejrészen arckivágással	Igen	
A fekvőfelületek állíthatóságának módja	elektromos	
Magasság állítási lehetőség	Igen	
A magasság állítás módja	elektromos	
Magassága állítható	Min. 60-90 cm között Kérjük megadni	
Kerekei külön-külön fékeezhetőek	Igen	
A fekvőfelület anyaga a mosásnak és a fertőtlenítő szereknek ellenálljon	Igen	
Kötelező tartozékok:		
Fejtámla	Igen	
Kartartók	Igen	

OB-17

Masszírozó ágy

Megnevezés:

Masszírozó ágy

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Minimum kétrészes fekvő felület	Igen	
Nem csukható össze	Igen	
Magassága állítható	Min. 60-85 cm között Kérjük megadni	
Háttámla külön állítható	Igen	
A fejrészen arckivágással	Igen	
Szélessége	Min. 70 cm Kérjük megadni	
Hosszúsága	Min. 190 cm Kérjük megadni	

OB-18

Bobath ágy

Megnevezés:

Bobath ágy

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Hegesztett robosztus vázszerkezet	Igen	
Elektromotoros fokozat nélküli magasság állítás	Igen	
Magasság állítható	Min. 450-900 mm között Kérjük megadni	
Fékezhető kereke	Igen	
Fekvőfelület nagysága	Min. 90x190 cm Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Min. 120 kg Kérjük megadni	
Háttámla gázrugóval állítható legyen	Igen	
A fekvő felület fertőtlenítő lemosásnak álljon ellen	Igen	
Mozgató motorok működése halk legyen	Igen	

11. rész

OM-08

Kerekesszék felállító

A készülék megnevezése.

Kerekesszék, felállítós, elektromos

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Könnyű, alumínium ötvözetből készül	Igen	
Felállító funkció, elektromos	Igen	
Kiegészítő stabilizálás felállításnál	Min. 5 pontos Kérjük megadni	
Kivehető magasságban állítható kartámasz	Igen	
Kartámasz magasságban állítható	Igen	
Rögzítéshez térdtámasszal és mellkas rögzítő hevederrel	Igen	
Beépített, zárt akkumulátor	Igen	
Terhelhetőség	Max. 136kg Kérjük megadni	
Önsúly	Max. 168 kg. Kérjük megadni	

OM-38

Extenziós eszköz (függesztőrács)

A készülék megnevezése.

Extenziós függesztő rács, nürnbergi

Össz. darabszám:

3 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Hegesztett acélváz	Igen	
Vízszintes bordái rozsdamentesek	Igen	
Mennyezetén kb. 200 darab függesztő gyűrű	Igen	
Geometriai méretei	Kb. 2x2x2 m	
Téherbírása	Min. 150 kg.	
Kötelező tartozékok:		
Függesztő kötéلكészlet	Igen	
Függesztő heveder készlet	Igen	
Homokzsák, min. 2 darab (2kg/darab)	Igen	
Csigák, rotációs gyakorlathoz	1 garnitúra	
Kezelőágy, elektromos, magasság állítási lehetőséggel	Igen	
Kezelőágy mérete:	Kb. 200 x 60 cm	
Magasság állítási lehetőség	Kb. 60 – 90 cm	
Elektromotoros emelés	Igen	
Állítható fejtámasz	Igen	

OB-23

Gyermekekocsi

Megnevezés:

Gyermekekocsi

Össz. darabszám:

3 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Gyermekek szállítására alkalmas eszköz	Igen	
Pozicionálást is lehetővé tevő	Igen	
Dönthető háttámlával	Igen	
Biztonsági heveder	Igen	

OB-24**Multifunkciós ültető egység****Megnevezés:****Ültető egység, multifunkcionális****Össz. darabszám:****1 db**

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel	Igen	
Ülésszélesség állítható min. 23 cm – max. 38 cm	Igen	
Fékezhető kerekek Tömörgumival	Igen	
Ülésmagasság állítható 32-60 cm között	Igen Kérjük megadni	
Csípőtámasz mely kivehető, mélységében állítható	Igen	
Hónalj támasz mélységben és magasságban állítható	Igen	
Magasságban és szögben állítható, levehető lábtartók	Igen	
Terhelhetőség	Max. 50 kg Kérjük megadni	
Dönthető ülés 30 fokig	Min 25 fokig Kérjük megadni	
Ülés mélység 30-40cm	Min 30 cm Kérjük megadni	
Tartozékok:		
Fejtámla	Igen	
Heveder	Igen	
Lábtartó rögzítő szandál	Igen	
Terápiás asztal	Igen	

OB-28

Guruló keret

Megnevezés:

Guruló keret, állítható magasságú, felnőtt

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
acél váz több rétegben kezelt felülettel	Igen	
4 kerékkel, melyből legalább 2 fékeezhető	Igen	
Magasságban állítható keret	Igen	
Magasságban állítható támaszték	Min. 83-102 cm között Kérjük megadni	
Támaszkodáshoz párnázott asztallal, 2 kapaszkodóval	Igen	
Terhelhetősége	Min. 100kg Kérjük megadni	
Kapaszkodók helyzete állítható	Igen	

OB-29

Guruló keret, gyermek

Megnevezés:

Guruló keret, állítható magasságú, gyermek

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Váza alumínium ötvözet	Igen	
Mindkét oldalon kézifék, melyek rögzítő fékként is működnek	Igen	
125 és 137 cm közötti testmagassághoz	Igen	
Magasságban állítható fogantyúk	Igen	
Szélessége	60 cm Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Max 40kg Kérjük megadni	
Defektmentes kerékkal	Igen	
Súlya	Max. 6,1 kg Kérjük megadni	

OB-32

Szoba WC

Megnevezés:

Szoba WC

Össz. darabszám:

3 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Állítható magasságú	Igen	
Acél váz, festett	Igen	
Műanyag levehető ülőke és fedő	Igen	
Karfa csúszásmentes	Igen	
Beülő szélesség	Kb. 40 cm Kérjük megadni	
Ülőke hossza	Kb. 40 cm Kérjük megadni	
Ülőlap magassága állítható	Igen	
Az állítás mértéke	Min 40-45 cm között Kérjük megadni	
Fedő hátul megtámasztható	Igen	
Kötelező tartozékok:		
Vödör	Igen	
Fedő	Igen	

OB-33

Csúsztató korong

Megnevezés:

Csúsztató korong, átültetéshez

Össz. darabszám:

4 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Lehetővé teszi a beteg ágyból történő felkelését oldalirányú csúszással is	Igen	
Puha, mosható anyaggal borított felületű	Igen	
Geometriai mérete	Átmérő kb. 40 cm Kérjük megadni	
terhelhetősége	Min. 140 kg Kérjük megadni	

OB-34

Csúszólap, átültetéshez

Megnevezés:

Csúszólap, átültetéshez

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Mozgássérült emberek számára nyújt segítséget az ágyról a kerekesszékbe, WC-re való átüléshez.	Igen	
Síma felszín	Igen	
az alsó rész jól tapad minden anyagon	Igen	
Hosszirányban megtörhető, hogy csökkentse a behajlást.	Igen	
Teljes hossza	Kb. 60 cm Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Min. 120 kg Kérjük megadni	
Súly	max. 1,5 kg	

OB-35

Mankó

Megnevezés:

Könyökmankó

Össz. darabszám:

2 pár

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Alumínium szerkezet	Igen	
Magassága állítható	Min. 80-95cm között Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Min. 130 kg Kérjük megadni	
Súly (1 darab)	Max. 0,6 kg Kérjük megadni	

OB-36

Járókeret

Megnevezés:	Járókeret, állítható magasságú,	1 darab
	Járókeret, állítható magasságú, összecsukható	1 darab
Össz. darabszám:	2 darab	

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Alumínium szerkezet	Igen	
Magassága állítható	Min. 80-95cm között Kérjük megadni	
Magasság állítás minimális értéke	Min. 2,5 cm Kérjük megadni	
Terhelhetősége	Min. 100 kg Kérjük megadni	
Súly (1 darab)	Max. 3,0 kg Kérjük megadni	
Összecsukható (csak az összecsukható változatnál)	Igen	

OB-37

Bot

Megnevezés:	Egy pontos támbot	2 darab
	Három pontos támbot	2 darab
Össz. darabszám:	4 db	

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Aluminium kivitel	Igen	
Magassága állítható	Min. 80 – 100 cm között Kérjük megadni	
Magasság állítás	Min 2,5 cm-ként Kérjük megadni	
Terhelhetőség	Min. 100 kg. Kérjük megadni	
súly	Max. 1,5kg. Kérjük megadni	

12. rész

Lézerzuhanyfej kiterjedt lágylézer kezelés eszköze gyógylézer családhoz

Megnevezés: Lézerzuhanyfej kiterjedt lágylézer kezelés eszköze gyógylézer családhoz

Össz. darabszám: 1 db

A nagyobb felületek (pl. sebek), vagy nagyobb felületen keresztül elérhető szövetek (pl. glutális izomzat) kezelését segíti a lézerzuhany. Ez 6 lézerdiódát tartalmaz olyan elrendezésben (egy kör kerülete mentén 4 lézerdióda, a közepében 2 lézerdióda), hogy nagyjából 10 cm²-nyi felületet sugároz be egyszerre. A lézerfény nyíló nyalábja miatt ez az érték a kezelést kb. 1 cm távolságból végezve helyes. Mindazonáltal egy-egy kezelési felület -a biostimulációs hatás biológiai terjedésének megfelelően- a kezelőfej méretével megegyező, azaz a kezelési idő leteltével a kezelőfej teljes terjedelmében áttehető a következő kezelendő felület fölé. Ezen a módon a nagyobb felületet kevesebb lépésben, vagyis rövidebb idő alatt lehet kezelni. A lézerdiódák infra lézerfényt sugárzóak (780 – 840 nm), a mélyebben fekvő szövetek kezelését segíti.

A zuhanyfej lézerdiódákkal ellentétes oldalán található az indítógomb, melynek megnyomásával a lézersugárzás beindul és az előre beállított dózisonak megfelelő ideig tart. Az ugyan-ezen oldalon lévő, piros fényű LED jelzi a hibátlan működést. Bármilyen hiba következtében fellépő alacsony teljesítmény esetén a LED kialszik, jelzi a hibát.

A lézerzuhany csatlakoztatható a KLSV, vagy a BiV vezérlő- és tápegységhez. A vezérlők ennek megfelelően tartalmazzák a lézerzuhany tápegységét is. A készülékek beállítása biztosítja, hogy a vezérlőegységek kezelik mindegyik fajta lézerzuhanyt, vagyis a dózisok ekkor is beállíthatók a készülékeken. A dózisbeállítás mindig az 1 cm²-re jutó időtartamra vonatkozott. Ez természetesen Bilight készüléken közvetlenül is látszik (a beállított dózis és a kezelési idő közvetlen kijelzésén keresztül), a KLSV vezérlőn csak egy kis számolással (10-zel kell szorozni) követhető.

A lézerzuhanyok kivitele olyan, hogy igény esetén beállítható tartókarra helyezhető, hogy az esetleg hosszú idejű kezelést megkönnyítse.

Javasolt felhasználók köre

Minden lágylézer kezeléshez ajánljuk, ahol nagyobb felület, nagyobb méret kezelésére van szükség

Műszaki adatok

- Mélyebb kezeléshez: legalább 600 mW infra lézerzuhany

Méret:

- Nyél 2x4x10 cm + Ø 80x40 mm fej, 300 gr

13. rész

OM-40

Augmentatív kommunikációs eszközök, mechanikus

1 db logopédiai rész – 1 db pszichológiai rész

A javasolt típus csak irányadó. Az ajánlattétel során a felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell megajánlani!

1 db logopédiai rész:

Eszköz megnevezése	Mennyisége darab
Differix	2
Halli Galli társasjáték	1
Dixit társasjáték	1
Digit	1
Ügyes boci társasjáték	2
Hang-helyzet lottó	1
Táblás logikai készlet - formák	1
Logo – Ki ismeri az órát?	1
Ritmuskészlet táskában	1
Állatos hanglottó	1
Hanglottó – mindennapok hangjai	1
Hangtörténetek 1.	1
Hangszer lottó	1
Hangtörténetek 2.	1
Hanglottó: állatok és természeti jelenségek	1
Hanglottó: cselekvés és hangszerek	1
Előtte és utána párosító	1
László M. Ágnes: Beszédészlelés (CD melléklettel)	1
elhelyezés	1
SCH 12074 Képes történetek – Egy nap - Floval	1
SCH 12063 Képes történetek – Éva történetei	1
SCH 12076 Képes történetek – Problémák és megoldásaik	1
SCH 12221 Képes történetek – Tréfás esetek	1
SCH 12018 Képes történetek – Mesélj róla!	1
SCH 12026 Képes történetek – Természet és technika	1
SCH 12048 Érzelmek képekben	1
AKR 20600 Gyümölcsaromák	1
Pippo kártyajáték - Piatnik	1
SOROZAT KERETTEL	1
AKCIÓS PRIMO TELJES SOROZAT KERETTEL	1
AKCIÓS miniLÜK „TELJES SOROZAT”	1

CSOMAG	
Játékház Képes olvasókönyv	2
Játékház Betűtanítás írásfüzet I.	2
Játékház Betűtanítás írásfüzet II.	2
Játékház Feladatlapok I.	2
Játékvár Differenciáló feladatlapok	2
Olvasókönyv 2.o.	2
Játékvár Differenciáló magyar nyelvi munkatankönyv	2
Játékvár Feladatlapok	2
Játékvár Képes olvasókönyv 2.o.	2
Játékvár Munkatankönyv	2
Játékváros 3.o. Differenciáló munkatankönyv	2
Játékváros Feladatlapok 3.o.	2
Játékváros Képes olvasókönyv 3.o.	2
Játékváros Magyar nyelvi mtk. 3.o.	2
Játékvilág Feladatlapok 4.o.	2
Játékvilág Fogalmazás mf 4.o.	2
Játékvilág Képes olvasókönyv 4.o.	2
Játékvilág Magyar nyelvi mtk. 4.o.	2
Logopédiai vizsgálatok kézikönyve	1
Kiss Andrea –Gyakorlóanyag felnőtteknek az R hang automatizálásához	1
Kiss Andrea –Gyakorlóanyag felnőtteknek az S-Zs-Cs és Sz-Z-C hang gyakorlásához	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 1. (d,t,p,b) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 1. (d,t,p,b) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsoportonként	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 2. (o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 2. (o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsoportonként	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 3. (ty,gy,ny,ly) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 3. (ty,gy,ny,ly) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsoportonként	1
S.:Betűről-betűre 4. (g,k,f,v) - Olvasás	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 4. (g,k,f,v) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsoportonként	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.:	1

Betűről-betűre 5. (sz,z,c,s,zs,cs) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok	
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 5. (sz,z,c,s,zs,cs) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsoportonként	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 6. (m,n,h,l,r,j) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 6. (m,n,h,l,r,j) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsoportonként	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 7. (a-á) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok	1
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-betűre 7. (a-á) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsoportonként	1
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet I. – Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára	1
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet II. – Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára	1
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet III. – Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára	1
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet IV. – Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára	1
Takácsné Nagy Judit : Jól olvasom, jól értem – A verbális gondolkodás és szövegértelmezés gyakorlatai a magyar szólások, közmondások felhasználásával 10- 18 éves tanulók számára	1
Különböző tárgyak hangjai CD-vel (MDDV20621)	1
A tér hangjai 2 CD	1

1 db pszichológiai rész:

Eszköz megnevezése	Mennyisége darab
Fa gyöngy mix	2
Taktilis memória	2
Képgyűjtemény-élelmiszerek	2
Gyűjtsd össze	2
Különböző szemszögből	2
Érzékelés	2
Hogy is történt	2
Logic-történetek időrendi sorrendben	2

Négy évszak filctábla	2
Árnyékpárosító	2
Vésike betűépítő	2
Kakas kirakó	2
Maci kirakó	2
Nyuszi kirakós	2
Járművek dominó	2
Háztáji állatos dominó	2
Bölcsis lottó	2
NODDY-Betűvonat	2
Sapientino-Ismerd meg a betűket	2
Játszva megismerjük a formákat	2
Logo Colorino-színek és formák	2
Archelino logikai fejlesztő játék	2
Crayola Mini mozaik készlet	2
Mozaik készlet- 120 db-os csillogó	2
Játszva megismerjük az órát	2
Játszva megismerjük a háziállatokat	2
Galt szívószál építő készlet	2
Sapientino-Játszunk a formákkal	2
Mozaik készlet- 72 db-os csillogó	2
Sapientino-Írni tanulók	2
Fűzős képkészítő készlet	2
Eichhorn fa formavezető kicsi	2
Eichhorn fa gyöngyfűzőszett közepes	2
Eichhorn fa formavezető-közepes	2
Formafelismerő kocka	2
Sapientino-Barátaim az állatkölykök	2
Logo-Duo-Összetartoznak	2
Eichhorn fa gyöngyfűzőszett nagy	2

OM-41

Pszichológiai és logopédiai tesztek

A javasolt típus csak irányadó. Az ajánlattétel során a felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell megajánlani!

Pszichológiai tesztek rész

Eszköz megnevezése	Mennyisége darab
Leiter-R-az intelligencia és a kognitív képességek nonverbális mérése	1
Wisconsin teszt-végrehajtó funkciók feltárása	1
TROG-nyelvtani szerkezetek megértése teszt	1
Mill Hill-szókincs vizsgálat	1
GAT-verbális, nonverbális, numerikus, térbeli képességek mérése	1
Rorschach teszt-projektív személyiségmérésre	1
MMPI teszt-személyiségleltár 100 fő kiértékelésére	1
STAI-Y-állapot-vonás szorongás kérdőív	1
PAS-pszichogeriátriai becslőskálák	1

Logopédiai teszt rész

Eszköz megnevezése	Mennyisége darab
Western Aphasia Battery – Revised (WAB-R) full kit (teljes teszt)	1

OM-43

Ergoterápiás eszközök

Figyelem! A javasolt típus csak irányadó. Az ajánlattétel során a felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell megajánlani!

Eszköz megnevezése	Mennyisége darab
Kézerősítő speciális eszközök:	
Ergoterápiás szett	1
vertikális spirál	1
worm srew	1
cube therapy	1
ülőpárna-ék alakú	1
Kézügyesség fejlesztő eszközök	
Gyurma kéz és ujjerősítéshez 170 gr (5 különböző színben)	2-2 szett
Kéz és ujjjerősítő tojás (4 különböző színben)	1-1
Kezesmester (3 különböző színben)	1-1
Tüskés labdák (5 különböző szín- ben)	2-2
Kézerősítő gömb (5 különböző színben)	1-1
Masszírozó henger	2
Tépőzáras súly (2x450 gr, 2x600 gr, 2x1130 gr)	1-1
Tankonyha	
Amalia edényfogó	2
iris konyharuha	4
rajtan fűszertartó	2 szett
charm tojásszeletelő	2
charm almaszeletelő	2
strilla magozókés	2
idealisk krumlinyomó	1
flecking keverőtál	2
idelig keverőtál	2
idelig keverőtál	2
mixtur sütőbe való tál	1
koncis pecsenyesütő	1
legitim vágódeszka	2 szett
konzervnyitó	1
Vízforraló	1
Univerzális zöldséghámozó	2

vízszintes pengével	
Univerzális zöldséghámozó függőleges pengével	2
Mesterfogás csipesz	1
Mesterfogás keverőkanál	2
mesterfogás lapát	2
mesterfogás merőkanál	2
mesterfogás szedőkanál	2
Szűrőcsoda	1
Konyhai kés	1
szeletelő kés	1
kenyérvágó kés tokkal	1
késélező	1
gyúrólap	1
nyújtó	1
konyhaművész szeletelő kézvédővel	1
Maxi mix	1
desszertes gyúró	1
bébi tányér	1
etetőtálka szett	1
bébi evőeszköz	1
füles bábipohár	1
Tankonyha + ADL eszközök	
kings készlet (étkezési)	1
Reflex kések	1
RA evőeszközök	1
Csiptetős villa	2
6 az 1 ben multifunkcionális nyitó	1
flexibilis nyelű kanál	1
konyhai munkaállomás	1
harisnya fel és lehúzó	2
kézhosszabbító	3
csúszásgátló alátét szögletes	1
higiénias eszközök	1
toolfles rögzítősín bothoz mankóhoz	1
tépőzáras eszközfogó	1
gombáthúzó	1
rögzítő deszka	2
vágódeszka	2
Fürdőszoba	
wc magasító	1
fürdetőpad	1
kádülőke, kifordítható	1
kádülőke, fix, süllyesztett	1

zuhanyszék falre szerelhető	1
zuhanyszék különálló	1
kapaszkodók(hosszú egyenes, rövid, L alakú)	3
Állítható Magasságú asztal	1
Állítógép foglalkoztató asztallal	1

III-01

Bender-Gestalt-vizuomotoros koordináció érettsége

Össz. darabszám:

1 db

Alapvető neuropszichológiai szűrőteszt, organikus károsodások érzékeny mutatója. Nem igényel verbális megnyilatkozást, így beszédzavarral küzdő felnőtt-, illetve gyermekpáciensek vizsgálatára egyaránt alkalmas. Gyorsan felvehető, könnyen kiértékelhető.

Bender-Gestalt II

Bender Visual Motor Gestalt Test II

Általános ismertetés

A vizuo-motoros koordináció érettségének feltárása

Az 1938-ban Lauretta Benderáltal kifejlesztett teszt a vizuo-motoros koordináció mérésén keresztül a vizsgált személy neuropszichológiai funkciókról nyújt megbízható képet. A vizsgált személynek az a feladata, hogy a tesztkönyvben található ábrákat lerajzolja úgy, hogy azokat mindaddig nézheti, amíg rajzol.

A mérőeszközt a legtöbb szakember, mintegy bevezető eszközként használja, mivel az egyszerű felépítése kevésbé vált ki ellenállást a vizsgálati személyből. Gyakran a neuropszichológiai károsodások alapvető szűrőtesztjeként alkalmazzák. A mérőeszköz legújabb változata (Bender II) a felmért képességek kiterjesztése érdekében újabb ábrákkal bővült. A vizuo-motoros memória új felidézési eljárása sokkal átfogóbban képes megragadni a vizuo-motoros készségeket, mint a korábbi változatban. Az egyszerű kiegészítő motoros és perceptuális képességeket feltáró feladatok lehetővé teszik a speciális vizuo-motoros deficit azonosítását.

A mérőeszköz normáit több mint 4000 fős amerikai reprezentatív minta adatainak felhasználásával alakították ki.

A kutatási eredmények rávilágítottak arra, hogy vizuo-motoros érettség szorosan együtt jár a nyelvi készségekkel és az intelligencia különböző funkcióival. A Bender-teszt bármelyik edukációs, pszichológiai vagy neuropszichológiai mérés hasznos bevezető módszere lehet. A Bender-teszt akár az iskolaiérettség-vizsgálatok szűrőtesztjeként, vagy pszichogeriátriai felmérésekben egyaránt jól használható. A mérőeszköz következő területeken való alkalmazhatóságát számos kutatási eredmény és tapasztalat támasztja alá: ADHD, értelmi fogyatékos, tanulási zavarok, tehetséggondozás, autizmus, Alzheimer kór.

III-02

Leiter-R-az intelligencia és a kognitív képességek nonverbális mérése

Össz. darabszám:

1 db

Nonverbális mérőeszköz az intelligencia és a kognitív készségek mérésére. „Vizualizáció és okfejtés” rész-battériája más tesztben nem található meg. A figyelem- és memória funkciókat szintén beszédet nem igénylő módon teszteli.

Leiter International Performance Scale - Third Edition

Általános ismertetés

Az intelligencia és a kognitív képességek nonverbális mérőeszköze

A Leiter-3 egy olyan nonverbális mérőeszköz, amely az intelligencia és a kognitív képességek játékos és gyors feltárását teszi lehetővé. A tesztbattéria két részből áll: Vizualizáció és okfejtés (VR) és Figyelem és memória (AM). Mivel a mérőeszköz nonverbális, így különösen alkalmas arra, hogy a gyermekek és serdülők kognitív deficitjeit, beszéd, hallási vagy motoros problémáit azonosítsa.

A kutatási eredmények alapján a Figyelem és memória (AM) battéria hatékonyan azonosítja a figyelemhiányos és hiperaktív gyermekeket, valamint a tanulási zavarral küzdőket, de érzékenyen jelez más neuropszichológiai károsodást is.

A vizualizáció és okfejtés, valamint a figyelem és memória területek mellett gyakran alkalmazzák az intelligenciaszint becslésére és a kiemelkedő képességek azonosítására. A kutatási eredmények a Leiter-3 és a WISC-III között igen magas korrelációt mutatnak: $r=0,85$.

Az amerikai, spanyol és afrikai fiatalokon végzett összehasonlító eredmények alapján elmondható, hogy a tesztbattéria a kulturális és nyelvi készség torzítástól mentesen tudja megragadni az intelligenciát és a megcélzott kognitív képességeket.

Az eredmények értékelését az amerikai reprezentatív gyermekmintán készült standardok segítik. A szubteszteken elért eredmények alapján lehetőség van az erősségek és gyengeségek megállapítására.

Az induló tesztkészlet magában foglalja az angol nyelvű kézikönyvet, 3 különböző tesztkönyvet, válaszkártyákat, a méréséhez szükséges kiegészítő tárgyakat, a vizsgálati űrlapokat, az értékelő skálák tesztfüzeteit, valamint az eredmények ábrázolásához szükséges értékelőlapokat.

III-03

Wisconsin teszt-végrehajtó funkciók feltárása

Össz. darabszám:

1 db

A végrehajtó funkciók sérülésének egyik legérzékenyebb és legelterjedtebben használt tesztje, klinikai vizsgálatokban használata a leggyakoribb.

Wisconsin Card Sorting Test

Általános ismertetés

A végrehajtó funkciók feltárása

Bár a Wisconsin Kártyaszortírozó eljárást elsődlegesen a perszeveráció és az absztrakt gondolkodás mérésére fejlesztették ki, ennek ellenére az elmúlt évtizedben a neuropszichológiai vizsgálatok egyik legnépszerűbb eljárása. A végrehajtó funkciók mérésére kiválóan alkalmas, mivel érzékeny a frontális lebeny diszfunkcióira. A teszt megbízható képet ad a kognitív flexibilitásról, a konceptualizációról, a válaszgátlás képességéről, a hipotézis alkotás minőségéről és a váltásról.

Az eljárás során a vizsgálati személynek különböző stimulus és válaszkártyákat kell egymáshoz illeszteniük úgy, hogy a kísérletvezető a válaszadozás után visszajelez arról, hogy a válasz jó volt-e, vagy sem. A stimulus kártyák mindegyike eltér egymástól színben, számban és formában. Az osztályozási elveket a kísérletvezető változtatja, s figyeli, hogy a vizsgálati személy mennyire követi ezeket az osztályozási elveket.

A mérőeszköznek létezik 128 és 64 kártyából álló változata is. Az egyszerű kártyás változat mellett kidolgozták az eljárás számítógépes felvételi és értékelési módszerét.

A módszert bemutató angol nyelvű kézikönyv a pontozás mellett 6,5-89 éves kor között használható normákat is tartalmaz.

III-04

WISC-IV-gyermek intelligencia teszt

Össz. darabszám:

1 db

WISC-IV Wechsler Gyermek Intelligenciateszt - Negyedik kiadás

Általános ismertetés

A Wechsler Gyermek Intelligenciateszt legújabb változata

A Wechsler Gyermek Intelligenciateszt - Negyedik kiadás (WISC-IV) a hazánkban MAWGYI és HAWIK néven közismert mérőeszköz jelentősen átdolgozott és modernizált változata, melyet 2003-ban fejlesztettek ki. A magyarországi adaptációs munkákat egy neves hazai kutatókból álló csapat 2005 végén kezdte meg, 1.000 fős reprezentatív gyermekminta bevonásával.

A WISC-IV az elmúlt évtizedek kutatási tapasztalatait felhasználva 4 indexet különböztet meg, amelyek az intelligencia eltérő aspektusait tárják fel: Verbális megértés, Perceptuális következtetés, Munkamemória, Feldolgozási sebesség. Az indexekből felállított profil segítségével hasznos támpontot nyerhetünk a 6-17 éves fiatalok kognitív képességeiről: tanulási zavarok, végrehajtó funkciók, agysérülés, figyelmi zavarok, mentális retardáció, speciális adottságok, valamint orvosi figyelmet igénylő, illetve neurológiai problémák.

A WISC-IV 10 szubtesztből és 5 kiegészítő szubtesztből áll.

A Verbális megértés szubtesztjei: Közös jelentés, Szókincs, Általános megértés, Általános ismeretek, Szótalálás.

A Perceptuális következtetés szubtesztjei: Mozaik-próba, Képi fogalomalkotás, Mátrix következtetés, Képkiegészítés.

A Munkamemória szubtesztjei: Számterjedelem, Betű-szám szekvencia, Számolás.

A Feldolgozási sebesség szubtesztjei: Kódolás, Szimbólumkeresés, Törlés.

A tesztanyagok (pl. kockák, színes ábrák, modern stílusú képek) és a felvétel módja gyermekcentrikus; a kapott eredmények értelmezését a részletes felvételi űrlap és a kézikönyvek segítik.

TROG-nyelvtani szerkezetek megértése teszt**Össz. darabszám:****1 db**

Afáziás betegeinknél a pszichológusok és a logopédusok egyaránt tudnák hasznosítani; magyarra adaptálták; szavak és nyelvi szerkezetek értését lehet vele egyszerűen, megbízhatóan, a beteget hosszú ideig nem terhelve vizsgálni.

TROG - Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt**Általános ismertetés**

A TROG-ot eredetileg kutatási mérőeszközként alakították ki a speciális nyelvfejlődési zavart mutató gyerekek nyelvi megértésének vizsgálatára. A szerző megértési problémák előfordulási gyakoriságát vizsgálta, s mindezek mellett az érdekelte, hogy kifejezőképességükben nyelvtani problémákkal küzdő gyerekek a nyelvtani szerkezetek megértésének területén mutatnak-e zavarokat. A kutatás során kiderült, hogy a gyerekek megértési képességeinek vizsgálatára összeállított tesztanyagok, és az ezekkel kapott teszt eredmények sok különböző területen dolgozó szakembert érdekelnek.

A teszt a következő előnyökkel rendelkezik:

Tág életkori sávban használható (3-14 éves korig) és afáziás felnőttek vizsgálatára is alkalmas. Nem igényel expresszív nyelvi viselkedést, vagyis beszédet a résztvevőtől.

A tesztképek határozott kontúruak és élénk színűek. A teszt kialakítása során fontos cél volt a vizuálisan nehezen megkülönböztethető vagy felismerhető képek kizárása.

A tesztmondatok egy körülhatárolt, egyszerű szókincsre épülnek; így minimális annak az esélye, hogy valaki azért válaszol rosszul, mert nem tudja az egyes szavak jelentését.

A tesztben csökkentették az olyan nem nyelvi tényezők hatását is, mint az ábrázolt események valószínűsége.

A tesztmondatokat bizonyos esetekben meg lehet ismételni. Ez csökkenti annak az esélyét, hogy a nyelvtani megértési képességek gyengesége helyett figyelmetlenségből fakadjanak a hibák.

Minden nyelvtani szerkezet megértésének vizsgálatához 4 olyan tétel tartozik, amelyek egyenként négy válaszlehetőségből állnak. Ennek alapján 0,4% a valószínűsége annak, hogy a résztvevő véletlenszerű mutogatással mind a 4 tételre helyesen válaszol. Ez azt jelenti, hogy a TROG valós képet tud adni az egyedi szerkezet megértéséről; így nemcsak a megértés általános szintjének értékelésére használható, hanem rámutathat a résztvevőnek különös nehézséget jelentő specifikus területekre is. Azt is lehetővé teszi, hogy a tesztelő azonosítsa bizonyos hibamintázatokat, amelyek jelezhetik a megértés kudarcának okát.

III-06

Mill Hill-szókincs vizsgálat

Össz. darabszám:

1 db

Afáziás betegek kiegészítő vizsgálatára alkalmas; rövid felvételi idejű, a várható terápiás sikerességet is megjósolni tudó egyszerű vizsgálóeljárás.

Mill Hill Szókincsteszt

Általános ismertetés

A Mill Hill Szókincstesztet gyakran a nonverbális kognitív képességeket feltáró mérőeszközök (pl. Raven Progresszív Mátrixok, Naglieri Nonverbal Ability Test) kiegészítéseként alkalmazzák abból a célból, hogy a következtetési képességek mellett a verbális információk előhívásának képességét, vagyis az általános intelligencia reprodukzív összetevőjét is feltérképezzék. Ez az előhívási képesség általában szoros kapcsolatban van a megszerzett intellektuális készségekkel. A verbális információk előhívásának képességéből és a szóbeli kommunikáció aktuális szintjéből azonban nem feltétlenül lehet megállapítani az egyén által elért múltbeli eredményeket és a lehetséges jövőbeni teljesítményt. A szókincsteszt teszt a kultúra által már hozzáférhetővé tett verbális információk (pl. szóbeli és írásbeli kifejezés, olvasás) előhívásának aktuális képességét tárja fel, amely többnyire az iskolázottságtól függ. Ahhoz, hogy a múlt, vagy a jövőre vonatkozó következtetést tudjunk levonni szükség van az intellektuális kapacitás feltárására, amelyet a fent említett nonverbális tesztekkel lehet feltárni.

A Mill Hill Szókincsteszt már serdülőkortól alkalmazható iskolai, munkahelyi, klinikai (pl. neuropszichológiai vizsgálatok) vagy kutatási területeken. A mérőeszköz 75 többszörös választást igénylő feladatból áll: nyolc alternatívából kell kiválasztani a megadott szó helyes szinonimáját. A feladatok megoldására 20 perc áll rendelkezésre.

III-07

GAT-verbális, nonverbális, numerikus, térbeli képességek mérése

Össz. darabszám:

1 db

Átfogó képességvizsgáló eljárás, verbális, nonverbális, numerikus és téri készségeket vizsgál, részpróbái önállóan is alkalmazhatók, informatívak.

GAT - Általános Képesség Teszt

Általános ismertetés

Verbális, nonverbális, numerikus és téri képességek mérése

Az általános mentális képességeket feltáró tesztbatteria (GAT) az alábbi 4 képességtesztből áll: Verbális, Nonverbális, Numerikus és Térbeli. Az egyes képességtesztek önállóan is alkalmazhatók. A verbális feladatsor különböző szavak jelentésének ismeretét és analógiás használatának képességét méri fel. A nonverbális rész olyan észlelési feladatokból áll, amelyben absztrakt figurákat kell csoportosítani valamilyen általánosítás alapján, nyelvi kifejezések nélkül. A numerikus feladatsor a különböző számok közötti kapcsolatok felismerésének képességét teszteli, melyek jó megoldásához nem szükséges jelentős matematikai tudás. A térbeli feladatok a háromdimenziós térben elhelyezkedő tárgyak elképzelését, gondolatban történő körüljárását, vizualizációját, illetve az ezekkel történő manipulációs képességeket mérik. A GAT-ot világszerte sikerrel alkalmazzák a pályaválasztási tanácsadás, a munkaerő-kiválasztás, és a különböző alkalmassági vizsgálatok terén.

III-08

Bordásfal

Össz. darabszám: **5 db**

255X 100 cm

rétegragasztás nélküli

150 kg felett is terhelhető

keményfa fokokkal ellátva

Tartozék térdtámasz: 90 cm széles, 25 cm magas, fém kampóval, műbőrrel bevont szivacs

III-11

Tornaszőnyeg

Össz. darabszám:

5 db

mérete: 1.5 cm X 190 cm X 60 cm

anyaga: tömör szivacs

III-13

Tükör falra szerelhető nagy méretű kb. 2x3 m

Össz. darabszám: 1 db

méreték:
340X210 cm

Súlyok, labdák, gumiszalag, egyensúlyfejlesztő eszközök

eszköz	szükséges mennyiség (darab)
Erősítő gumiszalag (3 különböző színben) • prémium minőség • kis helyen elfér • erősségek életkornak és kondíciónak megfelelően választhatók • ízületkímélő • nagyon hatékony, mert a szalag húzása és visszaengedése is erő ellenében történik • látványos izomerősítés, alakformálás • korlátlan felhasználás az állóképesség, a mobilitás növelésére 150 cm gyenge – közepes – speciálisan erős	3-3
Erősítő gumiszalag (3 különböző színben) • prémium minőség • kis helyen elfér • erősségek életkornak és kondíciónak megfelelően választhatók • ízületkímélő • nagyon hatékony, mert a szalag húzása és visszaengedése is erő ellenében történik • látványos izomerősítés, alakformálás • korlátlan felhasználás az állóképesség, a mobilitás növelésére 150cm erős – extra erős – szuper erős	5-5
Redondo ball, softball, 26 cm átmérő	5
Tépőzáras súlyok (0,5 kg, 0,7 kg, 1,1 kg) • Mindkét márka kényelmes használatot biztosít és optimális rögzítést tesz lehetővé csuklókra és bokákra. Thera-Band® márka • csak pár-ban kapható • bőrbarát, használata kellemes • 0,5 kg, 0,7 kg és 1,1 kg súlyúak • Tilia® márka	5-5
Egyensúlyozó korong (Woobble board) • kitűnően fejleszti a koordinációt és a mozgáskészséget • javítja a testtartást • masszírozó tüskés felülete stimulálja a talpakat • felülete csúszással szemben különösen ellenálló	2
Egyensúlyozó deszka • kitűnően fejleszti a koordinációt és a mozgáskészséget • javítja a testtartást	2

• masszírozó tüskés felülete stimulálja a talpakat • felülete csúszással szemben különösen ellenálló	
Trendy Meia egyensúlyozó eszköz félgömb 55 cm A Trendy Meia egyensúlyozó félgömb egy rendkívül sokoldalú fitness eszköz, mely segítségével egyszerre fejleszthetjük egyensúlyunkat, állóképességünket, hajlékonyságunkat és izmainkat. Tökéletes eszköz Crossfit, Pilates és jóga gyakorlatokhoz is. Erős és első osztályú anyagainak köszönhetően 200 kg-os teherbírásával is egy rendkívül strapabíró félgömb. A termékhez egy pumpa is tartozék! Technikai adatok: - Magas minőségű anyagokból készült - Csúszásmentes és biztonságos felülete van - Masszív erős talpazat - Ajándék pumpával - Sokoldalú egyensúlyfejlesztő eszköz - Kiváló zsírégetésre és izomfejlesztésre - Átmérő: 55 cm - Magassága: 23 cm - Teherbírása: 200 kg	1
billenő talp 150x60 cm 150x60 cm-es billenő talp az egyensúlyérzék javításához. Fából készült filc borítással. A terméket akár egyszerre két személy is használhatja.	1
billenő talp 40x30 cm 40x30 cm-es billenő talp az egyensúlyérzék javításához és fejlesztő tornához. A kisebb méret elsősorban gyerek részére ajánlott.	1
kézisúlyzók (1-2 illetve 3 Kg-os, Stoci típusú) Műanyag kézisúlyzó 2x4 kg (pár) 1kg neoprene súlyzó (pár) 2kg neoprene súlyzó (pár) 3kg neoprene súlyzó (pár)	2-2 pár

III-16

**Konduktív terápiás eszközök mozgásfejlesztéshez: 3 részes zsámoly, 7 fokos szék (5 db)
létra 1 db**

Össz. darabszám:

tételelesen felsorolva

részei:

- 3 részes zsámoly

Pető bútorok cikkszám: 261-3003

1 db

- 6 fokos kisszék

Pető bútorok cikkszám: 261-3014

1 db

- 6 fokú lovaglós szék

Pető bútorok cikkszám: 261-3004

1 db

- Kis zsámoly

H: 150 Sz:355 M:70 mm

Pető bútorok cikkszám: 261-3000

1 db

- Kocka zsámoly

H: 195 Sz:395 M:150 mm

Pető bútorok cikkszám: 261-3017

1 db

III-17

Tornapad

Össz. darabszám: **2 db**

méret: 2 méter hosszúság, 27,5 cm magasság

anyaga: tömör fenyő, masszív szinterezett fém lábakkal

lábak végén záródugó (a sportpadló védelme érdekében)

A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk.

A pad végére szerelt lécsík alkalmassá teszi, hogy bordásfalfokba is beakasztható legyen.

III-23

Gurulós ágyasztal

Össz. darabszám:

5 db

Rendeltetése:

- Ágyban fekvő beteg tevékenységét, étkezését segíti.

Műszaki kivitele:

- Formatervezett beégetett festésű vázra rögzített asztallap
- Az asztallap magassága állítható és a kívánt pozícióba rögzíthető.
- 3 kereke közül 2 fékezhető.
- Jól tisztítható és fertőtleníthető.

III-25

Fellépő szék

Össz. darabszám:

5 db

Az acélcsőből készült vázra mindkét oldalon laminált, felül csúszásmentes, dekoratív járólap-pal ellátott, él-idommal lezárt faforgács fellépő-lap van szerelve. Acélváz felületkezelése: műanyag alapú porfestékkel.

Méretek:

Fellépő-lap mérete: 250×450 mm

Egyrészes magassága: 200 mm

VI. Mellékletek

1. sz. melléklet

Információs adatlap

Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel:

Az ajánlat száma és tárgya:	ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem
Az ajánlatot adó cég pontos neve:	
Címe:	
Cégjegyzékszám: EV esetén vállalkozói bejegyzési száma:	
Adószáma:	
Telefonszáma:	
Telefax száma:	
Email címe:	
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:	
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:	

FELOLVASÓLAP

**ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem
eljáráshoz**

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Értékelési szempont	Ajánlat
1. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
2. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
3. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
4. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
5. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
6. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
7. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
8. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
9. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
10. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
11. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
12. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft
13. Rész_Nettó ajánlati összár	 Ft

Kelt:.....

.....
Cégszerű aláírás

**ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem
eljáráshoz**

**Nyilatkozat
a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott _____ mint a(z) _____ (szék-
hely: _____) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az
alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában¹:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi
kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született
jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége
10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette,
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett.

Kelt:

.....
Cégszerű aláírás

¹A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik
meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában.

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

Nyilatkozat Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont vonatkozásában

Alulírott , mint az(cég) (székhelye:) cégjegyzékszám: Cg.

....., önálló cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég

a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság *

b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság*

b) pont szerinti esetben az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa (i) az alábbi személyek:

a) neve:

lakcíme:

b) neve:

lakcíme:

Nyilatkozat Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában

Alulírott , mint az(cég) (székhelye:) cégjegyzékszám: Cg.

....., cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában

-* nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik

- *van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;

neve:

címe:.....

Nyilatkozom, hogy e szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn;

Kelt:.....

.....

Cégszerű aláírás

***megfelelő aláhúzendó**

**ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem**

Nyilatkozat cégbíróági változásbejegyzési kérelemről

Alulírott , mint az(cég) (székhelye:) cégjegyzékszám: Cg.
....., cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég
vonatkozásában

- * Nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
- *Van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás és az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.

Kelt:.....

.....
Cégszerű aláírás

***megfelelő aláhúzendó**

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

NYILATKOZAT

A Kbt. 40. § (1) bek. a) és b) pont alapján

Alulírott, mint az (cég)..... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítése során

a) alvállalkozót

*nem vesz igénybe

*az alábbi tevékenységek ellátására (**a teljesítésben történő közvetlen részvétel**) vesz igénybe:

1)

- tevékenység:

2)

- az alábbiak tekintetében

b) ebből 10%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben alvállalkozót

*nem vesz igénybe

*az alábbiak tekintetében vesz igénybe:

1)

- név:.....

- cím:.....

- a következő tevékenységek ellátására (**a teljesítésben történő közvetlen részvétel**)

vesz igénybe:, mely a teljesítés%-a

2)

- név:.....

- cím:.....

- a következő tevékenységek ellátására (**a teljesítésben történő közvetlen részvétel**)

vesz igénybe:, mely a teljesítés%-a

Kelt:.....

.....

Cégszerű aláírás

*megfelelő aláhúzendő,

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

NYILATKOZAT

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján

Alulírott, mint az (cég).....(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

-*nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez

-*vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez:

A következő(k) tekintetében:

Alkalmassági követelmény(ek) az ajánlati felhívásban szereplő megjelölése (pl.: P1,M1...)	Az alkalmassági követelmény meghatározása (pl.: számviteli beszámoló, referencia, árbevétel, szakember, technikai felszereltség...)

- név/ elnevezés:.....

- cím/székhely:.....

A kapacitásra támaszkodás a Kbt. 55. § (6) bek.

***a) pontja alapján:**

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során **ténylegesen igénybe fogom venni**. Az erőforrás igénybe vételének módja:

- alvállalkozó
- egyéb:.....

***b) pontja alapján:**

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik. Nyilatkozom, hogy a teljesítés során a megnevezett szervezet**tevékenység ellátására** vonom be, így adatait az alkalmasság igazolásához használok fel, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

***c) pontja alapján**

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények **nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak**. A szervezet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználtuk, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kelt:.....

.....
Cégszerű aláírás

***megfelelő aláhúzendó**

**ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem**

Nyilatkozat Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján

Alulírott, mint az (.....) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég aajánlattevő számára a következő kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre.

Alkalmassági követelmény(ek) az ajánlati felhívásban szereplő megjelölése (pl.: P1,M1...)	Az alkalmassági követelmény meghatározása (pl.: számviteli beszámoló, referencia, árbevétel, szakember, technikai felszereltség...)

Nyilatkozom, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolom az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésemre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:.....

.....
Cégszerű aláírás

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

NYILATKOZAT

A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján

Alulírott, mint az (cég)..... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselő-
je nyilatkozom, hogy az (cég) a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe
olyan alvállalkozót és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.

Kelt:.....

.....
Cégszerű aláírás

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

NYILATKOZAT*

A 60. § (3) bekezdés szerint

Alulírott, mint a (cég neve) (székhely:) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton

nyilatkozom,

hogy a Debreceni Egyetem közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom.

Az ajánlatunk nyertessége esetén vállalom, hogy a szerződést megkötöm, továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségeket az ajánlati felhívásban és dokumentációban, a Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul teljesítem.

Kelt:.....

.....

Cégszerű aláírás

*Ezt a nyilatkozatot az ajánlat papír alapú példányába eredeti, cégszerűen aláírt példányban kell benyújtani.

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

NYILATKOZAT

A 60. § (5) bekezdés szerint

Alulírott, mint a (cég neve) (székhely:)
cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt cég Kkv-t szerinti besorolása :

*Mikrovállalkozás

*Kisvállalkozás

*Középvállalkozás

*Nem tartozik a tv. hatálya alá

Kelt:.....

.....

Cégszerű aláírás

* megfelelő aláhúzendó

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem

Nyilatkozat

Szerzői és iparjogvédelmi helytállásról

Alulírott, mint a (cég neve) (székhely:) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton

nyilatkozom

hogy a Debreceni Egyetem közbeszerzési eljárása alapján kötendő szerződés keretében az általam szállítandó termékek, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állok.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

**ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem**

Nyilatkozat az ajánlat papíralapú és elektronikus másolati példányainak egyezőségéről

Alulírott, mint a (cég neve) (székhely:) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton

nyilatkozom,

hogy az általunk benyújtott papíralapú ajánlat és a jelszó nélkül olvasható „.pdf” formátumban elektronikus adathordozóra rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.

Kelt:

.....
Cégszerű aláírás

14. sz. melléklet

**ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem**

Nyilatkozat felelős fordításról

Alulírott, mint a (cég neve) (székhely:) cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy az ajánlatba csatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása teljesen megegyezik az eredeti szöveggel.

Kelt:

.....
Cégszerű aláírás