

Ikt.sz.: IV/410/2016

Nyilvántartási szám: 300052351

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

ANAMED Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Képviseli: Virág Krisztina cégvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-164933

Adószám: 10737956-2-42

Számlavezető pénzüintézet: MKB BANK ZRT.

Bankszámlaszám: 10300002-20342465-00003285

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

másrészről

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea kancellár-helyettes

Intézményi azonosító: FI 17198

Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám: 10034002-00282981-00000000

mint Vevő, között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzményei:

Jelen Szerződés létrejöttének alapját a „*DEK-307_DE KK Urológiai Klinika részére történő Laparoszópos 3D Torony beszerzése*” tárgyú, Kbt. III. rész, 122/A § szerinti eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatások és a nyertes Ajánlattevő ajánlata alkotja.

Az ajánlatok értékelését követően a Debreceni Egyetem az **ANAMED Kft.** ajánlatát hirdette ki nyertesnek a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen szerződést.

1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megveszi:

1 db Laparoszópos 3D Torony. (A termékspecifikációt a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.)

2. A szerződésre irányadó legfontosabb feltételek:

2.1. A szerződés tárgyának részletezését Eladó ajánlata részletesen tartalmazza. A közbeszerzési eljárás Ajánlatkérési Dokumentációja, valamint Eladó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

000

2.2. Teljesítési határidő, szerződés hatálya: Jelen szerződés aláírásától számított **3 hónap**. Vevő előteljesítést elfogad. Eladó a teljesítést jelen szerződés szerint Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján végzi.

2.3. Teljesítési hely: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
Urológiai Klinika.

3. Vevő köteles:

Eladótól az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

4. Eladó köteles:

4.1. Jelen szerződés tárgyát képező termékeket leszállítani és a kapcsolódó szolgáltatásokat I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű állapotban elvégezni. Eladó jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhet el, ha erről előzőleg Vevő képviselőjét írásban értesítette és az azt nem kifogásolta.

4.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.

4.3. A feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni Vevőt fenyegető károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében.

5. A teljesítés ellenértéke:

5.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező termékeket az ajánlatban meghatározott áron eladja.

Az eladási ár: **19.500.000 Ft + Áfa**

Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, továbbá a termék szállításának és a csomagoló anyag elszállításának költségét.

6. Fizetési feltételek:

6.1. A vételárat Vevő a teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint köteles megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Vevő előleget nem fizet. Részszámlázásra nincs lehetőség. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

6.2. Eladó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult számla benyújtására. A kifizetés a teljesítést és a számla átvételét követően 30 napos határidővel történik.

6.3. A számla kiegyenlítésére a Kbt. 130. § szerint kerülhet sor. A számlán csak jelen szerződés alapján eladott termék szerepelhet. Teljesítést igazoló okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyv fogadható el.

6.4. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Vevő részére eljuttatni.

6.5. A Kbt. 130. § szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik. Ezen tényre tekintettel Eladó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Vevő eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. A beszerzés pénzügyi fedezete Vevő rendelkezésére áll.

Pénzügyi központ: 4AXE KKV0 0000/172

6.6. Eladó legkésőbb a számla benyújtásával egyidejűleg teljesíti a Kbt. 130. § szerint az őt terhelő kötelezettségeket a Vevő felé.

6.7. Eladó jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7. Egyéb vállalások, jótállás

7.1. Eladó a szállítást, átadást Vevővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni.

7.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretében eladott és leszállított termékek a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségűek, rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel.

7.3. Eladó jótállási kötelezettségeinek eleget tesz. Vállalja, hogy a **12 hónap** jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számít fel.

7.5. Eladó jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által a szerződés keretén belül eladott és szállított termékek, eszközök használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket.

7.6. Eladó jótáll továbbá azért, hogy a szolgáltatások végrehajtása során az általa szállított termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, kivitelezési hiányosságból ered.

8. Felelősség:

Eladó elvárható gondossággal Vevő érdekeinek szem előtt tartásával köteles a szerződés létrehozása és teljesítése körében eljárni.

9. Szerződésszegés

Eladónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén Vevő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után a késedelembe esés napjától számítva napi 1 %, maximum 30 %. Hibás teljesítés esetén, a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ajánlati árának 1 %-a/nap, de maximum a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ajánlati árának 30 %-a. A teljesítés meghiúsulása esetén 30 %.

10. Vegyes és záró rendelkezések

10.1. A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

10.2. A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:

Nem releváns.

Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja.

Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.

10.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el jelenszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.

10.4. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

10.5. Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kísérelik megoldani. Ennek érdekében az alábbi peren kívüli egyeztetési szabályokat határozzák meg:

Amennyiben a fenti egyeztetési eljárás a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem jár sikerrel, ebben az esetben a kezdeményező félnek jogában áll bírósághoz fordulni.

A peren kívül nem rendezhető ügyekre vonatkozóan Szerződő Felek kikötik – perértéktől függően – a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.5. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal – csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben.


10.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén Megrendelő ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, Eladó ajánlata, annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzési Törvény szabályai az irányadók.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

1. számú melléklet: Termék specifikáció

Debrecen, 2015.12.14.



Vevő

Debreceni Egyetem
Dr. Bács Zoltán
kancellár



ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1) 220-9236 Fax: (1) 221-5531
Adószám: 10737956-2-42


2.



Eladó

ANAMED Kft.
Virág Krisztina
cégvezető

Pénzügyi ellenjegyző:




Borné Lampert Andrea
kancellár-helyettes



Debrecen, 2015.12.14.

Szakmai ellenjegyzés:

Dr. Flaskó Tibor: 

Jogi ellenjegyzés: 



SZAKMAI AJÁNLAT
Laparoszkópos 3D Torony komplett

Mennyiség: 1 db

Gyártó: OLYMPUS

Típus: 3D Imaging EVIS EXERA

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Anamed Kft, 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Leírás: 3D és 2D képalkotásra alkalmas felsőkategóriás HD torony, mely alkalmas arra, hogy laparoszkópos és videoendoszkópos flexibilis eszközöket is fogadjon 12 hónap garanciával (**Demo készülék**)

Műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
3D HD Monitor 1db		LMD-2451MT 24" 3D HD monitor 1 db
Min. 24"-os 3D HD TFT LCD kijelző	Igen	Igen, 24"-os 3D HD TFT LCD kijelző
Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas	Igen	Igen, Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas
Felbontás legalább 1920x1200 pixel	Igen	Igen, Felbontás 1920x1200 pixel
Bemenetek: Composite, Y/C, DVI-D, 3G/HD/SD-SDI	Igen	Igen, Bemenetek: Composite, Y/C, DVI-D, 3G/HD/SD-SDI
Képernyő menü, a különböző funkciók kiválasztására és beállítására	Igen	Igen, Képernyő menü, a különböző funkciók kiválasztására és beállítására
Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység 2 db		CV-190 Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység 2 db
Automatikus fényerősség szabályzási funkció	Igen	Igen, Automatikus fényerősség szabályzási funkció
Struktúra kiemelő funkció	Igen	Igen, Struktúra kiemelő funkció
Kép a képben funkció, külső képek (pld. ultrahang) a laparoszkópos képpel egy időben történő megjelenítésére	Igen	Igen, Kép a képben funkció, külső képek (pld. ultrahang) a laparoszkópos képpel egy időben történő megjelenítésére
Kép élesség állítás három lépcsőben	Igen	Igen, Kép élesség állítás három lépcsőben
Szín állítás min. 6 lépcsőben	Igen	Igen, Szín állítás 8 lépcsőben
Elektronikus képnagyítási (zoom) funkció 1,2 és 1,5-szörös	Igen	Igen, Elektronikus képnagyítási (zoom) funkció 1,2 és 1,5-szörös
Magyar nyelvű beállító menürendszer	Igen	Igen, Magyar nyelvű beállító menürendszer
Beépített kép és adattárolás	Igen	Igen, Beépített kép és adattárolás


USB-n keresztül		USB-n keresztül
HD/SD SDI kimenet	Igen	Igen, HD/SD SDI kimenet
Endoszkóp azonosító funkció	Igen	Igen, Endoszkóp azonosító funkció
Billejtűzet	Igen	Igen, Billejtűzet
HD video laparoszkóp és video cystoscope csatlakoztathatósága	Igen	Igen, HD video laparoszkóp és video cystoscope csatlakoztathatósága
Kamerafej		Igen, CH-S190-XZ-E kamerafej
3CCD HD kamerafej csatlakoztathatósága közvetlenül a 3D kameraegységébe, mely kompatibilis a mármeglévő optikákkal(OLYMPUS, WOLF, EMD)	Igen	Igen, 3CCD HD kamerafej csatlakoztathatósága közvetlenül a 3D kameraegységébe, mely kompatibilis a mármeglévő optikákkal(OLYMPUS, WOLF, EMD)
Kamerafejről irányítható Motoros fókusz	Igen	Igen, Kamerafejről irányítható Motoros fókusz
Kamerafejről irányítható Motoros zoom	Igen	Igen, Kamerafejről irányítható Motoros zoom
Minimum 3 db programozható gomb a kamerafejen zoomon és a fókuszon kívül	Igen	Igen, 3 db programozható gomb a kamerafejen zoomon és a fókuszon kívül
3D HD Video laparoszkóp		Igen, LTF-190-10-3D EE 3D HD 3D HD Video laparoszkóp
Fénykábellel egybeépített, kompakt kivitel, 2 db kameracsatlakozóval	Igen	Igen, Fénykábellel egybeépített, kompakt kivitel, 2 db kameracsatlakozóval
2 db HD Video chip a disztális végbe beépítve	Igen	Igen, 2 db HD Video chip a disztális végbe beépítve
Átmérő 10 mm	Igen	Igen, Átmérő 10 mm
Szabadon definiálható programozható 3 db gomb a kamerafejen	Igen	Igen, Szabadon definiálható programozható 3 db gomb a kamerafejen
Disztális flexibilis vég hajlíthatósága minimum: fel 90°, le 90°, balra 90°, jobbra 90°	Igen	Igen, Disztális flexibilis vég hajlíthatósága minimum: fel 90°, le 90°, balra 90°, jobbra 90°
Védőhüvely	Igen	Igen, Védőhüvely
Sterilizáló tálcával	Igen	Igen, Sterilizáló tálcával
Optika		Igen, WA53005A optika
HD optika 10mm 30 fok autoklávozható 1 db	Igen	Igen, HD optika 10mm 30 fok autoklávozható 1 db
Fénykábel minimum 3 méter 1 db	Igen	WA03210A Igen, Fénykábel minimum 3 méter 1 db
Fényforrás		Igen CLV-190 fényforrás
Lámpa min. 300 W xenon	Igen	Igen, Lámpa 300 W xenon
Automatikus fényerő szabályozás és min. 8 fokozatú manuális állítási lehetőség	Igen	Igen, Automatikus fényerő szabályozás és min. 8 fokozatú manuális állítási lehetőség

Automatikus átkapcsolás tartalék halogénlámpára, a főizzó kiégése esetén	Igen	Igen, Automatikus átkapcsolás tartalék halogénlámpára, a főizzó kiégése esetén
Készenléti funkció (amikor használaton kívül a készülék, lámpa-élettartam növelése céljából)	Igen	Igen, Készenléti funkció (amikor használaton kívül a készülék, lámpa-élettartam növelése céljából)
Kommunikációs kábel a digitális kameravezérlőhöz Előny a megléte !	Igen	Igen, Kommunikációs kábel a digitális kameravezérlőhöz Előny a megléte !
3D HD Video Mixer		Igen, 3DV-190 3D HD Video Mixer
2 HD kamera vezérlő egység kimeneti jelének fogadására alkalmas egység	Igen	Igen, 2 HD kamera vezérlő egység kimeneti jelének fogadására alkalmas egység
Választható 2D és 3D üzemmód	Igen	Igen, Választható 2D és 3D üzemmód
2D kimenetek: HD-SDI, DVI-D	Igen	Igen, 2D kimenetek: HD-SDI, DVI-D
3D kimenetek: 3G-SDI, DVI-D	Igen	Igen, 3D kimenetek: 3G-SDI, DVI-D
Elektronikus CO2 inszufflátor		Igen UHI-4 Elektronikus CO2 inszufflátor
CO2 gáz csatlakozási lehetőségek: palack, illetve központi gáz	Igen	Igen, CO2 gáz csatlakozási lehetőségek: palack, illetve központi gáz
Integrált nyomáscsökkentő	Igen	Igen, Integrált nyomáscsökkentő
Kijelzők: digitális oszlopgrafika	Igen	Igen, Kijelzők: digitális oszlopgrafika
A hasúri nyomás beállítása 1 Hgmm-es lépésekben	Igen	Igen, A hasúri nyomás beállítása 1 Hgmm-es lépésekben
Az áramlási mennyiség beállítása legalább 3 különböző tartományban. (alacsony, közepes, magas)	Igen	Igen, Az áramlási mennyiség beállítása legalább 3 különböző tartományban. (alacsony, közepes, magas)
Áramlás a három tartományban összesen: min. 0,5 – 40 liter/perc	Igen	Igen, Áramlás a három tartományban összesen: 0,5 – 40 liter/perc
Az inszufflátor AUTOMATIKUS füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vagy ultrahangos vágó használatkor aktiválódik	Igen	Igen, Az inszufflátor AUTOMATIKUS füstelszívó funkcióval rendelkezik, mely a nagyfrekvenciás vagy ultrahangos vágó használatkor aktiválódik
Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony áramlási tartományban induljon	Igen	Igen, Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony áramlási tartományban indul
Riasztó funkciók:	Igen	Igen, Riasztó funkciók:

- Hasúri túlnyomáskor - Az inszuffláló cső megtörésekor, a Veress-tű eldugulásakor, túl szűk keresztmetszeten át történő inszuffláláskor. - Elégtelen gázellátáskor (a palack kiürülésekor)		- Hasúri túlnyomáskor - Az inszuffláló cső megtörésekor, a Veress-tű eldugulásakor, túl szűk keresztmetszeten át történő inszuffláláskor. - Elégtelen gázellátáskor (a palack kiürülésekor)
Tartozékok: Autoklávozható töltő és füstelszívó szilikon szerelék, Luer-csatlakozós Nagynyomású tömlő DIN csatlakozóhoz(palackhoz)	Igen	Tartozékok: Igen, Autoklávozható töltő és füstelszívó szilikon szerelék, Igen, Luer-csatlakozós Nagynyomású tömlő DIN csatlakozóhoz(palackhoz)
Készülék tartó állvány		Igen, WM-NP2 Készülék tartó állvány
Min. 4 db tároló polcos robusztus kivitelű speciális endoszkóp kocsik	Igen	Igen, 4 db tároló polcos robusztus kivitelű speciális endoszkóp kocsik
Antisztatikus polcok	Igen	Igen, Antisztatikus polcok
4 kerekéből min. 2 fékezhető	Igen	Igen, 4 kerekéből 2 fékezhető
Billentyűzet tartó	Igen	Igen, Billentyűzet tartó
LCD monitor tartó kar, minden irányba pozícionálható	Igen	Igen, LCD monitor tartó kar, minden irányba pozícionálható
CO ₂ palacktartó	Igen	Igen, CO ₂ palacktartó
Hálózati leválasztó transzformátor	Igen	Igen, Hálózati leválasztó transzformátor
3D szemüvegek 8 db	Igen	Igen, 3D szemüvegek 8 db
3D szemüveg csiptethető szemüvegesek részére 4 db	Igen	Igen, 3D szemüveg csiptethető szemüvegesek részére 4 db
A műtőben már meglévő Thunderbeat típusú ultrahangos és bipoláris érhegesztőkészülékhez 2 doboz eszköz , csak gyári eszközök, utángyártott nem megengedett		Igen, A műtőben már meglévő Thunderbeat típusú ultrahangos és bipoláris érhegesztőkészülékhez 2 doboz eszköz , igen, gyári eszközök, utángyártott nem megengedett
- Laparoszkopos beavatkozásokhoz alkalmas egyszerhasználatos eszköz 5 mm x 350 mm 5 db	Igen	Igen, Laparoszkopos beavatkozásokhoz alkalmas egyszerhasználatos eszköz 5 mm x 350 mm 5 db
-Nyitott beavatkozásokhoz alkalmas egyszerhasználatos eszközök 9 mm x 200 mm 5 db	Igen	Igen, Nyitott beavatkozásokhoz alkalmas egyszerhasználatos eszközök 9 mm x 200 mm 5 db

Budapest, 2015. november 9.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1) 220-9236 Fax: (1) 221-5531
Adószám: 10737956-2-42
0-2.


Virág Krisztina
cégvezető

34.
Q